



PNRR - MISSIONE 5.C3.1.1.1. “INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI DI COMUNITA’”, PROGETTO INVESTIMENTO DENOMINATO “FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA’”

AVVISO DI INDAGINE FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ AFFIDAMENTO DI APPARECCHIATURE PER AMBULATORIO PER LE NECESSITÀ DELLE UU.OO. DEGLI OSPEDALI DI NOVAFELTRIA, SANTA SOFIA E BAGNO DI ROMAGNA DELL’AUSL DELLA ROMAGNA.IMPORTO A BASE D’ASTA IVA ESCLUSA € 126.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO COMPRENSIVO DI OPZIONI € 176.300,00 (IVA ESCLUSA)

CUP G64E22000540006

CUI F02483810392202300086

QUESITI

1) Quesito

Si chiede di precisare se il requisito riportato nel capitolato relativamente al LOTTO N.3- LAMPADE FRONTALI che l'impugnatura deve essere sterilizzabile per consentire il regolamento in condizioni sterili è un REQUISITO FACOLTATIVO oppure REQUISITO A PENA ESCLUSIONE

R: Si conferma che trattasi di refuso: non è da considerarsi a pena di esclusione il mancato possesso dell’impugnatura sterilizzabile.