



**PNRR - MISSIONE 5.C3.1.1.1. "INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI DI COMUNITA'", PROGETTO INVESTIMENTO DENOMINATO "FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA'"**

AVVISO DI INDAGINE FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO APPARECCHIATURE PER ORL E ODONTOIATRIA PER LE NECESSITÀ DELLE UU.OO. DEGLI OSPEDALI DI NOVAFELTRIA, SANTA SOFIA E BAGNO DI ROMAGNA DELL'AUSL DELLA ROMAGNA.

LOTTO 1: RIUNITO ORL, IMPORTO A BASE D'ASTA € 21.000,00 IVA ESCLUSA

LOTTO 2: RIUNITO ODONTOIATRICO, IMPORTO A BASE D'ASTA € 30.000,00 IVA ESCLUSA

LOTTO 3: RADIOLOGICO ENDORALE, IMPORTO A BASE D'ASTA € 10.000,00 IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO COMPRENSIVO DI OPZIONI € 113.000,00 (IVA ESCLUSA)

**QUESITI**

**1) Quesito**

al fine di formulare un'offerta è necessario sapere per il lotto n.2 la tipologia di aspirazione presente nell'ambulatorio in cui verranno installati i riuniti odontoiatrici.

**R:** Per quanto riguarda la tipologia di aspirazione sono presenti aspiratori ad anello umido. In ogni caso si raccomanda alla ditta di eseguire sopralluogo come indicato:

*E' facoltà degli operatori economici richiedere sopralluogo al fine di valutare le modalità di installazione per ogni destinazione. I sopralluoghi saranno totalmente a carico delle ditte partecipanti. L'operatore economico si assume ogni responsabilità conseguente alla mancata esecuzione dello stesso.*

Si precisa, infine, che in questa fase è richiesta la semplice dichiarazione di manifestazione di interesse e non la formulazione dell'offerta.

**2) ERRATA CORRIGE**

Si precisa che, per mero errore materiale, nel LOTTO 1: RIUNITO ORL, è stata indicata una base d'asta pari ad € 21.000,00 iva esclusa.

La base d'asta corretta, per n. 3 riuniti ORL è da intendersi pari ad € 51.000,00 iva esclusa (ossia € 17.000,00/cadauno).

**3) Quesito**

Lotto 3: Per Radiologico endorale cosa si intende? Il macchinario deve avere i comandi wireless?

**R:** Si tratta di un apparecchio per lastre fatte dall'odontoiatra (panoramica dei denti). Non sono richiesti comandi wireless ma ovviamente il comando a distanza è oggetto di valutazione qualitativa

**4) Quesito**

Lotto 3: Quindi il radiologico non è un endorale, ma un panoramico?

**R:** Non è un panoramico e quindi non è un ortopantografo: è semplicemente il radiologico per l'utilizzo dentale, di tipo digitale.