



PNRR - MISSIONE 5.C3.1.1.1. “INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI DI COMUNITA’”, PROGETTO INVESTIMENTO DENOMINATO “FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA’”

PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE EUROPEE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE DI APPARECCHIATURE PER ASSISTENZA DOMICILIARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MINOR PREZZO.

VALORE APPALTO POSTO A BASE D’ASTA € 750.000,00 (I.E.)

VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO APPALTO € 1.725.000,00 (I.E)

NUMERO GARA 9287091

CUP G64E22000540006

CUI F02483810392202300086

QUESITI

1) Quesito

Rif. Capitolato Tecnico, “Caratteristiche tecniche delle apparecchiature”, Lotto n. 1, Rif. 3) Pulsossimetro Portatile, “Range Spo2: 0-100% (precisione +/- 2 cifre)” – l’indicazione di tali valori (0-100%) limita notevolmente il numero di dispositivi che possono essere offerti; al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile, chiediamo pertanto di accettare un range Spo2 di 70-100%.

R: si accetta l’osservazione e si conferma che possono essere ritenuti idonei attrezzature che abbiano un range di Spo2 di 70-100% con una precisione +/- 2 cifre con misurazione idonea per adulti e pediatrico

2) Quesito

Rif. Disciplinare di gara, art. 10 “Garanzia provvisoria” – ai sensi dell’art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023, chiediamo di confermare che, oltre alle riduzioni indicate nel disciplinare, l’importo della garanzia possa essere ulteriormente ridotto fino a un importo massimo del 20%, cumulabile con le altre riduzioni, qualora l’operatore economico sia in possesso di una o più delle certificazioni o marchi tra quelli previsti dall’allegato II.13 del codice degli appalti, fermo restando che copia delle certificazioni possedute verrà inserita nella documentazione presentata.

R: Le riduzioni ammesse sono quelle previste dalla normativa vigente.

3) Quesito

In riferimento a quanto riportato nel capitolato dove indicate come requisito per il LOTTO N. 3 LAMPADE FRONTALI che l’impugnatura deve essere sterilizzabile per consentire il regolamento in condizioni sterili, vi chiediamo di precisare se tale requisito è preferenziale oppure obbligatorio e quindi causa esclusione

R: il requisito richiesto per l'impugnatura non è pena esclusione, è stato indicato al fine di orientare la qualità del prodotto richiesto