



PNRR - MISSIONE 5.C3.1.1.1. “INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI DI COMUNITA’”, PROGETTO INVESTIMENTO DENOMINATO “FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA’”

PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE EUROPEE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE DI APPARECCHIATURE PER ASSISTENZA DOMICILIARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MINOR PREZZO.

VALORE APPALTO POSTO A BASE D’ASTA € 750.000,00 (I.E.)

VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO APPALTO € 1.725.000,00 (I.E)

NUMERO GARA 9287091

CUP G64E22000540006

CUI F02483810392202300086

QUESITI

1) Quesito

In merito al Lotto 1) "Fornitura di attrezzature finalizzate al Telemonitoraggio e Teleconsulto per applicazioni generali" Rif.1) n.25 Monitor Multiparametrici, chiediamo se per il monitoraggio ECG è sufficiente una derivazione, o sono richieste più derivazioni?

R: Si richiedono almeno 3 derivazioni

2) Quesito

Si chiede di confermare che non integra subappalto l'eventuale subcontratto affidato dall'aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che invece devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (art. 119, comma 2, secondo capoverso, del Decreto Legislativo n. 36/2023), come affermato peraltro dalla Giurisprudenza, secondo cui le due condizioni di cui alla predetta disposizione debbono sussistere non alternativamente, ma cumulativamente per aversi subappalto (Recentemente: T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702 – T.A.R. Venezia, 13.02.2020 n. 153 e, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 03.02.2021 n. 1001).

R: Si rimanda a quanto definito dalla normativa vigente.

3) Quesito

In merito ai Tablet compresi nel lotto n.2, siamo a chiedere conferma che sia la memoria RAM di deve avere capacità di almeno 8 GB oppure è la memoria ROM (memoria di archiviazione).

R: Si conferma memoria RAM 8 gb

4) Quesito

Rif. Capitolato Tecnico, "Caratteristiche tecniche delle apparecchiature", Lotto n. 1, Rif. 1) Monitor multiparametrico: chiediamo di precisare se la fornitura dovrà comprendere solamente il monitor multiparametrico per l'invio dei dati, o deve essere fornita anche la piattaforma remota di teleconsulto".

R: La fornitura dovrà comprendere solamente il monitor multiparametrico per l'invio dei dati per il collegamento e l'interfacciamento alla futura Infrastruttura regionale di Telemedicina, senza oneri aggiuntivi per le Aziende sanitarie contraenti. Per quanto riguarda l'Infrastruttura regionale di Telemedicina, la Regione Emilia-Romagna aderirà ad una delle soluzioni che verranno aggiudicate al termine della procedura "ARIA_2023_807_Procedura aperta multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro per la realizzazione dell'Infrastruttura Regionale di Telemedicina (ai sensi del D.M. del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del 30 settembre 2022 (GU Serie Generale n.298 del 22-12-2022) nell'ambito della Missione 6, Componente 1, Sub-investimento 1.2.3., investimento 1.2.3.2 del PNRR)" bandita da ARIA S.p.A. nel suo ruolo di centrale di committenza della Regione Lombardia