



**PNRR - MISSIONE 5.C3.1.1.1. “INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI DI COMUNITA’”, PROGETTO INVESTIMENTO DENOMINATO “FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA’”**

**PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE EUROPEE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE DI APPARECCHIATURE PER ASSISTENZA DOMICILIARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MINOR PREZZO.**

**VALORE APPALTO POSTO A BASE D’ASTA € 750.000,00 (I.E.)**

**VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO APPALTO € 1.725.000,00 (I.E)**

**NUMERO GARA 9287091**

**CUP G64E22000540006**

**CUI F02483810392202300086**

### **QUESITI**

#### **1) Quesito**

Rif. Capitolato Tecnico “Fornitura di attrezzature finalizzate al Telemonitoraggio e Teleconsulto per applicazioni generali”, Lotto 1, Rif. 1) Monitor Multiparametrico, si richiede gentilmente alla Stazione Appaltante se la fornitura debba comprendere esclusivamente il monitor multiparametrico oppure il monitor multiparametrico comprensivo della piattaforma consultabile da remoto.

**R:** si veda: “Riscontro a quesiti\_Cesena 31/10/2023” risposta n. 4, pubblicato sul sito del committente amministrazione trasparente al link <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare/gare-appalti-cottimi>

#### **2) Quesito**

Rif. Capitolato Tecnico “Fornitura di attrezzature finalizzate al Telemonitoraggio e Teleconsulto per applicazioni generali”, Lotto 1, Rif. 1) Monitor Multiparametrico, si richiede gentilmente alla Stazione Appaltante di indicare la tipologia di infrastruttura di rete con la quale il monitor multiparametrico si andrà ad interconnettere.

**R:** si veda: “Riscontro a quesiti\_Cesena 31/10/2023” risposta n. 4, pubblicato sul sito del committente amministrazione trasparente al link <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare/gare-appalti-cottimi>

#### **3) Quesito**

in riferimento al Capitolato Tecnico “Caratteristiche tecniche delle apparecchiature” Lotto 1 rif. 1) Monitor Multiparametrico , con range BPM 18-240 con movimento o poca perfusione (precisione +/- 3 cifre) , si segnala che l’indicazione di tali valori limita notevolmente il numero di dispositivi che possono essere offerti. Al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile, si chiede di poter offrire il dispositivo con un range BPM di 30-240.

**R:** Si conferma la possibilità di offrire un dispositivo con range BPM 30 – 240.