



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000147
DATA: 19/01/2022 11:55
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA TRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI SIRINGHE INDICATE PER INFUSIONE EV CON POMPE A SIRINGA DI PROPRIETA', PER LE ESIGENZE DELLE AAUUSLL DI BOLOGNA E IMOLA, DELL'AOU DI BOLOGNA E DELLO IOR DI BOLOGNA. - RETTIFICA ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

ADOTTATO DA:

UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it; collegio.sindacale@ior.it; collegiorevisori@ausl.imola.bo.it; collegio.sindacale@ausl.bologna.it
- UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000147_2022_determina_firmata.pdf	Campa Rosanna	DC140022CB503BDD047203FD34CD204F81C853AA044B905ACBB6F35996129BC6



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

DETERMINAZIONE

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA TRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI SIRINGHE INDICATE PER INFUSIONE EV CON POMPE A SIRINGA DI PROPRIETA', PER LE ESIGENZE DELLE AAUUSLL DI BOLOGNA E IMOLA, DELL'AOU DI BOLOGNA E DELLO IOR DI BOLOGNA. - RETTIFICA ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA

IL DIRETTORE

Vista la deliberazione n. 52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna definisce le deleghe per l'adozione di atti amministrativi da parte dei Dirigenti Responsabili di alcune delle articolazioni organizzative del Dipartimento Amministrativo, fra cui l'U.O. Servizio Acquisti Metropolitan;

Vista altresì la delibera n. 115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitan, nonché le delibere n. 146 /2011, n. 108/2013 e n. 162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il Servizio suddetto.

Premesso che con determinazione n. 2656 del 06/12/2021 è stata indetta la Procedura Aperta per la fornitura di Siringhe indicate per infusione EV con pompe a siringa di proprietà per le esigenze delle AAUUSLL di Bologna e Imola, dell'AOU di Bologna e dello IOR di Bologna, divisa in 2 lotti, con scadenza per la presentazione delle offerte 25/01/2022;

Preso atto che, su piattaforma Sater, alcuni operatori Economici interessati alla partecipazione hanno chiesto chiarimenti, tra i quali:

Quesito PI008557-22:

dove, dopo una lunga dissertazione, la ditta ha formulato la seguente richiesta:

“Alla luce di quanto sopra richiediamo l'urgente modifica del capitolato, a) ammettendo offerte relative a siringhe non presenti nei manuali d'uso delle pompe ma assolutamente compatibili con le stesse per via delle loro caratteristiche e dimensioni; b) dando la possibilità di comprovare la compatibilità delle siringhe offerte con le pompe mediante altri documenti (es. report di laboratorio) e c) stralciando la richiesta che la comprova della compatibilità delle siringhe sia desumibile dalla documentazione tecnica della pompa (manuale d'uso).”



Premesso che, nel Capitolato speciale d'appalto viene stabilito all'Art.4) Conformità dei prodotti:

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto specificatamente descritto nell'Allegato 1) al Capitolato Speciale "Caratteristiche Tecniche della fornitura" e dovranno essere compatibili con tutte le pompe contenute nell'elenco di cui all'Allegato 2) "Elenco pompe di proprietà delle Aziende Sanitarie", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

La suddetta compatibilità deve essere desumibile da documentazione tecnica della pompa (manuale d'uso).

Preso atto che il gruppo di lavoro, interpellato in merito ha ribadito che:

La compatibilità deve essere desumibile dal Manuale d'Uso (Istruzioni per l'Uso - IFU) ammettendo anche una Dichiarazione di Equivalenza del Costruttore delle siringhe (*firmata digitalmente*) che attesti che la siringa proposta è **sostitutiva, compatibile e funzionalmente equivalente** (in altre parole "identica") ad un modello già presente nei menù delle pompe e nei corrispondenti manuali d'uso.

In questo ultimo caso l'offerente deve inoltre presentare una Dichiarazione per Assunzione di Responsabilità relativa al funzionamento della citata siringa (*firmata digitalmente*).

Ritenuto, pertanto, di modificare e integrare il Capitolato Speciale e i documenti di gara su Piattaforma Sater, nelle parti relative ai documenti tecnici da presentare da cui è desumibile la compatibilità, anche nell'ottica del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare, così come prevedono le norme in tema di appalti pubblici;

Evidenziato che è interesse dell'Azienda USL, nonché principio alla base degli appalti pubblici, assicurare la massima partecipazione alla gara;

Considerato quindi opportuno procedere alla variazione suddetta, al fine di individuare il dispositivo e consentire una maggiore partecipazione delle Aziende alla gara;

Considerato inoltre necessario pubblicare la suddetta variazione, per consentire alle ditte di formulare correttamente l'offerta

Determina

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

1. di modificare integrando il Capitolato speciale d'appalto e i documenti di gara a corredo, nel seguente modo:



" La compatibilità deve essere desumibile dal Manuale d'Uso (Istruzioni per l'Uso - IFU) o da Dichiarazione di Equivalenza del Costruttore delle siringhe (*firmata digitalmente*) che attesti che la siringa proposta è **sostitutiva, compatibile e funzionalmente equivalente** (in altre parole "identica") ad un modello già presente nei menù delle pompe e nei corrispondenti manuali d'uso.

In questo ultimo caso l'offerente deve inoltre presentare una Dichiarazione per Assunzione di Responsabilità relativa al funzionamento della citata siringa (*firmata digitalmente*)."

2.di dare atto che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;

3.di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50 /2016 e s.m.i., sia sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente dell'Azienda USL di Bologna sia sulla piattaforma Sater.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Fabia Spinozzi

Firmato digitalmente da:

Rosanna Campa