



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0002524
DATA: 17/10/2022 12:48
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE PER SARS-COV-2 IN EMERGENZA PER LE ESIGENZE DELL'AOU DI BOLOGNA, LOTTO UNICO. RETTIFICA AL CAPITOLATO DI GARA.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

ADOTTATO DA:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it
- Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0002524_2022_determina_firmata.pdf	Campa Rosanna	BBF7D8807748466FD61181DC85C81AE0 B9C31FBFC301D713EEA752C693B42724



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

DETERMINAZIONE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE PER SARS-COV-2 IN EMERGENZA PER LE ESIGENZE DELL'AOU DI BOLOGNA, LOTTO UNICO. RETTIFICA AL CAPITOLATO DI GARA.

IL DIRETTORE

Viste le delibere n. 268 del 29/06/2022 dell'Azienda USL di Bologna, n. 204 del 29/06/2022 dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n.193 del 30/06/2022 dell'IRCCS – Istituto Ortopedico Rizzoli, n. 149 del 29/06/2022 dell'Azienda USL di Imola, n. 129 del 29/06/2022 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n. 179 del 01/07/2022 dell'Azienda USL di Ferrara con le quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta dell'Area Vasta Emilia Centrale e contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con decorrenza dal 1 luglio 2022;

Considerato che con le sopra citate delibere sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti;

Visto che con delibera n. 115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano era stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano;

Considerato che con determina n. 2222 del 14/09/2022 del Servizio Acquisti di Area Vasta è stata indetta la procedura aperta per la fornitura in service di un sistema di diagnostica molecolare per SARS-COV-2 in emergenza, lotto unico, per un periodo di un anno, per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, per un importo complessivo pari a € 380.000,00, oneri fiscali esclusi, da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95 del D. lgs 50/2016 a favore del prezzo più basso;

Preso atto che, su piattaforma Sater, un operatore economico interessato alla partecipazione ha chiesto il seguente chiarimento:

Chiarimento PI263868-22

Si è rilevata un'incongruenza tra i documenti di Gara rispetto alla quantità di canali di lavoro richiesti. Nell'Art. 6) a pag. 3 del Capitolato Speciale si legge testualmente "La strumentazione deve essere multicanale, in numero tale da disporre di almeno 10 canali complessivamente, di cui almeno 4 utilizzabili ad accesso continuo.", mentre in Allegato A tabellare, al Punto A 1.4, compare la seguente richiesta



"Piattaforma analitica modulare. Devono essere offerti uno o più strumenti analitici per un totale di almeno 8 campioni processabili in contemporanea e in modo totalmente indipendente con accesso Random".

Si chiede di chiarire quale sia la minima quantità di moduli di lavoro richiesta (8 o 10) per il Sistema offerto.

Accertato che all'art 6 del Capitolato è stabilito che "La strumentazione deve essere multicanale, in numero tale da disporre di almeno 10 canali complessivamente, di cui almeno 4 utilizzabili ad accesso continuo.", mentre in Allegato A tabellare, al Punto A 1.4, compare la seguente richiesta "Piattaforma analitica modulare. Devono essere offerti uno o più strumenti analitici per un totale di almeno 8 campioni processabili in contemporanea e in modo totalmente indipendente con accesso Random";

Il gruppo di lavoro, interpellato in merito, ha rilevato che, per mero errore materiale, il n 10 riportato nel capitolato deriva da un mero errore materiale e che quindi il requisito da prendere in considerazione è quello indicato nell'Allegato A Requisiti Indispensabili, al Punto A 1.4: "Piattaforma analitica modulare. Devono essere offerti uno o più strumenti analitici per un totale di almeno 8 campioni processabili in contemporanea e in modo totalmente indipendente con accesso Random";

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta del Gruppo di Lavoro, di modificare il Capitolato all'Art. 6 conformemente a quanto indicato nell'Allegato A Requisiti Indispensabili, al Punto A 1.4 e considerarlo modificato sulla Piattaforma Sater, nel requisito sopra riportato, anche nell'ottica del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare, così come prevedono le norme in tema di appalti pubblici;

Considerato quindi opportuno procedere alla variazione suddetta, al fine di consentire una maggiore partecipazione delle Aziende alla gara;

Considerato inoltre necessario pubblicare la suddetta variazione, per consentire alle ditte di formulare correttamente l'offerta;

Viste ora le funzioni unificate svolte dal SAAV;

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

1. di modificare il Capitolato Art.6 nel seguente modo: "Piattaforma analitica modulare. Devono essere offerti uno o più strumenti analitici per un totale di almeno 8 campioni processabili in contemporanea e in modo totalmente indipendente con accesso Random";
2. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente dell'Azienda USL di Bologna;



3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Fabia Spinozzi

Firmato digitalmente da:
Rosanna Campa