

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000997
DATA: 12/04/2023 14:33
OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DI FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER TERAPIA ANTALGICA, IN ACCORDO QUADRO, PER AUSL DI BOLOGNA E PER CONTO DELL'AUSL DI FERRARA. - RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

ADOTTATO DA:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
- Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000997_2023_determina_firmata.pdf	Crugliano Antonia	829ACE5F3361D5ECCE47CA0F3C725D07 04A10CCC888208A1B8C48BF14B14BF8D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

DETERMINAZIONE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DI FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER TERAPIA ANTALGICA, IN ACCORDO QUADRO, PER AUSL DI BOLOGNA E PER CONTO DELL'AUSL DI FERRARA. - RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA

IL DIRETTORE

Visto che con delibera n. 115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano era stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano;

Viste le delibere n. 268 del 29/06/2022 dell'Azienda USL di Bologna, n. 204 del 29/06/2022 dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n. 193 del 30/06/2022 dell'IRCCS – Istituto Ortopedico Rizzoli, n. 149 del 29/06/2022 dell'Azienda USL di Imola, n. 129 del 29/06/2022 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n. 179 del 01/07/2022 dell'Azienda USL di Ferrara con le quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta (SAAV) dell'Area Vasta Emilia Centrale ed è stata contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con decorrenza dall'1 luglio 2022;

Considerato che con le sopra citate delibere sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti;

Richiamata la Delibera n. 404 dell' 8/11/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Direttore del SAAV;


Premesso che con determinazione n. 627 del 06/03/2023 è stata indetta la Procedura Aperta per la fornitura di Dispositivi Medici per Terapia Antalgica, in accordo quadro, per l'Ausl di Bologna e per conto dell'Ausl di Ferrara, divisa in 15 lotti, con scadenza per la presentazione delle offerte 19/04/2023;

Preso atto che, su piattaforma Sater, alcuni Operatori Economici interessati alla partecipazione hanno chiesto chiarimenti, tra i quali:

Quesito PI 080545-23 punto 1

Lotto 9

“viene richiesto, come primo articolo, il periduroscopio in comodato d'uso gratuito. Dal momento che le fibre ottiche vengono già richieste, potete specificare che tipo di dispositivo intendete per la voce periduroscopio pluriuso? Se intendete una videoguia pluriuso e non monouso per eseguire un trattamento



di epiduroscopia, tale indicazione limiterebbe in partenza tutte le ditte che hanno una videoguia monouso certificata per procedure di epiduroscopia (a favore della ditta che ha questa tipologia di dispositivo). Si chiede pertanto di modificare tale voce da capitolato e di renderla più generica così da permettere parità di partecipazione a tutte le ditte.”

Preso atto che il gruppo di lavoro, interpellato in merito, ha ritenuto che possa essere offerto un periduroscopio pluriuso o alternativamente un periduroscopio monouso.

La descrizione viene di conseguenza così integrata:

Composizione del sistema:

1 periduroscopio in comodato d'uso gratuito, comprensivo di assistenza tecnica full risk o periduroscopio monouso fornito senza oneri aggiuntivi.

Caratteristiche di minima:

Strumento pluriuso in comodato d'uso gratuito o alternativamente monouso con almeno due canali operativi fornito senza oneri aggiuntivi.

Trattamento tipo:

periduroscopio in comodato d'uso gratuito o periduroscopio monouso fornito senza oneri aggiuntivi.

Quesito **PI 080545-23 punto 5**

Lotto 8

“..... tra le caratteristiche di minima, viene richiesto lo strumento pluriuso con almeno 1 canale operativo e via d'infusione: potete chiarire cosa intendete? Quale tipo di dispositivo pluriuso la ditta dovrebbe fornire per avere un canale operativo ed una via d'infusione? Anche perché il dispositivo monouso di base richiesto (non pluriuso), di norma, non ha un canale operativo ma solo una via d'infusione. Si chiede di spiegare dettagliatamente.”

Preso atto che il gruppo di lavoro, interpellato in merito, ha rilevato che, per mero errore materiale, la descrizione del lotto oggetto di chiarimento debba essere modificata in quanto il termine “strumento pluriuso” debba considerarsi un refuso;

pertanto nei documenti di gara la descrizione deve essere modificata nel seguente modo:

strumento monouso con presenza di almeno un canale operativo e/o via di infusione.

Quesito **PI 86056-23 punto 1**

Lotti 2 – 3 - 4

“1) Nell'allegato D si parla di “GENERATORE ESTERNO PER TRIAL, in COMODATO D'USO GRATUITO” per quanto riguarda i lotti 2-3-4. I generatori esterni di nuova generazione sono MONOUSO, per garantire maggiore sterilità intraoperatoria e assenza di cavi nella fase trial. Chiediamo conferma di poter offrire tali prodotti sempre in modalità GRATUITA per ogni paziente trattato.”

Preso atto che il gruppo di lavoro, interpellato in merito, ha valutato che, per i lotti 2-3-4, oltre al generatore esterno per trial può essere fornito anche quello monouso in modalità gratuita;

pertanto nei documenti di gara, per i lotti indicati, la descrizione deve essere integrata nel seguente modo:



generatore esterno per trial in comodato d'uso gratuito o alternativamente generatore esterno fornito in modalità gratuita.

Quesito PI 86056-23 punto 3

Lotti 2 – 3 - 4

“3) Nell'allegato H “Offerta ECO” lotti 2-3-4 il “GENERATORE ESTERNO PER TRIAL” non viene citato nell'impianto tipo anche se essenziale per poter effettuare l'impianto. Si tratta di refuso?”

Preso atto che il gruppo di lavoro, interpellato in merito, ha precisato che l'allegato H (essendo inesistente) è da intendersi allegato G Offerta ECO e ha constatato che, per i lotti 2-3-4, il “GENERATORE ESTERNO PER TRIAL” non viene citato nell'Impianto Tipo ed essendo un elemento essenziale occorre modificare i documenti di gara; per i lotti indicati, nella descrizione dell'Impianto Tipo deve essere aggiunto il GENERATORE ESTERNO PER TRIAL in comodato d'uso gratuito.

Conseguentemente gli offerenti dovranno aggiungerlo nella riga in fondo allo schema in excel dell'All. G Offerta ECO e dell'All. F Offerta senza prezzi.

Quesito PI 089485-23 punto 1

Lotto 7

“1) lotto 7: in riferimento all' ALLEGATO ELENCO PRODOTTI CON CARATTERISTICHE , pag. 85 del documento PG 25666 7.3.23 Disciplinare f.to +Allegati, nella “Composizione del sistema” viene richiesto “n. 1 Stimolatore esterno per trial (pluriuso – acquisito con modalità comodato d'uso gratuito omnicomprensivo di manutenzione, formazione, assistenza all'utilizzo);”

In considerazione del fatto che, i dispositivi con questa indicazione d'uso, presenti sul mercato, sono solo dispositivi monouso, siamo a richiedere, cortesemente, di modificare la documentazione di gara con l' indicazione di stimolatori esterni monouso o di concedere la possibilità di offrire anche i suddetti stimolatori in affiancamento ai modelli pluriuso.”

Preso atto che il gruppo di lavoro, interpellato in merito, ha valutato che, oltre allo Stimolatore esterno per trial (pluriuso – acquisito in comodato d'uso gratuito omnicomprensivo di manutenzione, formazione, assistenza all'utilizzo) può essere fornito anche quello monouso in modalità gratuita;

pertanto nei documenti di gara, per il lotto indicato, la descrizione deve essere integrata nel seguente modo:

Stimolatore esterno per trial (pluriuso – acquisito in comodato d'uso gratuito omnicomprensivo di manutenzione, formazione, assistenza all'utilizzo) o alternativamente Stimolatore monouso fornito in modalità gratuita.

Quesito PI 089505-23

Lotti 8 – 9

“con riferimento ai lotti n. 8 e n. 9 tra le caratteristiche di minima è prevista la seguente: "Strumento pluriuso [...]". Si chiede se il termine "pluriuso" sia un refuso. In caso contrario, la richiesta sarebbe fortemente limitativa della concorrenza, essendo tali tipologie di device tipicamente monouso.”



Preso atto che il gruppo di lavoro, interpellato in merito, ha ritenuto:

-per il lotto 9 che tra le caratteristiche di minima lo strumento possa essere sia pluriuso in comodato d'uso gratuito o alternativamente monouso fornito senza oneri aggiuntivi; pertanto nei documenti di gara le descrizioni devono essere integrate nel seguente modo:

Composizione del sistema:

1 periduroscopio in comodato d'uso gratuito, comprensivo di assistenza tecnica full risk o periduroscopio monouso fornito senza oneri aggiuntivi;

Caratteristiche di minima:

Strumento pluriuso in comodato d'uso gratuito o alternativamente monouso con almeno due canali operativi fornito senza oneri aggiuntivi;

Trattamento tipo:

periduroscopio in comodato d'uso gratuito o periduroscopio monouso fornito senza oneri aggiuntivi;

-per il lotto 8, nelle caratteristiche di minima, il termine strumento pluriuso costituisce un refuso pertanto la descrizione deve essere modificata come segue: Strumento monouso con presenza di almeno un canale operativo e/o via di infusione, fornito senza oneri aggiuntivi.

Quesito **PI 100890-23 punto 4**

Lotto 5

“4) In riferimento al Lotto 5: Nella composizione del sistema indicata nel capitolato non è specificato il “Generatore esterno per trial”, deve essere offerto in comodato d'uso gratuito come per gli altri lotti?”

Preso atto che il gruppo di lavoro, interpellato in merito, ha constatato che il “GENERATORE ESTERNO PER TRIAL” non viene elencato nel sistema ed essendo un elemento essenziale ha ritenuto di modificare i documenti di gara; pertanto, nella Composizione del Sistema e nell’Impianto Tipo deve considerarsi previsto anche il GENERATORE ESTERNO PER TRIAL in comodato d'uso gratuito.

Gli offerenti dovranno indicare il generatore esterno per trial aggiungendo una riga in fondo agli schemi in excel degli Allegati:


D Componenti Acquistabili;

E Componenti Acquistabili con quotazione;

F Offerta senza prezzi;

G Offerta ECO.

Ritenuto che per tutti quei lotti per i quali sono previsti DM Pluriuso o Monouso, qualora l’Operatore Economico, in alternativa ai DM pluriuso, offra il DM monouso, ai fini della comparazione tecnica ed economica, dovrà garantire, per tutto il periodo contrattuale, le esigenze qualitative/quantitative corrispondenti all’uso clinico indicato nel lotto di riferimento;



Ritenuto, pertanto, di modificare i documenti di gara sulla Piattaforma Sater, nelle descrizioni sopra riportate, anche nell'ottica del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare, così come prevedono le norme in tema di appalti pubblici;

Evidenziato che è interesse dell'Azienda USL, nonché principio alla base degli appalti pubblici, assicurare la massima partecipazione alla gara;

Considerato quindi opportuno procedere alla variazione suddetta, al fine di individuare i dispositivi e consentire una maggiore partecipazione delle Aziende alla gara, procedendo alla pubblicazione di quanto rettificato;

Determina

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

- 1) di modificare i documenti di gara per l'appalto di fornitura di dispositivi medici per terapia antalgica come riportato in premessa;
- 2) di pubblicare sia sulla piattaforma Sater sia sul profilo di committente dell'Azienda USL di Bologna la risposta ai chiarimenti, per consentire alle ditte di formulare correttamente l'offerta;
- 3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sia sull'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna sia sulla piattaforma Sater.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Fabia Spinozzi

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano