



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0001580
DATA: 19/06/2023 14:24
OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura in Service di sistemi per l'esecuzione di test per lo screening della Fibrosi Cistica per il LUM della AUSL di Bologna. Approvazione parziale modifica documenti di gara.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

ADOTTATO DA:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
- Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0001580_2023_determina_firmata.pdf	Crugliano Antonia	D86B1CB1835A416E0EB616C979CF8CC2 914E955FA70633DC82447271C77797FE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura in Service di sistemi per l'esecuzione di test per lo screening della Fibrosi Cistica per il LUM della AUSL di Bologna. Approvazione parziale modifica documenti di gara.

IL DIRETTORE

Vista la delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con la quale è stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano;

Viste le delibere n. 268 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Bologna, n.204 del 29.06.2022 dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n.193 del 30.06.2022 dell'IRCCS – Istituto Ortopedico Rizzoli, n.149 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Imola, n.129 del 29.06.2022 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.179 del 01.07.2022 dell'Azienda USL di Ferrara con le quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta (SAAV) dell'Area Vasta Emilia Centrale ed è stata contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con decorrenza dal 1 luglio 2022;

Considerato che con le sopra citate delibere sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti;

Richiamata la Delibera n. 404 dell'8 novembre 2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Direttore del SAAV;

Richiamata la determinazione n. 1267 del 12/05/2023 adottata dal Direttore del Servizio Acquisti di Area Vasta, con la quale si è provveduto all'indizione della gara con procedura aperta per la Fornitura in Service di sistemi per l'esecuzione di test per lo screening della Fibrosi Cistica per il LUM della AUSL di Bologna, lotto unico, per un periodo di 3 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 2 anni importo massimo complessivo per 3 (tre) anni di € 406.000,00 di cui € 1.000,00 quali oneri di sicurezza non soggetto a ribasso IVA esclusa, criterio di aggiudicazione basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art.95, del D.lgs 50/2016;

Vista la richiesta di un operatore economico interessato che specifica:



“il documento Allegato A.1 -Requisiti indispensabili e Requisiti oggetto di valutazione alla riga 15 prevede come requisito indispensabile della fornitura "La fornitura comprende tutti i reagenti, i kit di estrazione, i controlli di qualità interni e la plasticheria"

“Tenuto conto del fatto che è richiesta la fornitura dei kit di estrazione, si chiede di precisare se sia richiesta la fornitura di una particolare marca e modello o se la scelta dei kit di estrazione da offrire sia lasciata alla libera determinazione dell'Operatore Economico partecipante..”

Il gruppo di lavoro, interpellato in merito, ha evidenziato che:

“La richiesta di fornitura dovrà prevedere dei kit di estrazione che siano compatibili e certificati con i sistemi automatici di estrazione attualmente presenti in laboratorio.

Gli estrattori automatici disponibili sono MagCore NucleicAcid Extractor ed OMNIA LH 75”;

Vista una ulteriore richiesta di un operatore economico interessato che evidenzia:

“Documento Allegato A.1 - Requisiti indispensabili e Requisiti oggetto di valutazione – Foglio Requisiti oggetto di valutazione riga 7 “W3 Software di analisi che converte automaticamente il dato grezzo in dato clinico – punti massimi 5”

Tenuto conto del fatto che l'unico punto dei documenti di gara ove si fa riferimento al “software di analisi” è quello sopra riportato relativo ai “Requisiti oggetto di valutazione” , si chiede di voler cortesemente specificare se è richiesta la fornitura del software di analisi e, in caso positivo, se detta fornitura sia da ritenersi obbligatoria o facoltativa.

Qualora non fosse prevista la fornitura del software di analisi, si chiede di voler cortesemente precisare sulla base di quale criterio venga attribuito il punteggio previsto per la caratteristica W3”.

Preso atto che il gruppo di lavoro, in merito al software di analisi, ha comunicato che è necessario predisporre la seguente modifica:

“la fornitura del software di analisi è necessario per l'elaborazione del dato grezzo in risultato refertabile, rappresentando quindi un requisito "indispensabile" di fornitura, necessario al completamento del processo di analisi; mentre il requisito oggetto di valutazione riga 7 fa invece riferimento alla possibilità "opzionale" di disporre di un software interpretativo in grado di fornire ulteriori e maggiori informazioni sulle caratteristiche della variante individuata”;

Ritenuto pertanto necessario modificare i documenti di gara specificando che:

- *“la fornitura dovrà prevedere dei kit di estrazione che siano compatibili e certificati con i sistemi automatici di estrazione attualmente presenti in laboratorio.
Gli estrattori automatici disponibili sono MagCore NucleicAcid Extractor ed OMNIA LH 75”;*



- “la fornitura del software di analisi è necessario per l'elaborazione del dato grezzo in risultato refertabile, rappresentando quindi un requisito "indispensabile" di fornitura, necessario al completamento del processo di analisi; mentre il requisito oggetto di valutazione riga 7 fa invece riferimento alla possibilità "opzionale" di disporre di un software interpretativo in grado di fornire ulteriori e maggiori informazioni sulle caratteristiche della variante individuata;

Evidenziato che la modifica degli anzidetti documenti si rende necessaria in ossequio ai principi della concorrenza, massima partecipazione, parità di condizioni, pubblicità, trasparenza;

Considerato quindi necessario pubblicare sia sul profilo del committente dell'Azienda USL di Bologna sia su Piattaforma SATER le suddette variazioni, per consentire alle ditte di formulare correttamente l'offerta;

Viste le funzioni unificate del SAAV;

Determina

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:


1) di modificare i documenti di gara relativi alla fornitura in Service di sistemi per l'esecuzione di test per lo screening della Fibrosi Cistica per il LUM della AUSL di Bologna, così come indicato dal gruppo di lavoro specificando che:

- “La fornitura dovrà prevedere dei kit di estrazione che siano compatibili e certificati con i sistemi automatici di estrazione attualmente presenti in laboratorio.
Gli estrattori automatici disponibili sono MagCore NucleicAcid Extractor ed OMNIA LH 75”;
- “la fornitura del software di analisi è necessario per l'elaborazione del dato grezzo in risultato refertabile, rappresentando quindi un requisito "**indispensabile**" di fornitura, necessario al completamento del processo di analisi; mentre il requisito oggetto di valutazione riga 7 fa invece riferimento alla possibilità "opzionale" di disporre di un software interpretativo in grado di fornire ulteriori e maggiori informazioni sulle caratteristiche della variante individuata;

2) di pubblicare sia sul profilo del committente dell'Azienda USL di Bologna sia su Piattaforma SATER la suddetta variazione, per consentire alle ditte di formulare correttamente l'offerta;

3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell' art.29, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente dell'Azienda USL di Bologna;

4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Anna Maria Testa

Firmato digitalmente da:
Antonia Crugliano