



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0001885
DATA: 01/09/2020 19:37
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI UHPLC, SPETTROMETRIA DI MASSA E DI REAGENTI/MATERIALE DI CONSUMO DI ALTRI ANALITI PER L'ANALISI DI IMMUNOSOPPRESSORI. MODIFICA ALLEGATO A.1 lotto n.2

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

ADOTTATO DA:

Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it

DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|--|-------------------------|--|
| DETE0001885_2020_determina_firmata.pdf | Campa Rosanna | 207619E74418FFBD2F8B1AF79797C8301 3C4D11BC593B4B5BD4F7072227DCE21 |
| DETE0001885_2020_Allegato1.xlsx: | | 409DFD94D1E0477C5EF1D1A59620455F7 FC875300CFC615A3DA5675CA65244F9 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo

DETERMINAZIONE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI UHPLC, SPETTROMETRIA DI MASSA E DI REAGENTI/MATERIALE DI CONSUMO DI ALTRI ANALITI PER L'ANALISI DI IMMUNOSOPPRESSORI. MODIFICA ALLEGATO A.1 lotto n.2

IL DIRETTORE

Vista la deliberazione n.52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna definisce le deleghe per l'adozione di atti amministrativi da parte dei Dirigenti Responsabili di alcune delle articolazioni organizzative del Dipartimento Amministrativo, fra cui l'UO Servizio Acquisti Metropolitan;

Vista altresì la delibera n.115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitan, nonché le delibere n.146/2011, n.108/2013 e n. 162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il Servizio suddetto;

Vista la delibera n.453 del 02.12.2019, la delibera n. 63 del 28.02.2020, la delibera n.159 del 27.05.2020 e la delibera n.204 del 30.06.2020, con la quale la Dott.ssa Campa è stata nominata sub-Commissario Amministrativo dell'Azienda USL di Bologna con decorrenza 01.12.2019, con assegnazione ad interim della Direzione del Servizio Acquisti Metropolitan;

Premesso che con determina n. 1541 del 10/07/2020 è stata indetta la Procedura Aperta per la “ **FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI UHPLC, SPETTROMETRIA DI MASSA E DI REAGENTI/MATERIALE DI CONSUMO DI ALTRI ANALITI PER L'ANALISI DI IMMUNOSOPPRESSORI PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (LUM) DELL'AUSL BOLOGNA.**

Due lotti separati, con scadenza 16/09/2020;

Preso atto che, con nota agli atti dell'Azienda USL, un Operatore Economico interessato alla partecipazione chiede il seguente chiarimento:

- per quanto riguarda il lotto n. 2 e nello specifico gli Antiepilettici, ci risulta che ormai da qualche tempo la molecola "retigabina" sia stata ritirata dal mercato per tossicità, pertanto siamo a chiedere se effettivamente deve essere presente nel kit offerto oppure si possa eliminare dall'elenco.



Rilevato che il gruppo di lavoro, interpellato in merito per il tramite dell'Ingegneria Clinica dell'Ausl di Bologna, ha comunicato con nota mail (del 31/08/2020 tenuta agli atti dell'Azienda USL) quanto segue: "La retigabina può essere eliminata dall'elenco".

Ritenuto, pertanto, di modificare **ALLEGATO A.1 lotto n.2**, al fine di consentire alle ditte di formulare correttamente l'offerta;

Considerato inoltre necessario pubblicare le suddette variazioni, per consentire alle ditte di formulare correttamente l'offerta.

Determina

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

1. di modificare **I'ALLEGATO A.1 lotto n.2** già approvato con determinazione n. 1541 del 10/07/2020 come meglio indicato in parte narrativa e precisamente:

alla domanda 1:

- per quanto riguarda il lotto n. 2 e nello specifico gli Antiepilettici, ci risulta che ormai da qualche tempo la molecola "retigabina" sia stata ritirata dal mercato per tossicità, pertanto siamo a chiedere se effettivamente deve essere presente nel kit offerto oppure si possa eliminare dall'elenco.

si modifica I'ALLEGATO A.1 lotto n.2 (che si allega corretto) eliminando dall'elenco la retigabina


1. di pubblicare sia sulla piattaforma Sater sia sul profilo di committente dell'Azienda USL di Bologna le risposte ai chiarimenti e i documenti modificati, per consentire alle ditte di formulare correttamente l'offerta;
2. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Anna Maria Testa



Firmato digitalmente da:
Rosanna Campa



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

CARATTERISTICHE

Reagenti/Materiale di consumo x STEROIDI:

Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:

- dhea
- testosterone
- progesterone
- deossicorticosterone
- Androstenedione
- 17-OH progesterone
- cortisolo
- 11-deossicortisolo
- Aldosterone

Fornitura completa di quanto occorre all'analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, prove

I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti

Reagenti/Materiale di consumo x METANEFRINE

Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:

- metanefrina
- normetanefrina
- 3-OH triptamina

Fornitura completa di quanto occorre all'analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, prove

I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti

Reagenti/Materiale di consumo x ANTIPILETTICI

Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:

- pregabalin
- gabapentin
- levetiracetam
- feniletilmalonamide
- etosuccimmine
- primidone
- acido valproico
- sultiame
- lacosamide
- zonisamide
- felbammato
- rufinamide
- lamotrigina
- carbamazepina
- 10-OH carbamazepina

- Fenobarbital
- Topiramato
- Fenitoina
- Tiagabina
- Perampanel
- Stiripentolo

Fornitura completa di quanto occorre all'analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, prove

I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti

Reagenti/Materiale di consumo x ANTIMICOTICI

Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:

- fluconazolo
- voriconazolo
- caspofungina
- posaconazolo

Fornitura completa di quanto occorre all'analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, prove

I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti

Reagenti/Materiale di consumo x ANTIPSICOTICI

Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:

- risperidone
- clozapina
- quetiapina
- olanzapina
- aripiprazolo
- aloperidolo
- paliperidone

Fornitura completa di quanto occorre all'analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, prove

I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti

