

**AVVISO DI INDAGINE FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN OPERA DI LAVAPADELLE (APPARECCHIATURE PER IL LAVAGGIO E LA DISINFEZIONE DI CONTENITORI SANITARI) E ACCESSORI PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E PER L'IRST SRL/IRCCS DI MELDOLA. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA EURO 31.500,00 – ONERI FISCALI ESCLUSI. VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 212.400,00 – COMPRESIVO DELLE OPZIONI – ONERI FISCALI ESCLUSI.**

#### **QUESITI – REGISTRO DI SISTEMA PI314927-23 DEL 16/10/2023**

1. L'utilizzo del lavapadelle deve essere compatibile anche con prodotti consumabili diversi da quelli consigliati:  
si chiede di specificare quali prodotti (tipologia e marca) sono attualmente in uso sulle lavapadelle in Vs. dotazione.
2. La consegna della fornitura deve essere evasa entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordinativo di fornitura da parte del committente:  
si chiede di poter estendere tale data ad almeno 45 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordinativo di fornitura.
3. Elettropompa elevatrice di pressione:  
si chiede di meglio specificare tale caratteristica di funzionamento richiesta per la lavapadelle.

#### **RISPOSTE**

1. Non viene accettata la richiesta di specificare la tipologia e la marca dei prodotti consumabili attualmente in uso, in quanto non pertinente con le richieste di capitolato.
2. Non viene accettata la richiesta di estensione in merito ai tempi di consegna, confermando pertanto le tempistiche specificate nel capitolato di gara.
3. Trattasi della pompa di pressione che consente il passaggio dell'acqua dal serbatoio di accumulo alla camera di lavaggio. Si conferma pertanto quanto riportato nel capitolato di gara.