

Dipartimento Interaziendale Acquisti
Area Vasta Emilia Nord

GARA EUROPEA AVEN A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI NR 4 SISTEMI CROSS LINKING

ALLEGATO A AL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

CARATTERISTICHE TECNICHE

REQUISITI TECNICI INDISPENSABILI

Si elencano di seguito i **requisiti indispensabili** che devono essere posseduti dalle tecnologie sanitarie e dai dispositivi offerti, **la cui mancanza determinerà l’esclusione dell’offerta dalla gara**:

- *Strumentazione dedicata al trattamento di Cross Linking corneale tramite emissione di UV combinata all’uso di soluzione di riboflavina*
- *Procedura di Cross Linking accelerata per consentire una durata dei trattamenti di pochi minuti*
- *Strumenti nuovi di fabbrica e di ultima generazione.*

REQUISITI TECNICI AUSPICABILI

Si elencano di seguito i **requisiti auspicabili**, delle tecnologie sanitarie e dei dispositivi, la cui presenza sarà oggetto di valutazione nella determinazione del punteggio tecnico, sulla base dei criteri riportati nel disciplinare di gara al paragrafo 16. Per ogni requisito dovranno essere fornite adeguate spiegazioni e documentazione appropriata.

► **Qualità’ dell’emissione**

- *Potenza regolabile indicativamente da 3mW a 30 mW*
- *Omogeneità del raggio di irradiazione su tutte le zone corneali*
- *Lunghezza d’onda indicativamente pari a 375 nm*

► **Ergonomia del sistema**

- *Maneggevolezza e facilità di trasporto sia all’interno che all’esterno del comparto operatorio*
- *Sistema di calibrazione interno*
- *Facilità d’uso*

► **Interfaccia utente**

- *Visualizzazione di avanzamento del trattamento con avviso acustico dell’installazione di riboflavina*
- *Possibilità di funzionamento tramite telecomando*

► **Sistema di visualizzazione e messa a fuoco**



- *Controllo della messa a fuoco e movimenti XYZ micrometrici motorizzati*
- *Sistema di messa a fuoco ad alta precisione*

► **Modalità di emissione**

- *Possibilità di trattamenti conservativi (epi-on)*
- *Possibilità di utilizzare sistemi per accelerare l'assorbimento della riboflavina (IONOFORESI)*

► **Servizio di assistenza tecnica**

► **Indicare se è utilizzabile Riboflavina non dedicata**

Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del
legale rappresentante o di persona abilitata ad
Impegnare legalmente la stessa