

Sassuolo, lì 04/04/2022

AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Per la predisposizione di una procedura di affidamento ai sensi del Lgs. 50/2016 (Aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

OGGETTO: FORNITURA e INSTALLAZIONE di un TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO [CND Z110306]

Ospedale di Sassuolo SpA (CM) rende noto che intende avvalersi della consultazione preliminare di mercato alle condizioni degli Art. 66 e Art 67 del Lgs. 50/2016 e smi, al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla eventuale procedura di affidamento per la fornitura (sostituzione per obsolescenza tecnologica) di un tomografo computerizzato (CT), di cui di seguito sono declinate le specifiche di interesse.

La presente procedura di consultazione è svolta attraverso la Piattaforma telematica di negoziazione della regione Emilia Romagna IntercentER - SATER (Piattaforma di acquisizione) ai sensi dell'art.58 D.lgs. 50/2016.

La scheda informatizzata della procedura generata dalla Piattaforma di acquisizione è parte integrante del presente documento.

Fascicolo di Sistema	
Registro di Sistema	

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse attraverso la Piattaforma di acquisizione.

SI INVITANO GLI OPERATORI ECONOMICI (OE) INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA "CONSULTAZIONE":

1. MANIFESTANDO l'interesse a partecipare all'eventuale procedura di affidamento.

Tale manifestazione di interesse, dovrà essere perfezionata trasmettendo, compilato e firmato, il modello "2022_SIC_063-CT_MI-Modello_VDef" allegato nell'apposita sezione della procedura.

2. INVIANDO eventuali contributi ritenuti utili alla preparazione della successiva procedura di affidamento.

La forma e la struttura dei contributi sono a libera cura dell'OE.

In generale, sono oggetto dei contributi gli elementi previsti nel comma 2 dell'Art. 66 del Codice.

Possano essere oggetto dei contributi:

OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A.

Delibera n.102/09 della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna // Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Azienda USL di Modena // Sede

legale: Via F. Ruini, 2 41049 Sassuolo (MO) // C.F. e P.I. 02815350364 – Cap. Soc. € 7.500.000,00 I.V.

Tel. 0536 846294 www.ospedalesassuolo.it // ospedale@pec.ospedalesassuolo.it // dirgen@ospedalesassuolo.it

- ✓ Proposta di configurazione della fornitura rispetto alle esigenze funzionali indicate.
Ciascun OE potrà inviare più di una ipotesi di configurazione della fornitura di differente livello tecnologico e prestazionale.
- ✓ Schede tecniche, brochure o altro materiale informativo relativo alla configurazione proposta.
- ✓ Considerazioni in merito alla posa della fornitura.
- ✓ Quadro economico della fornitura e posa in opera per la definizione della base d'asta dell'eventuale successiva procedura di affidamento.

Non sono richiesti contributi in merito ai criteri di valutazione da adottare nell'eventuale successiva procedura di affidamento.

L'OE potrà eventualmente indicare per quali contributi sussistano aspetti meritevoli di tutela della segretezza tecnica e commerciale.

L'invio dei contributi è facoltativo e verrà perfezionato trasmettendo la documentazione nell'apposita sezione della Piattaforma di acquisizione.

3. COMUNICANDO la disponibilità a presentare gli elementi tecnico/economici relativi ai “contributi” inviati.

La presentazione tecnica dei “contributi” sarà su invito della CM, non è obbligatoria e sarà svolta nelle modalità che verranno indicate a seguito della scadenza dei termini della presente procedura di consultazione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possedere i requisiti di cui all'Art. 45 del Codice.

Non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del Codice.

Possedere requisiti tecnici di partecipazione di cui all'Art. 83 del Codice in quanto applicabili.

AVVERTENZE

La partecipazione alla presente “consultazione” non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Ospedale di Sassuolo SpA.

I contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso.

La presente “consultazione” non costituisce in alcun modo offerta al pubblico o promessa al pubblico ai sensi, rispettivamente degli articoli 1336 e 1989 del Codice civile.

La presente “consultazione” non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, e non impegna a nessun titolo L'Ospedale di Sassuolo SpA nei confronti dei soggetti interessati.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente “consultazione” è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura ai sensi del Codice (D.Lgs. 50/2016).

In particolare, la documentazione di gara che sarà pubblicata nella eventuale successiva procedura di affidamento potrà subire modifiche anche di rilievo rispetto a quanto indicato nelle successive sezioni.

L'Ospedale di Sassuolo SpA può interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

L'Ospedale di Sassuolo SpA si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e "a condizione che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza".


QUADRO ECONOMICO


La definizione della base d'asta sarà indicata nell'eventuale successiva procedura di affidamento in funzione degli esiti della presente consultazione e alla quantificazione della copertura finanziaria a disposizione della CM.

ESIGENZE FUNZIONALI

La CM ha appurato la necessità di procedere alla sostituzione di un tomografo computerizzato (CT) obsoleto con una nuova apparecchiatura di moderne prestazioni e caratterizzata da un orientamento per la diagnostica cardiovascolare.

Di seguito è indicato il layout architettonico del locale oggetto dell'installazione della nuova fornitura ed il layout distributivo dell'attuale installato in sostituzione:





L'utilizzo previsto per la nuova apparecchiatura è:

- ✓ l'70% rivolta alle applicazioni della routine radiologica: attività oncologica anche con mezzo di contrasto e *total body* oltre che vascolari, polmonari, neurologiche, addominali e pediatriche.
- ✓ il 30% è rivolta alle applicazioni avanzate di tipo cardiovascolare.

L'intenzione della CM è procedere all'installazione e al collaudo dell'apparecchiatura entro il 31/12/2022.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

La fornitura deve rispondere alle esigenze funzionali richieste e deve essere costituita da tomografo computerizzato (CT), workstation di acquisizione (AWS) e workstation di refertazione (RWS).

La fornitura deve avere caratteristiche qualitative di alto profilo rispetto alle esigenze funzionali indicate. La fornitura dovrebbe essere costituita da:

1. Ampia dimensione fisica del rivelatore lungo l'asse Z.
2. Alta risoluzione spaziale del rivelatore lungo l'asse Z.

3. Alta risoluzione spaziale delle immagini ricostruite.
4. Ampio diametro del gantry.
5. Generatore di alte prestazioni.
6. Alta corrente massima selezionabile su protocollo clinico.
7. Basso tempo di rotazione.
8. Possibilità di acquisizione cardio - sincronizzata.
9. Eventuali applicazioni in doppia energia.
10. Software avanzati di acquisizione/ricostruzione per le esigenze funzionali indicate.
11. Software con modalità di acquisizione/ricostruzione dedicato alla diagnostica cardiologica e vascolare.
12. Gestione della modulazione della corrente lungo gli assi X, Y e Z.
13. Algoritmi di ricostruzione dell'immagini a bassa dose.
14. Algoritmi di ricostruzione per la riduzione/soppressione degli artefatti.
15. Conformità allo standard DICOM e HL7.

Ufficio Acquisti

Guendalina Berni