



Sassuolo, 10/10/2022

AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Per la predisposizione di una procedura di affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016

OGGETTO: FORNITURA DI 1 FLUORANGIOGRAFO/RETINOGRAFO NON MIDRIATICO PER ATTIVITA' DI OCULISTICA DELL'OSPEDALE DI SASSUOLO [2022_SIC_o82] ED EVENTUALI 2 RETINOGRAFI NON MIDRIATICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA DIAGNOSTICA INTEGRATA TERRITORIALE

L'Ospedale di Sassuolo SpA (CM) rende noto che, preordinato alla procedura di affidamento in oggetto, intende avvalersi della consultazione preliminare di mercato alle condizioni degli Art. 66 e 67 del D.Lgs. 50/2016 al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla eventuale procedura di affidamento.

Gli esiti della consultazione di mercato potranno essere utilizzati per successiva procedura (o procedure) di affidamento con procedura negoziata senza bando di gara (D.Lgs. 50/2016 ex dall'art. 1, comma 2 lett. b del D.L. 76/2020 e D- Lgs 77/2021) - Aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa pubblicata dalla CM.

La CM si riserva in alternativa, in considerazione anche delle risultanze della presente consultazione di mercato, di procedere con successiva/e procedura/e di affidamento diretto.

Gli esiti della consultazione di mercato potranno essere utilizzati dall'AUSL di Modena per acquisire eventuali forniture necessarie all'integrazione diagnostica territoriale.

Si invitano tutti gli Operatori Economici (OE) interessati a partecipare alla "consultazione" procedendo come di seguito indicato:

1. Manifestando l'interesse a partecipare all'eventuale procedura di selezione.

Tale comunicazione, verrà perfezionata trasmettendo, compilato e firmato, il documento "Documentazione Amministrativa" allegato alla Procedura.

2. Inviando eventuali contributi ritenuti utili alla preparazione della successiva procedura di selezione.

La forma dei contributi è libera purché sintetica e strutturata.

In generale, sono oggetto di contributo gli elementi previsti nel comma 2 dell'Art. 66 D.Lgs. 50/2016.

Non sono richiesti contributi in merito alla tipologia di procedura e ai criteri di aggiudicazione da utilizzare per l'individuazione dell'aggiudicatario.

Possano essere oggetto di contributo brochure, schede tecniche o altro materiale informativo relativo ai beni/servizi proponibili dall'OE.

Sarà cura degli OE evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

L'invio dei contributi, facoltativo, verrà perfezionato trasmettendo la documentazione nell'apposita sezione della procedura.

3. Comunicando la propria disponibilità a descrivere attraverso una "presentazione" degli elementi tecnico/economici di rilievo relativi ai beni/servizi commercializzati nel rispetto della destinazione d'uso indicata.

La presentazione tecnica dei beni/servizi sarà su invito, non obbligatoria, nella modalità che verrà definita e comunicata a seguito della scadenza dei termini per la manifestazione di interesse.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli estremi per la partecipazione sono indicati nella testata dell'avviso pubblicato sulla piattaforma SATER [IntercenterER]:

Fascicolo di Sistema:	
Registro di Sistema:	

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma SATER.

Ugualmente, la trasmissione della documentazione utile alla partecipazione dovrà essere trasmessa attraverso la piattaforma SATER.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possedere i requisiti di cui all'Art. 45 del Codice.

Non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del Codice.

Possedere requisiti tecnici di partecipazione di cui all'Art. 83 del Codice in quanto applicabili.

AVVERTENZE

La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Ospedale di Sassuolo SpA e i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso.



La presente "consultazione" non costituisce in alcun modo offerta al pubblico o promessa al pubblico ai sensi, rispettivamente degli articoli 1336 e 1989 del Codice civile.

La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, e non impegna a nessun titolo L'Ospedale di Sassuolo SpA nei confronti dei soggetti interessati.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura ai sensi del Codice (D.Lgs. 50/2016 ex D.L. 76/2020)

In particolare, la documentazione di gara che sarà pubblicata nella eventuale successiva procedura di affidamento potrà subire modifiche anche di rilievo rispetto a quanto indicato nelle successive sezioni.

L'Ospedale di Sassuolo SpA può interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

L'Ospedale di Sassuolo SpA si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e "a condizione che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza".

QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico è pari a: 80.000,00 € IVA esclusa per il FLUORANGIOGRAFO/RETINOGRAFO NON MIDRIATICO (RETINOGRAFO HUB).

Il quadro economico è pari a: 40.000,00 € IVA esclusa, per ciascun RETINOGRAFO NON MIDRIATICO (RETINOGRAFO SPOKE).

La base d'asta della successiva procedura di affidamento (inclusi gli oneri per la sicurezza) potrà subire, anche in funzione degli esiti della presente consultazione, modifiche rispetto al quadro economico sopra indicato.

DESTINAZIONE D'USO ED ESIGENZE FUNZIONALI

L'oggetto della procedura è funzionale all'attività specialistica ambulatoriale nella disciplina dell'oculistica per lo screening della retinopatia diabetica (individuazione di lesioni vascolari) e delle altre affezioni del fondo dell'occhio per ottimizzare in termini di invasività e qualità la diagnosi del livello del danno oculare.

Nello specifico rientra nella destinazione d'uso l'individuazione di lesioni microvascolari, la valutazione della perfusione retinica, l'individuazione delle aree ischemiche e della presenza di edema maculare cistoide anche in forma subclinica.

L'acquisizione oggetto della procedura, in linea con il *gold standard*, dovrebbe permettere di:

- ✓ Acquisire immagini di ampio campo (superiore a 120°) della superficie retinica con due fotogrammi facilmente acquisibili, in maniera programmata mediante delle mire luminose non abbaglianti.
- ✓ Eseguire uno studio approfondito della periferia retinica come sede di ischemia o di neovasi.

OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A. a socio unico

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Azienda USL di Modena // Sede legale: Via F. Ruini, 2 41049 Sassuolo (MO) // C.F. e P.I. 02815350364 – Cap. Soc. € 7.500.000,00 I.V.

Tel. 0536 846111 www.ospedalesassuolo.it // pec.ospedale@ospedalesassuolo.it



- ✓ Permettere l'acquisizione di immagini anche da personale non medico.
- ✓ Eseguire una semplice interconnessione delle apparecchiature, a supporto della refertazione a distanza.
- ✓ Diagnosticare uveiti posteriori, occlusioni vascolari, tumori endoculari e degenerazioni periferiche (con o senza rotture retiniche e presenza di distacco di retina).

CARATTERISTICHE TECNICHE

La fornitura oggetto della procedura, di alta fascia, dovrebbe essere costituita da:

- ✓ un (1) fluorangiografo/retinografo non midriatico (CND z12120114 – oftalmoscopi) per attività di oculistica in grado di acquisire immagini digitali della retina in tempo reale senza dilatazione della pupilla - (RETINOGRAFO HUB).
- ✓ due (2) eventuali retinografi non midriatici per l'implementazione della diagnostica integrata territoriale - (RETINOGRAFO SPOKE).

Nello specifico:

Il RETINOGRAFO HUB deve essere anche in grado di eseguire la fluorangiografia e l'imaging in autofluorescenza.

Sia il RETINOGRAFO HUB che i RETINOGRAFI SPOKE, orientati all'alta qualità dell'immagine e alla compliance del paziente, dovranno essere indicativamente costituiti e caratterizzati come di seguito riportato:

- 1) Eseguire imaging digitale ad ampio campo non inferiore ai 120°.
- 2) Acquisizione imaging HD.
- 3) Interconnettibili al Server di archiviazione immagini attualmente in uso (ZEISS FORUM TM).
- 4) Gestione delle *worklist* per la pianificazione dell'attività diagnostica (standard IHE) e delle immagini (e i video) in formato DICOM.
- 5) Permettere l'esecuzione dell'attività diagnostica per pazienti adulti e pediatrici.
- 6) Eventuali funzioni avanzate .
- 7) Eventuali accessori esclusivi.