

ID	<i>Fornitura in service di sistema a diagnostica rapida per SARS-CoV-2 su tampone nasofaringeo - Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.</i>
	Allegato 1)
	Caratteristiche sistema
1	Sistema a diagnostica rapida, completamente integrato (estrazione e amplificazione in un'unica piattaforma) da dedicare primariamente alle richieste di Pronto Soccorso per diagnostica SARS-CoV-2 su tampone naso-faringeo
2	Marcatura CE-IVD del sistema: strumentazione, software di analisi e reagenti
3	Completa automazione
4	Dotato di lettore Bar Code
5	Metodologia di esecuzione test: RT-PCR
6	Dotazione di PC con SW di analisi
7	Sistema da banco
8	Sistema compatto: dimensioni massime (larghezza x profondità) non superiore ai 75 cm quadrati
9	tipo di campioni: broncolavaggio (BAL), tampone nasale, aspirato nasale, tampone nasofaringeo
	Tipologia di Fornitura
10	Assistenza tecnica strumentazione tipo full risk - tutto incluso
11	Fornitura accessori e consumabili dedicati al sistema
	Produttività
12	tempo per l'emissione del risultato non superiore a 90 minuti.
13	possibilità di processare almeno 8 tamponi contemporaneamente
	Caratteristiche della fornitura
14	Consegna tassativa del sistema entro 20 gg lavorativi dall'ordine
15	possibilità di fornire reagenti per almeno 60test/die con consegna a cadenza settimanale
16	Tempi di consegna dall'ordine per kit e materiali : =/ $<$ 7 gg lavorativi
	Manutenzione

17	Tempi di intervento per manutenzione correttiva dalla chiamata: < 24 h solari (escluso sabati e festivi)
18	Tempi di risoluzione del guasto dall' intervento: entro le 24 ore solari (escluso sabato e festivi) anche con sostituzione dell' apparecchiatura con altra equivalente
19	Presenza referenti di zona per assistenza tecnica