

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI OGGETTI DELLE INDAGINI DI MERCATO

OGGETTO DELL'INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO	DOCUMENTAZIONE RICHiesta	AZIENDA SANITARIA INTERESSATA	NOTE ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
CARTUCCE COMPLETE CARTUCCE COMPLETE + HEP SIGMA ROTOL N SIGMA ROTOL P SYSTEM QC CARTRIGE	- Allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto digitalmente - Documentazione tecnica - Dichiarazione CE IVD ed altra documentazione tecnica ritenuta opportuna dall'operatore economico	AOU di Modena	

Caratteristiche del prodotto tipo:

Cartucce monouso necessarie per l'analisi contemporanea di EXTEM C, INTEM C, FIBTEM C e HEPTEM C con controlli di qualità e materiale di consumo, che garantiscano la piena compatibilità sia in termini di prestazioni che di conformità alla destinazione d'uso con i sistemi per la tromboellastografia/tromboelastometria della ditta Instrumentation Laboratory S.p.A., di proprietà dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Dovranno essere offerti prodotti equivalenti per compatibilità sia di prestazioni che di conformità alla destinazione d'uso, a lotto unico ed indivisibile.