

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI OGGETTI DELLE INDAGINI DI MERCATO

OGGETTO DELL'INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO	DOCUMENTAZIONE RICHiesta	AZ. SANITARIA INTERESSATA	NOTE ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
<u>Protesi fonatorie e cannule primo impianto</u>	<p>- Allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto digitalmente</p> <p>- Schede tecniche</p> <p>- Relazione tecnica dove si evincano le caratteristiche richieste</p> <p>- Dichiarazione CE IVD ed altra documentazione tecnica ritenuta opportuna dall'operatore economico</p>	<p>AOU di Modena</p>	

Caratteristiche del prodotto tipo:

- La protesi fonatoria, flange, corpo protesico e sportellino valvolare costituito di silicone medico e fluroplastica.
- Lunghezza della protesi variabile da 4 e 22 mm.
- Il diametro può essere compreso all'interno di un intervallo che va da 16 a 22,5 French.
- Filtro scambiatore di calore e umidità HME.
- Protesi free hands.