

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI OGGETTI DELLE INDAGINI DI MERCATO

OGGETTO DELL'INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	AZ. SANITARIA INTERESSATA	NOTE ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Processore tipo SpyGlass DS, strumentazione e relativo materiale di consumo compatibile	<ul style="list-style-type: none">- Allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto digitalmente- Schede tecniche- Relazione tecnica dove si evincano le caratteristiche richieste e l'equivalenza con il processore tipo SpyGlass DS- Dichiarazione CE IVD ed altra documentazione tecnica ritenuta opportuna dall'operatore economico	AOU di Modena	

Caratteristiche tecnologiche richieste:

Dovranno essere offerti i seguenti prodotti o prodotti equivalenti per compatibilità sia di prestazioni che di conformità alla destinazione d'uso, a lotto unico ed indivisibile come di seguito specificato:

- N. 2 sistemi per diagnosi e terapia in visualizzazione diretta dell'apparato biliopancreatico, dotti epatici inclusi – tipo "SpyGlass DS"

Consumabili:

- Catetere monouso
- Pinza biopsia monouso
- Ansa monouso
- Cestello di recupero
- Sonda di visualizzazione

Il sistema completo di strumentazione dovrà essere caratterizzato da:

- massima ergonomia d'uso
- possibilità di effettuare procedure esplorative ed endoterapiche,
- possibilità di effettuare prelievi biotipici del tessuto,
- massimo grado di movimentazione della sonda esplorativa con possibilità di blocco posizione,
- sensori di ultima generazione in grado di acquisire il massimo contenuto informativo in termini quantitativi e qualitativi
- sistema completo di video-processore con fonte luce integrata a tecnologia LED, monitor, disponibilità di n. 1 segnale DIV ausiliario

- sistema di irrigazione
- possibilità di regolazione dell'intensità luminosa
- possibilità di avere più uscite video