



AVVISO

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA COMPETITIVA PER LA FORNITURA DI N. 3 LASER CHIRURGICI A LUCE GIALLA PER LA FOTOCOAGULAZIONE DELLA RETINA DA INSTALLARSI PRESSO LE UU.OO DI OCULISTICA DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.
VALORE PRESUNTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO PARI A EURO € 213.900,00 (IVA ESCLUSA).

L'Azienda USL della Romagna con sede legale in via De Gasperi nr. 3 - 48121 Ravenna, rende noto che sta valutando la possibilità di procedere alla stipulazione di contratti per l'acquisizione di n.3 Laser Chirurgici per la Fotocoagulazione della retina da installarsi presso le UU.OO. di Oculistica rispettivamente nelle seguenti sedi:

- N.1 presso Cesena, Ospedale "Bufalini".
- N.1 presso Riccione, Ospedale "Ceccarini".
- N.1 presso Ravenna, Ospedale "S.Maria delle Croci"

Il servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-risk compreso nel prezzo non potrà essere inferiore alla durata di mesi 36 mesi, decorrenti dalla data del collaudo con esito positivo.

Oltre ai servizi connessi e prestazioni accessorie degli apparecchi oggetto d'appalto, la ditta dovrà quotare nell'offerta economica, come servizi aggiuntivi dopo il periodo di garanzia richiesto (36 mesi), il costo dell'estensione del servizio di assistenza post garanzia, per un ulteriore periodo minimo di anni 5.

Per quanto sopra richiamato, il valore complessivo stimato dell'appalto è pari a € 213.900,00 (i.e.) di cui:

- Valore delle forniture pari a € 156.000,00 (i.e.)
- Valore dei servizi di manutenzione post garanzia (minimo 5 anni) pari a € 57.900,00 (i.e.)

Si comunica pertanto che con la presente si intende espletare indagine conoscitiva per la fornitura di quanto in oggetto, al fine di acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, la conoscenza e la disponibilità di operatori economici presenti nel mercato, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

REQUISITI MINIMI RICHIESTI ALL'OPERATORE ECONOMICO:

Generali:


- o non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- o non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

Di idoneità professionale:

- o Iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile per l'espletamento della fornitura in oggetto;
- o di avere abilitazione attiva per la partecipazione alle procedure SATER/MERER sul Portale Intercenter-ER.

La presente indagine viene espletata utilizzando il "Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna" c.d. SATER disponibile sul portale dell'Agenzia Regionale Intercenter-ER.

Il presente avviso viene pubblicato sia sulla piattaforma regionale (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>) sia sul sito istituzionale dell'Azienda USL della Romagna (<https://www.auslromagna.it>) sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di gara e contratti - Avvisi, bandi e inviti.



LA SUDETTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DOVRÀ PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE SATER, ENTRO IL TERMINE INDICATO A SISTEMA E DOVRÀ ESSERE REDATTA IN CONFORMITÀ AL MODELLO ALLEGATO A.

La manifestazione di interesse dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico (in forma abbreviata OE) o da altro soggetto dotato di idonei poteri di firma e corredata di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nella manifestazione di interesse, l'OE dovrà dichiarare di possedere i titoli e requisiti richiesti e comunicare l'indirizzo PEC al quale saranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di manifestazione di interesse.

Resta inteso che le comunicazioni riguardanti la pubblicazione, i chiarimenti ed eventuali risposte a quesiti relativi alla successiva gara saranno inoltrate attraverso il portale Intercent-Er, compreso l'invito a presentare offerta.

Infine si precisa che:

1. l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda USL della Romagna, che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione del servizio.
2. non sono previste graduatorie, né punteggi, né classifiche in merito al presente avviso poiché la finalità è unicamente quella di acquisire la conoscenza, e la disponibilità degli operatori economici, a fornire il servizio sopra indicato con i requisiti richiesti.

INTERESSE PUBBLICO CHE SI INTENDE SODDISFARE

L'obiettivo della fornitura è quello di dotare l'Azienda Usl della Romagna di n. 3 apparecchiature che permettano di coagulare il sangue presente nel tessuto retinico, utilizzando l'energia luminosa di un fascio laser con lunghezza d'onda pari a 577 nm; al fine di consentire altresì i trattamenti transfoveali, di maculopatie.

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE


In esito all'indagine di mercato di cui al presente avviso, l'AUSL della Romagna U.O. Acquisti Aziendali, procederà ad indire, mediante pubblicazione sul portale di Intercent-ER, apposita procedura di gara e ad invitare alla stessa ESCLUSIVAMENTE gli OE che abbiano presentato l'interesse a partecipare, anche nel caso in cui questi non siano in numero pari o superiori a 5.

Il presente avviso è finalizzato ad una semplice manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

La procedura di gara avrà per oggetto le apparecchiature laser per fotocoagulazione che dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche generali:

- Il Laser deve essere montato su apposito tavolino regolabile automatizzato ed essere completo di lampada a fessura, microscopio e mentoniera per il paziente.
- Lampada a fessura di elevata qualità con ingrandimenti e filtro di protezione.
- Regolazione fine della posizione del fascio.
- Lunghezza d'onda del fascio terapeutico: 577 nm (giallo).
- Potenza di trattamento regolabile.
- Comando di attivazione e regolazione da pedale della Potenza.
- Possibilità di regolare il diametro dello spot.
- Possibilità di regolazione della lunghezza dell'impulso e del Duty Cycle.
- Trattamento ad onda continua, spot singolo, spot multiplo e pattern multispot.



- Griglia per trattamenti di diversi formati.
- Possibilità di eseguire trattamento laser transfoveale (certificato dal produttore).
- L'apparecchio deve possedere il controllo remoto dell'erogazione per gestire l'apertura incontrollata delle porte, nonché sistema di visualizzazione dei parametri impostati e segnalazioni ottiche ed acustiche dell'erogazione in corso.
- Trattamento a pattern modificabile.
- Misura e visualizzazione dell'energia emessa.
- Presenza di filtri e dispositivi per la protezione dell'operatore e del paziente.
- Display a colori per la regolazione e visualizzazione dei parametri di lavoro, per la visualizzazione di messaggi tecnici e allarmi.
- Per la sicurezza nell'utilizzo deve essere dotato di comando a chiave e blocco d'emergenza, di segnaletica ambientale e dei DPI, fra cui gli occhiali per gli operatori (almeno 2).
- Elevata Ergonomia.
- Menu Efficace e User Friendly.
- Disponibilità di ampia gamma di accessori per la maggiore estensibilità e flessibilità d'uso.
- La Ditta offerente deve fornire i DPI necessari, e in particolare gli occhiali di protezione per gli operatori (almeno 2 per ogni modello offerto), con caratteristiche di minima sicurezza valutate in base alla norma EN207.
- Periodo di garanzia non inferiore a 36 mesi decorrenti dalla data del collaudo con esito positivo.
- Le apparecchiature ed i componenti dovranno essere nuovi di fabbrica.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della fornitura avverrà a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

INFORMAZIONI E TUTELA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Ausl della Romagna a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Eventuali informazioni sul presente avviso potranno essere chieste attraverso l'apposita funzione disponibile sul portale.

IN QUALSIASI DOCUMENTO (NOTA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, RICHIESTA DI CHIARIMENTI, RISPOSTE ALLA PRESENTE), INDICARE SEMPRE NELL'OGGETTO DELLA VOSTRA COMUNICAZIONE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) INDIVIDUATO NELLA d.ssa Silvia Ceccaroli.

Il Responsabile del Procedimento
d.ssa Silvia Ceccaroli

U.O. ACQUISTI AZIENDALI
Il Direttore ad interim
dott.ssa Orietta Versari

Allegato A – Fac simile domanda di partecipazione

