

Allegato 3 al Disciplinare di Gara

CAPITOLATO SPECIALE

Gara Europea a procedura aperta tramite il portale SATER di INTERCENTER, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., suddivisa in n. 4 lotti, volta all'affidamento in service della fornitura di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti -

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in n. 4 lotti, volta all'affidamento in service della fornitura di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti –

ART. I. – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato speciale, unitamente agli atti di gara nel loro complesso, disciplina i rapporti contrattuali derivanti dall'espletamento della procedura di gara ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha per oggetto l'affidamento della fornitura in service di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti - necessari alla UOC Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata suddivisa in n. 4 lotti.

I quantitativi richiesti per ciascun lotto indicati nella documentazione di gara sono da considerarsi meramente presuntivi e calcolati su dati storici delle attività dell'Azienda Ospedaliera e su fabbisogni presuntivi futuri.

Le caratteristiche tecniche minime dei dispositivi oggetto della procedura sono elencate dettagliatamente nell'allegato n. I - ELENCO E DESCRIZIONE al presente documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Il presente Capitolato speciale descrive, inoltre, i servizi connessi alla fornitura dei dispositivi medici di cui all'oggetto che si intendono prestati dall'Aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima pertanto l'Azienda Ospedaliera non corrisponderà all'Appaltatore alcun ulteriore prezzo.

Nel caso in cui la descrizione dei dispositivi oggetto dei Lotti identifichi un prodotto riconducibile in modo univoco ad un'Azienda produttrice, costituirà offerta valida ogni altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle richieste ed equivalenza nell'uso.

Art.2. - QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

L'appalto è soggetto alle norme previste dal bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, dal presente capitolato speciale, dal D.Lgs 18.4.2016, n. 50 s.m.i. Si applicano, inoltre, le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché quelle che potranno essere emanate durante la gestione della fornitura.

ART.3.- RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile della corretta esecuzione del contratto viene individuato nella persona del Direttore UOC Patologia Clinica Dr.ssa Mariarosa Gaudio.

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in n. 4 lotti, volta all'affidamento in service della fornitura di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti –

Al Responsabile della corretta esecuzione del contratto è attribuita la funzione di ordinazione della fornitura, vigilanza e controllo sul mantenimento dei livelli di qualità e di efficacia, efficienza ed economicità delle prestazioni rese dall'Esecutore e i conseguenti adempimenti, quali il rilascio della documentazione attestante la regolarità della fornitura, necessari per la liquidazione dei corrispettivi.

Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tal fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., segnalando al RUP le eventuali inadempienze contrattuali della/e Impresa/e aggiudicataria/e al fine dell'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.

ART.4. -DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura dei prodotti oggetto di gara è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data in cui il contratto è divenuto efficace; la stazione appaltante, secondo quanto previsto dal D.Lvo 50/2016 s.m.i., si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto in casi di comprovata urgenza, preventivamente deliberato con apposito provvedimento debitamente motivato, dopo che l'aggiudicazione è divenuta definitiva e prima della stipula del contratto.

L'Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di concordare esplicitamente con l'impresa aggiudicataria l'eventuale prosecuzione del contratto, fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e si riserva, altresì, di rinnovare l'Appalto per successivi 12 mesi nei quali l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, ovvero fino a quando l'Azienda non abbia provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Altresì la fornitura si intenderà conclusa qualora intervenga l'aggiudicazione di una gara regionale centralizzata e/o svolta in forma aggregata, secondo quanto stabilito dai Decreti del Commissario ad Acta DCA n. U00287/2017 e n. U00487/2017, così come modificati ed integrati dal DCA n. U00246/2018.

ART.5. -FABBISOGNO

Le quantità del materiale, che vengono espresse nell'allegato n. I Capitolato Tecnico, sono indicative e, quindi, non vincolano l'Azienda, che si riserva la facoltà di rimodularle in ragione delle effettive necessità.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Azienda può chiedere e l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in n. 4 lotti, volta all'affidamento in service della fornitura di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti –

atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

In ogni caso, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino, a carico dell'esecutore, maggiori oneri.

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti o affiancati da altri di più recente produzione, sarà facoltà dell'Azienda accettare i nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in sede di gara, ovvero rifiutarli, a suo insindacabile giudizio, qualora i nuovi prodotti vengano ritenuti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

L'oggetto della fornitura per tutta la durata contrattuale dovrà risultare dotato delle caratteristiche riportate nell'allegato n. I – Capitolato Tecnico - che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale.

I prodotti offerti devono essere confezionati e imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e lo stoccaggio nel periodo di validità degli stessi.

Le imprese concorrenti sono tenute ad offrire unicamente i prodotti aventi le caratteristiche tecniche richieste nel presente Capitolato.

Non saranno prese in considerazione offerte alternative.

ART. 6 bis – ATTIVITA' DI FORMAZIONE

L'Appaltatore dovrà garantire la formazione, l'aggiornamento continuo del personale addetto all'utilizzo ed eventuali consulenze per tutta la durata del contratto.

ART. 6 ter – SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

L'Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata del contratto il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica della strumentazione offerta.

ART. 7 – OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA' DELL' AGGIUDICATARIO

L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire per tutta la durata contrattuale gli stessi prodotti offerti in gara per marca e modello (codice articolo) di produzione.

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in n. 4 lotti, volta all'affidamento in service della fornitura di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti –

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, relativamente alla fornitura oggetto della gara, tutte le imposte e le tasse esistenti al momento della presentazione dell'offerta o sopravvenute in seguito, esclusa l'I.V.A. che è a carico della stazione appaltante.

Sono a completo carico dell'impresa aggiudicataria tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione.

E', altresì, a carico dell'impresa aggiudicataria ogni altro onere, spesa o rischio relativo al trasporto, all'imballaggio ed al facchinaggio, nonché ai mezzi utilizzati ed al personale impiegato, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie ed agli obblighi previdenziali previsti dalla normativa vigente.

Le spese per eventuali perizie che, nel corso della fornitura, l'Azienda intendesse far eseguire per verificare la rispondenza del prodotto fornito alla qualità ed alle caratteristiche previste nel contratto e negli altri atti di gara, saranno, in caso di riscontrata mancata rispondenza, a carico dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

I prodotti forniti dovranno essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'impresa aggiudicataria non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della stazione appaltante.

E' fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Azienda, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla normativa vigente a favore dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, ha l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti entro sette giorni dalla loro accensione e/o variazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 8 – PREZZO

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in n. 4 lotti, volta all'affidamento in service della fornitura di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti –

Il prezzo unitario di aggiudicazione di ogni singolo articolo si intende comprensivo di tutte le spese di imballaggio, trasporto, rischi di viaggio, e sostituzione, con la sola esclusione dell'I.V.A.

I corrispettivi sono dovuti esclusivamente per consegne di fornitura richieste con regolare lettera d'ordine emessa in via informatica e sottoscritta dal Direttore della esecuzione del contratto.

Qualora nelle more dell'aggiudicazione o nel corso dell'esecuzione del contratto vengano attivati, a seguito di eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Lazio, processi d'acquisto centralizzati o aggregazione d'acquisto tra più aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'approvvigionamento della fornitura di cui trattasi, l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere all'impresa aggiudicataria l'adeguamento dei prezzi alle condizioni previste nelle predette procedure d'acquisto, se ritenute più convenienti sia sotto il profilo economico che sotto quello organizzativo.

Nel caso di mancata adesione dell'impresa aggiudicataria a tale richiesta, sarà facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto relativamente ai prodotti in questione, senza che l'impresa aggiudicataria possa avanzare diritto alcuno, tranne quello di ottenere il corrispettivo per le prestazioni eventualmente eseguite.

ART. 9 – REVISIONE PREZZI

I corrispettivi offerti in gara per la fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

ART. 10 – LETTERA D'ORDINE, TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

L'impresa aggiudicataria potrà effettuare la consegna dei sistemi soltanto a seguito dell'emissione di apposita comunicazione nella quale saranno definiti i tempi, le modalità, il luogo ed il referente dell'Azienda preposto al collaudo degli stessi.

La consegna dovrà avvenire franca di ogni rischio, spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria, con la sola esclusione dell'I.V.A., entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione sopra citata, salvo diverso termine indicato nella lettera d'ordine.

Ad avvenuto esito positivo del collaudo, successivamente alla consegna dei sistemi in oggetto, l'Azienda ne darà formale comunicazione e decorreranno i tempi di valenza contrattuale e di corresponsione del canone.

Gli ordinativi dei prodotti inclusi nella fornitura in oggetto, saranno effettuati tramite emissione di apposita lettera d'ordine informatizzata.

Dovranno di volta in volta essere consegnati prodotti con validità non inferiore a 6 mesi, ove prevista una data di scadenza del confezionamento. In casi di necessità contingenti e di urgenza, l'impresa aggiudicataria dovrà essere in grado di far fronte ad eventuali richieste con la massima tempestività, mettendo a

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in n. 4 lotti, volta all'affidamento in service della fornitura di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti –

disposizione i prodotti occorrenti nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre 48 ore dalla relativa richiesta. L'impresa aggiudicataria è tenuta a dare tempestiva e contestuale comunicazione alla UOS Dispositivi Medico Chirurgici di ogni impedimento alla consegna.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non effettui la consegna nei termini previsti, l'Azienda provvederà ad applicare le penali nella misura e con le modalità di cui al n. 1 del successivo articolo 14 del presente capitolato e ad acquistare i prodotti presso le imprese non aggiudicatarie, procedendo ad interpellarle secondo l'ordine della graduatoria di aggiudicazione. In tal caso l'Azienda addebiterà all'impresa aggiudicataria inadempiente la differenza fra il maggior prezzo pagato ed il prezzo previsto nel contratto, procedendo all'escussione della cauzione definitiva fino a concorrenza di tale differenza di prezzo.

In caso di reiterata inosservanza del termine di consegna per tre volte consecutive, l'impresa aggiudicataria potrà essere considerata inadempiente e il contratto risolto di diritto, con le conseguenze di cui al successivo articolo 15 del presente capitolato.

I prodotti inclusi nella fornitura in oggetto devono corrispondere per qualità, quantità e confezioni a quanto previsto dal presente Capitolato e dagli altri atti di gara. L'accertamento di tale corrispondenza avverrà ad insindacabile giudizio del responsabile incaricato della UOC di Patologia Clinica.

Sull'imballo e/o confezionamento dei dispositivi medici ed ai relativi accessori devono essere riportate almeno tutte le informazioni previste al punto 13 dell'allegato I Direttiva Comunitaria 93/42/CEE recepita con D.Lgs. 46/97. Eventuali avvertenze o precauzioni dovranno essere chiaramente leggibili. I dispositivi dovranno essere corredati di foglio illustrativo in lingua italiana.

La merce, all'atto della consegna, dovrà risultare accompagnata da regolare Documento di Trasporto in triplice copia, perfettamente conforme e corrispondente alla Lettera d'Ordine, con l'esatta indicazione dei codici prodotto, delle descrizioni prodotti, quantità e numero di lotto.

Una copia del Documento di Trasporto sarà restituito per ricevuta.

La firma all'atto di ricevimento della merce non impegna l'Azienda circa la verifica quali-quantitativa del contenuto; l'Azienda si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine sia alla non corrispondenza quantitativa fra i prodotti consegnati e quelli richiesti con la lettera d'ordine, sia la non conformità dei prodotti consegnati alle caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato e dagli altri atti di gara, entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di consegna.

Nel caso in cui venga riscontrata una mancata conformità dei prodotti consegnati alle caratteristiche qualitative previste dal presente Capitolato o dagli altri atti di gara, l'Azienda richiederà al fornitore la sostituzione dei prodotti non accettati entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13 del presente Capitolato.

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in n. 4 lotti, volta all'affidamento in service della fornitura di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti –

Qualora la sostituzione non fosse possibile, l'Azienda provvederà ad acquistare i prodotti presso le imprese non aggiudicatrici, procedendo ad interpellarle secondo l'ordine della graduatoria di aggiudicazione. In tal caso l'Azienda addebiterà all'impresa aggiudicataria inadempiente la differenza fra il maggior prezzo pagato ed il prezzo previsto nel contratto, procedendo all'escussione della cauzione definitiva fino a concorrenza di tale differenza di prezzo. L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di agire per ottenere il risarcimento di ogni ulteriore danno che dall'eventuale risoluzione possa derivare.

Nel caso in cui venga riscontrata una difformità di quantità fra i prodotti consegnati e quelli richiesti con la lettera d'ordine, l'Azienda potrà:

- nell'ipotesi di fornitura di quantitativi minori rispetto a quelli richiesti, richiedere al fornitore la consegna dei restanti quantitativi entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta e, ove il fornitore non ottemperi, procedere all'applicazione delle penali previste nel successivo articolo 13 del presente Capitolato.

In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti forniti venissero rilevati vizi o difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza, l'Azienda potrà richiederne la sostituzione entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta ovvero provvedere all'applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 14 del presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, vengano rigorosamente osservate le idonee modalità per la buona conservazione dei prodotti.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire il grado di pulizia previsto fino al momento dell'uso e l'eventuale sterilità.

I prodotti forniti che risultino alla consegna prossimi alla scadenza o già scaduti verranno restituiti e l'impresa aggiudicataria tenuta all'immediata sostituzione.

Gli imballi che presentino difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati a giudizio degli addetti della UOC di Patologia Clinica, e l'impresa aggiudicataria sarà tenuta all'immediata sostituzione.

Nella liquidazione delle fatture non verrà tenuto conto dei costi ulteriori per il ritiro e sostituzioni, eventuali somme addebitate per le spese di imballaggio, trasporto, facchinaggio, bolli ecc., resteranno a totale carico del fornitore, in quanto comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Salute o, comunque, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'impresa aggiudicataria dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente accredito nei confronti di questa Azienda.

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in n. 4 lotti, volta all'affidamento in service della fornitura di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti –

ART. 11 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

E' facoltà dell'Azienda procedere alla modifica dell'aggiudicazione in caso di immissione in commercio di realizzazioni tecnologicamente più evolute dei prodotti oggetto di aggiudicazione, qualora le stesse, a parità di tutte le altre condizioni di aggiudicazione, siano ritenute, secondo motivato parere reso dal Direttore della UOC di Patologia Clinica, appropriate per rendimento e funzionalità.

ART. 12 - GARANZIA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

A garanzia degli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria è tenuta, ai sensi dell'art 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a costituire garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale entro il termine stabilito nella notifica di aggiudicazione (10 giorni).

Detta garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dallo svolgimento della fornitura (anche di quelli per l'inadempimento dei quali è prevista l'applicazione di penali, con conseguente diritto dell'Azienda di procedere all'escussione della cauzione definitiva fino a concorrenza dell'importo delle penali), nonché, in caso di risoluzione del contratto e di conseguente esecuzione dello stesso in danno dell'impresa aggiudicataria inadempiente, delle spese in più sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto .

L'impresa aggiudicataria è tenuta in ogni momento, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora il suo importo, nel corso del rapporto contrattuale, dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa.

La cauzione definitiva sarà restituita solo dopo la liquidazione dell'intero corrispettivo, sempre che siano stati tacitati tutti i diritti dell'Azienda e definite tutte le eventuali controversie, sia amministrative che giudiziarie, insorte e sia stato, inoltre, effettuato dall'Esecutore l'integrale pagamento di ogni onere fiscale e di quanto altro comunque da lui dovuto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da parte della stazione appaltante, che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali, sia provvisori che definitivi.

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in n. 4 lotti, volta all'affidamento in service della fornitura di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti –

ART. 13 – PENALI

- 1) Qualora l'impresa aggiudicataria non ottemperi alle prescrizioni e/o ai termini previsti nel presente Capitolato e tale inadempimento non sia imputabile all'Azienda ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la stazione appaltante provvederà ad applicare al fornitore una penale in misura giornaliera di importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione alle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
- 2) In caso di consegna di prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche previste dal presente capitolato o dagli altri atti di gara ovvero affetti da vizi tali da renderli inadatti all'uso, la stazione appaltante comunicherà al fornitore la mancata accettazione dei prodotti non conformi e/o viziati e chiederà di provvedere alla sostituzione di tali prodotti entro il termine perentorio di tre giorni dalla ricezione, assegnando un termine di cinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione, per la presentazione delle controdeduzioni scritte. Trascorso invano tale termine ovvero nel caso in cui dette controdeduzioni siano ritenute insoddisfacenti o inaccettabili, l'Azienda procederà all'applicazione delle penali come sopra indicate.
- 3) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale.
- 4) L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, potrà provvedere all'escussione della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore senza necessità di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 5) Le inadempienze che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo fanno sorgere, in capo all'Azienda, il diritto di acquistare i prodotti oggetto di gara presso altre imprese in danno del fornitore inadempiente. In tal caso, sia la differenza tra l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggior onere e danno comunque derivante all'Azienda resterà a carico dell'impresa inadempiente.
- 6) L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento dell'impresa aggiudicatrice, né qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda potrà assegnare all'aggiudicatario, mediante lettera raccomandata A/R, un termine di quindici giorni dal

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in n. 4 lotti, volta all'affidamento in service della fornitura di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti –

ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.).

Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- emanazione, nei confronti dell'appaltatore, di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011;
- passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., dagli articoli 314, comma 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 c.p., nonché per reati di usura e riciclaggio e per frodi nei confronti della stazione appaltante, di subappaltatori e di lavoratori;
- violazione della normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, più in generale, delle norme e delle leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- violazione dei contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriali, nonché violazioni delle norme relative al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;
- cessione dell'azienda, cessazione di attività, fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge;
- revoca, ritiro, decadenza, sospensione, e annullamento delle autorizzazioni di legge previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti;
- violazione della normativa antimafia;
- interruzione o sospensione della fornitura che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore;
- ritardo nella fornitura tale da rendere la stessa non più di interesse per l'Azienda;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;
- violazioni delle prescrizioni relative al subappalto e/o alla cessione del contratto;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente, nel corso della procedura di gara.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in n. 4 lotti, volta all'affidamento in service della fornitura di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti –

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura fino alla scadenza naturale dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'Azienda provvederà ad addebitare alla impresa aggiudicataria inadempiente la differenza fra le maggiori spese sostenute e quelle previste dal contratto risolto

Le somme necessarie al sostenimento di tali spese sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti vantati dall'impresa nei confronti dell'Azienda, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno che da tale risoluzione possa derivare all'Azienda.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART 15 – FATTURAZIONE

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 Aprile 2013, che ha fissato la decorrenza dell'obbligo della fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione (legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214) a partire dal 31 Marzo 2015 i fornitori dell'Azienda Ospedaliera – Complesso Ospedaliero San Giovanni/Addolorata dovranno trasmettere esclusivamente fatture in formato elettronico, nel rispetto delle specifiche di cui all'allegato A del suddetto Decreto.

Di seguito i dati dell'Azienda necessari per la fatturazione:

Denominazione Ente Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata

Codice IPA Azos_sga

Codice Univoco Ufficio UFG3BS

Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale e Partita IVA 04735061006

Comune dell'Ufficio Roma

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in n. 4 lotti, volta all'affidamento in service della fornitura di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti –

Le ditte partecipanti con la sottoscrizione del presente Capitolato, dichiarano di aver preso visione e di accettare pienamente il contenuto del DCA n. U00308/2015 della Regione Lazio, avente ad oggetto: "Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118", consultabile al link di seguito riportato: http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_normativa/SAN_DCA_U00308_03_07_2015.pdf

ART 16 - INTERESSI MORATORI

L'Azienda si impegna a pagare entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il termine si intende automaticamente interrotto in caso di contestazione scritta in merito alla regolare esecuzione del contratto, notificata entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della fattura.

Trascorso tale termine, in caso di mancato pagamento, la ditta aggiudicataria si impegna a richiedere direttamente ed esclusivamente il pagamento degli interessi moratori senza alcun addebito di spese legali per il recupero del credito.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per la decisione delle controversie eventualmente insorte è esclusivamente quello di Roma.

f.to Il Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Dott. Paolo Cavallari)

La Ditta, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale.

Timbro e firma

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in n. 4 lotti, volta all'affidamento in service della fornitura di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti –

ALLEGATO N. 1 - ELENCO E DESCRIZIONE

| n. Lotto | Lotti di Gara |
|----------|--|
| 1. | Sistema diagnostico completo per l'esecuzione delle ELETTROFORESI proteiche e delle tipizzazioni delle componenti monoclonali su siero, urine, LCR |
| 2. | Sistema macchina reagenti per l'esecuzione della VES – velocità di eritrosedimentazione |
| 3. | Sistema macchina reagenti per l'esecuzione dei test EMOGLOBINA GLICATA ed EMOGLOBINE patologiche HPLC |
| 4. | Sistema macchina reagenti per EMOGASANALISI con tecnologia a cartuccia multitest |

LOTTO 1

Sistema diagnostico completo per l'esecuzione delle ELETTROFORESI proteiche e delle tipizzazioni delle componenti monoclonali su siero, urine, LCR

Oggetto del presente lotto è la fornitura in service di un sistema analitico composto da uno o più analizzatori e accessori per la determinazione dei test sottoelencati.

Base d'asta € 48.000,00/anno

Test Richiesti non comprensivi di controlli.

| ESAME | N. TEST/ANNO | Frequenza di esecuzione |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|
| IFE | 1.200 | 3 giorni/settimana |
| IFU | 600 | 3 giorni/settimana |
| ELETTROFORESI PROTEICHE SIERO | 40.000 | Giornaliera 6/7 |
| ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE | 1000 | 3 giorni/settimana |
| IMMUNOSOTTRAZIONI | 1000 | 3 giorni/settimana |

Dovranno essere forniti reattivi in quantità necessaria all' esecuzione dell'attività annua con la cadenza riportata in tabella.

Dovranno essere forniti CQI in quantità necessaria allo svolgimento dell'attività annua con la cadenza riportata in tabella.

Dovranno essere forniti in sconto merce le soluzioni di lavaggio, i diluenti e tutto quanto necessario (disposable) per l'ottimale svolgimento dell'attività annua con la cadenza riportata in tabella.

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in n. 4 lotti, volta all'affidamento in service della fornitura di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti –

LOTTO 2

Sistema macchina reagenti per l'esecuzione della VES- Velocità di eritrosedimentazione

Fabbisogno n. 30.000/anno

Base d'asta € 11.000,00/anno

Oggetto del presente lotto è la fornitura in service di un sistema analitico per la determinazione della VES, composto da 2 analizzatori identici.

LOTTO 3

Sistema macchina reagenti per l'esecuzione dei test Emoglobina Glicata ed Emoglobine Patologiche in HPLC

Oggetto del presente lotto è la fornitura in service di un sistema diagnostico per la determinazione dei TEST sotto riportati in HPLC composto da uno o più analizzatori.

Base d'asta € 16.500,00/anno

Test Richiesti esclusi test per calibrazioni e controlli:

| ESAME | N. TEST/ANNO | Frequenza dosaggio |
|----------------|--------------|--------------------|
| HB GLICATE | 8.000 | 6/7 |
| HB PATOLOGICHE | 500 | 6/7 |

Dovranno essere forniti reattivi in quantità necessaria all'esecuzione dell'attività annua con la cadenza riportata in tabella.

Dovranno essere forniti CQI e calibratori in quantità necessaria allo svolgimento dell'attività annua con la cadenza riportata in tabella.

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in n. 4 lotti, volta all'affidamento in service della fornitura di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti –

Dovranno essere forniti in sconto merce le soluzioni di lavaggio, i diluenti e tutto quanto necessario (disposable) per l'ottimale svolgimento dell'attività annua con la cadenza riportata in tabella.

LOTTO 4

Service per emogasanalizzatori

Emogas n. 35.000/anno

Base d'asta € 100.000,00/anno

Oggetto della fornitura

L'oggetto della fornitura è costituito da un sistema di n° 10 emogasanalizzatori con tecnologia a cartuccia multitest per la Patologia Clinica e i reparti di Pronto Soccorso, UTIC, TIN, TIPO, Rianimazione, Nefrologia, Polo Oncematologico e Broncopneumologia dell' Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata

Gli analizzatori offerti dovranno essere nuovi di fabbrica e la tipologia di modello offerto dovrà essere identica nel Laboratorio e nei Reparti dell'Azienda.

La fornitura dovrà comprendere un software dedicato di area connesso al sistema informatico gestionale del Laboratorio Analisi, al fine di realizzare un sistema di gestione che dalla Patologia Clinica possa effettuare un controllo unico e conforme ai più alti criteri di qualità. Oltre al server e ai relativi accessori, la fornitura dovrà comprendere anche n. 2 client per la gestione remota dei sistemi offerti.

I singoli sistemi devono essere in grado di effettuare le determinazioni analitiche elencate e quantificate nell'allegato A1.

1. Obiettivi organizzativi

Gli obiettivi di organizzazione che la Patologia Clinica si propone in conseguenza della acquisizione del sistema analitico sono i seguenti:

- Tracciabilità dei campioni e archiviazione dei dati con eventuale invio alla cartella clinica.
- Semplificazione delle procedure di accettazione dei pazienti.
- Riduzione dell'impegno degli operatori in virtù della semplicità di gestione dei sistemi analitici offerti.
- Gestione centralizzata di tutti i sistemi analitici offerti.
- Riduzione dei reflui prodotti.
- Sicurezza per gli operatori coinvolti

Materiale da prelievo utilizzato

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 suddivisa in n. 4 lotti, volta all'affidamento in service della fornitura di sistemi MACCHINA REAGENTI per ELETTROFORESI, VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES), EMOGLOBINE, EMOGASANALISI – noleggio macchine e acquisto reagenti –

Il materiale utilizzato è costituito da:

- *siringhe eparinate*
- *capillari eparinati*

Sistema informatico

Il sistema informatico gestionale del laboratorio a cui deve essere collegato il software di area offerto è Open lis di Engineering

N.B. Per la strumentazione destinata al P.S. il sistema di accettazione è GIPSE, per gli altri Areas orderEntry. Tutti i dati, compresi quelli relativi agli esami del DEA devono comunque essere gestiti e archiviati sul LIS ed inviati alla cartella clinica.

Caratteristiche del progetto

Alle Ditte che partecipano alla gara è richiesta la predisposizione e presentazione di un progetto che consenta il massimo grado di raggiungimento degli obiettivi analitici e gestionali riportati al precedente punto 2. Le offerte tecniche dovranno essere presentate in forma di relazione progettuale sintetica- max 10 pag.- con descrizione delle modalità con le quali i sistemi proposti sono in grado di svolgere le varie funzioni richieste, fase per fase, e, conseguentemente, degli obiettivi raggiungibili e dei benefici a livello di organizzazione che le diverse ipotesi presentate comporteranno. Il progetto dovrà contenere, oltre alla descrizione della strumentazione e delle metodologie analitiche offerte, anche una accurata e dettagliata esposizione delle modalità proposte per la tracciabilità dei pazienti, delle modalità di refertazione e del grado di impegno del personale per l'espletamento delle procedure analitiche.

Il progetto deve prevedere l'esecuzione quotidiana di un controllo di qualità interno su almeno due livelli.

Il progetto deve includere nel pacchetto strumentale offerto tutto quanto necessario al funzionamento del sistema, compreso un gruppo di stabilizzazione e continuità per tutti gli analizzatori previsti, tutto il materiale di consumo, dai nastri o cartucce e dalla carta per le stampanti ai consumabili e ai ricambi previsti dalla manutenzione ordinaria, escluse solo le siringhe e i capillari per la raccolta dei campioni. Devono essere fornite anche 10 stampanti per codici a barre, del tipo Zebra e n.10 pistole per lettura codice a barre a corredo di ogni strumento offerto.

Infine, devono essere incluse nel pacchetto strumentale offerto le postazioni informatizzate (PC, stampante laser) per la gestione del collegamento on line del sistema analitico con l'host computer del laboratorio e per le operazioni di validazione e stampa dei referti, indipendentemente ed in aggiunta ad eventuali PC dedicati alla gestione della strumentazione analitica o integrati nella strumentazione stessa.