

# ALLEGATO 4

## ELENCO PRODOTTI

### Sommario

1.	Elenco prodotti e caratteristiche tecniche minime di ognuno.....	2
2.	Elenco accessori aggiuntivi .....	29
	Lotto 4 – Ausili per il sollevamento ad imbracatura e ausili per sollevamento fissati o montati su o in altri arredi.....	30
	Lotto 5 – Sollevatore a bandiera .....	31
	Lotto 9 – Sedie e barelle .....	32
	Lotto 10 – Letti e reti smontabili regolabili .....	33
	Lotto 11 - Materassi e traverse .....	34

## 1. Elenco prodotti e caratteristiche tecniche minime di ognuno

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
<b>1</b>	<b>0</b>			<b>Ausili per la mobilità personale</b>		
1	1	12.03.06.003	Y120306	Antibrachiale con puntale di appoggio regolabile inferiormente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In alluminio</li> <li>- appoggio antibrachiale monoblocco in materiale plastico (infrangibile)</li> <li>- puntali ad alto attrito in gomma, regolabile nella parte inferiore</li> <li>- disco catarifrangente posto anteriormente all'impugnatura</li> <li>- manopola anatomica</li> <li>- portata non inferiore a 100 Kg</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
1	2	12.03.06.006	Y120306	Antibrachiale con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore	Come §1.1 (12.03.06.003) con in aggiunta l'ammortizzatore	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
1	3	12.03.12.009	Y120312	Sottoascellare, con puntale di appoggio e regolazione dell'altezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sottoascellare imbottito in gomma naturale morbida</li> <li>- in lega leggera</li> <li>- impugnatura imbottita</li> <li>- regolazione simultanea dell'impugnatura e dell'altezza</li> <li>- puntale antiscivolo in gomma ad alto attrito</li> <li>- portata non inferiore a 100 Kg</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
1	4	12.03.16.003	Y120315	Tripode	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In lega leggera</li> <li>- regolabile in altezza con diverse posizioni possibili. La regolazione deve avvenire in maniera semplice ma allo stesso tempo deve dare garanzia di stabilità nella posizione prescelta</li> <li>- sia con base di appoggio stretta che larga</li> <li>- dotato di tappi antiscivolo</li> <li>- la larghezza della base, nelle misure strette, deve permettere di appoggiare le coppie di punte più vicine all'utilizzatore nelle dimensioni standard di profondità dei gradini</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- impugnatura anatomica.</li> <li>- portata non inferiore a 100 Kg</li> </ul>	
1	5	12.03.16.006	Y120318	Quadripode	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In lega leggera</li> <li>- regolabile in altezza con diverse posizioni possibili. La regolazione deve avvenire in maniera semplice ma allo stesso tempo deve dare garanzia di stabilità nella posizione prescelta</li> <li>- sia con base di appoggio stretta che larga</li> <li>- dotato di tappi antiscivolo</li> <li>- la larghezza della base, nelle misure strette, deve permettere di appoggiare le coppie di punte più vicine all'utilizzatore nelle dimensioni standard di profondità dei gradini</li> <li>- impugnatura anatomica.</li> <li>- portata non inferiore a 100 Kg</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
1	6	12.06.03.003	Y120603	Deambulatore con quattro puntali rigido	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struttura in acciaio o lega leggera</li> <li>- dotato di quattro puntali in gomma antiscivolo</li> <li>- struttura rigida</li> <li>- base lunga almeno cm 60, con regolazione di altezza, profondità di almeno 49-50 cm.</li> <li>- portata non inferiore a 120 Kg.</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
1	7	12.06.03.006	Y120603	Deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struttura in acciaio o lega leggera</li> <li>- con quattro puntali in gomma antiscivolo</li> <li>- con struttura articolata per poter seguire meccanicamente la deambulazione</li> <li>- base lunga almeno cm 60, con regolazione di altezza, profondità di almeno 49-50 cm</li> <li>- portata non inferiore a 120 Kg.</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
1	8	12.06.06.003	Y120606	Deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struttura in alluminio e pieghevole</li> <li>- disponibilità di modelli sia con ruote anteriori fisse e sia con ruote anteriori piroettanti, di diametro minimo di 6 cm</li> <li>- i puntali devono essere dotati di tappi antiscivolo</li> <li>- telaio regolabile in altezza</li> <li>- portata non inferiore a 120 kg</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
1	9	12.06.06.006	Y120606	Deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telaio pieghevole in lega leggera</li> <li>- regolabile in altezza</li> <li>- quattro ruote, di cui due fisse e due piroettanti</li> <li>- impugnature in materiale morbido posizionate sul telaio</li> <li>- dotato di freno unidirezionale e progressivo (da intendersi come frenata proporzionata alla forza applicata sulle maniglie che agisce sulle ruote posteriori unidirezionali)</li> <li>- portata non inferiore a 120 kg</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
1	10	12.06.09.003	Y120609	Deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti o due direzionali fisse e due piroettanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telaio in lega leggera pieghevole</li> <li>- due ruote direzionali fisse e due piroettanti, di diametro 200 mm</li> <li>- coppia di freni a cavo azionabili durante la deambulazione con leve (chiuso) ad impugnatura anatomica (preferibilmente morbida)</li> <li>- regolabile in altezza</li> <li>- freno di stazionamento per la sosta e prima della seduta</li> <li>- dotato di piano morbido d'appoggio con funzione di sedile per riposo (dotato di sostegno dorsale)</li> <li>- dotato di cestino o borsa porta-oggetti amovibile</li> <li>- dotato di gancio portaborse</li> <li>- portata non inferiore a 120 kg</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
1	11	12.06.12.003	Y120612	Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telaio in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità)</li> <li>- quattro ruote piroettanti (min. 6 cm di diametro) di cui due, quelle posteriori, con freni di stazionamento a piede</li> <li>- ampio piano imbottito con supporto regolabile in altezza e con incavo per appoggio antibrachiale</li> <li>- due maniglie imbottite</li> <li>- portata non inferiore a 120 kg</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
1	12	12.06.12.006	Y120612	Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari	<p>Come §1.11 (12.06.12.003) con le seguenti ulteriori caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con appoggi sotto-ascellari imbottiti, girevoli e regolabili in altezza</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>Rampe portatili</b>		
2	1	18.30.15.003	Y183015	Rampa portatile e pieghevole di lunghezza non inferiore a 150 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausilio adatto al superamento di dislivelli contenuti</li> <li>- costruito in alluminio o altro materiale composito</li> <li>- ripiegabile lungo l'asse principale, con un'ampia superficie di scorrimento</li> <li>- facilmente ripiegabile e trasportabile come una valigia</li> <li>- portata non inferiore a 250 kg</li> <li>- larghezza non inferiore a 70 cm</li> <li>- lunghezza non inferiore 150 cm</li> <li>- peso non superiore a 16 kg</li> <li>- superficie antiscivolo</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
2	2	18.30.15.003	Y183015	Rampa portatile e pieghevole di lunghezza non inferiore a 200 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausilio adatto al superamento di dislivelli contenuti</li> <li>- costruito in alluminio o altro materiale composito</li> <li>- ripiegabile lungo l'asse principale, con un'ampia superficie di scorrimento</li> <li>- facilmente ripiegabile e trasportabile come una valigia</li> <li>- portata non inferiore a 250 kg</li> <li>- larghezza non inferiore a 70 cm</li> <li>- lunghezza non inferiore a 200 cm</li> <li>- peso non superiore a 25 kg</li> <li>- superficie antiscivolo</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
2	3	18.30.15.006	Y183015	Coppia di rampe portatili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausilio adatto al superamento di dislivelli contenuti</li> <li>- costruite in alluminio per favorire la leggerezza e consentire un agevole trasporto</li> <li>- telescopiche, come "binari" separati con misure variabili</li> <li>- lunghezza massima estensibile non inferiore a 200 cm</li> <li>- superficie antiscivolo</li> <li>- dotate di maniglie di trasporto</li> <li>- portata non inferiore a 250 kg</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- fornite con borsa di trasporto</li> <li>- peso non superiore a 8 kg</li> </ul>	
<b>3</b>	<b>0</b>			<b>Ausili per il trasferimento</b>		
3	1	12.31.03.003	Y123003	Asse per il trasferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costruita in materiale plastico, legno o materiale di analoga capacità di resistenza e leggerezza</li> <li>- disponibilità di modelli di forma rettangolare e a banana</li> <li>- facile da pulire</li> <li>- portata non inferiore a 120 Kg</li> <li>- presenza, nella parte inferiore, di materiale antiscivolo</li> <li>- lunghezza minima di 70 cm</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
3	2	12.31.03.006	Y123099	Disco girevole	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disco in appoggio al pavimento che permette di posizionare la persona con un unico movimento di rotazione evitando torsioni di ginocchia e tronco e movimenti innaturali del bacino</li> <li>- Portata non inferiore a 120 kg</li> <li>- diametro di circa 40 cm (con tolleranza di +/- 2 cm)</li> <li>- presenza di materiale antiscivolo nella parte inferiore</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
3	3	12.31.03.009	Y123099	Telo ad alto scorrimento (misura piccola)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posizionabile parzialmente o completamente sotto la persona per facilitare il trasferimento mediante un movimento di slittamento, in grado di limitare l'attrito tra le superfici impegnate, evitano la "frizione" tra il materasso e la persona e in grado di contenere lo sforzo fisico dell'operatore</li> <li>- in tessuto lavabile ad almeno 40°, sanificabile</li> <li>- larghezza minima 70 cm</li> <li>- altezza minima 70 cm, max + 20%</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
3	4	12.31.03.012	Y123099	Telo ad alto scorrimento (misura grande)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posizionabile parzialmente o completamente sotto la persona per facilitare il trasferimento mediante un movimento di slittamento, in grado di limitare l'attrito tra le superfici impegnate e di evitare la "frizione" tra il materasso e la persona e in grado di contenere lo sforzo fisico dell'operatore;</li> <li>- in tessuto lavabile ad almeno 40°, sanificabile</li> <li>- larghezza minima 70 cm;</li> <li>- altezza minima 170 cm</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
<b>4</b>	<b>0</b>			<b>Ausili per sollevamento ad imbracatura e ausili per sollevamento fissati o montati su o in altri arredi</b>		

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
4	1	12.36.03.006	Y123603	Sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sollevatore idoneo alla movimentazione del paziente dal letto, dalla carrozzina, dai servizi igienici, etc. Deve consentire la movimentazione del paziente sia nella posizione seduta che semisdraiata, mantenendolo in una posizione stabile e confortevole, avvolto in modo tale da essere contenuto senza incorrere nel rischio di cadute e permettendo la rotazione della barra di aggancio anche col braccio di sollevamento tutto alzato</li> <li>- altezza minima del braccio di sollevamento che permetta di sollevare l'assistito da terra e alzarlo almeno di 70 cm</li> <li>- funzionamento elettrico, con alimentazione a batteria</li> <li>- dotato di caricabatterie</li> <li>- dotato di cavo di alimentazione per carica batteria almeno di 1,5 metri.</li> <li>- batteria con autonomia di almeno 25 cicli completi al fine di garantire l'utilizzo dell'apparecchio per almeno una intera giornata.</li> <li>- aggancio e sgancio dell'imbragatura pratico in modo da non impegnare in particolari sforzi i care giver.</li> <li>- in grado di consentire che tutte le operazioni necessarie al sollevamento del paziente possano essere realizzabili da un sola persona</li> <li>- velocità di salita e di discesa dell'asta omogenea e tale da permettere facili posizionamenti</li> <li>- la base del solleva pazienti deve essere provvista di ruote anteriori e posteriori con sistema di bloccaggio. La base deve essere regolabile in larghezza per essere sufficientemente ampia da comprendere all'interno carrozzine motorizzate, poltrone e potersi restringere per attraversare porte e passaggi stretti</li> <li>- l'altezza del carrello delle ruote da terra non deve superare cm 14 per favorire l'accesso ai letti con base regolabile in altezza.</li> <li>- il sollevatore deve essere azionabile tramite apposito comando che permetta al care giver di allontanarsi dal raggio di azione del sistema sollevatore-paziente</li> <li>- portata non inferiore a 150 Kg.</li> <li>- dotato di sistemi di protezione tali da arrestare il funzionamento in caso di emergenza e permettere di concludere l'operazione di abbassamento anche in caso di malfunzionamento dell'apparecchio. L'azione meccanica da utilizzarsi in caso di</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti



Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
					<p>emergenza, per mancato funzionamento elettrico, deve essere facilmente effettuabile.</p> <p>- il sollevatore dovrà essere fornito con imbracatura standard con copertura sino al livello scapolare con fasce imbottite alle gambe, con regolazione della postura per mezzo di asole di ancoraggio (dovranno essere disponibili almeno tre differenti taglie). <u>Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo anche dell'imbracatura richiesta in dotazione.</u></p>	

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
4	2	12.36.03.006	Y123603	Sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard, per pesi elevati	<p>Come §4.1 (12.36.03.006) con le seguenti ulteriori caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adatto a pazienti con peso elevato</li> <li>- deve avere il braccio di sollevamento che scorra lungo il montante in maniera tale che la distanza dell'asse paziente dal montante di sollevamento non vari durante l'alzata o la discesa.</li> <li>- portata non inferiore a 220 kg.</li> <li>- il sollevatore deve disporre di un sistema di aggancio tale da consentire l'utilizzo di imbragature di marche e modelli diversi.</li> <li>- Il sollevatore dovrà essere fornito con imbragatura universale ad amaca (con sostegno del capo) fasce imbottite alle gambe, con possibilità di regolazione della postura per mezzo di asole di ancoraggio (le taglie disponibili devono avere una portata adeguata a pesi elevati).</li> </ul> <p><u>Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo anche dell'imbracatura richiesta in dotazione.</u></p>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
4	3	12.36.03.006	Y123603	Sollevatore attivo verticalizzante	<p>Sollevatore ad azionamento elettrico con misure della base in massima apertura di almeno 90 cm, la profondità della base non deve superare i 90 cm. per facilitare l'accostamento al WC garantendo un facile utilizzo. Il sollevatore dovrà garantire il trasferimento in comfort e sicurezza in ogni circostanza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- portata non inferiore a 150 Kg.</li> <li>- altezza del carrello delle ruote da terra non superiore a cm 14 per favorire l'accesso ai letti con base regolabile in altezza.</li> <li>- dotato di pistone motorizzato, pulsante per l'arresto di emergenza, sistema di discesa meccanica di emergenza e arresto automatico della discesa del pistone motorizzato in caso di ostacoli</li> <li>- funzionamento elettrico, con alimentazione a batteria dotato di indicatore visivo e sonoro del livello di carica delle batterie</li> <li>- dotato di caricabatterie</li> <li>- dotato di cavo di alimentazione per carica batteria almeno di 1,5 metri</li> <li>- batteria con una autonomia di almeno 25 cicli completi al fine di garantire l'utilizzo dell'apparecchio per almeno una intera giornata</li> <li>- pedana di appoggio antiscivolo, di ampie dimensioni, in modo da assicurare una base</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
					<p>stabile durante il trasferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il sistema di fissaggio dell'imbracatura deve garantire che il gancio di bloccaggio della stessa rimanga in posizione, allo scopo di evitare ogni possibile incidente e garantire la massima sicurezza</li> <li>- dovrà essere offerto anche con l'opzione della cintura per il fissaggio degli arti inferiori</li> <li>- il sistema deve permettere la regolazione in differenti punti di aggancio dell'imbracatura</li> <li>-il sollevatore dovrà essere fornito con imbragatura per il trasferimento in posizione eretta, imbottita e confortevole (disponibile in tre diverse taglie).</li> </ul> <p><u>Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo anche dell'imbracatura richiesta in dotazione</u></p>	
4	4	12.36.15.003	Y123615	Sollevatore per vasca da bagno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sollevatore ad azionamento elettrico da vasca, utilizzabile in tutte le vasche senza vano seduta, deve essere provvisto di quattro ventose di ancoraggio al fondo vasca</li> <li>- dotato di carica batterie</li> <li>- dotato di cavo di alimentazione per carica batteria almeno di 1,5 metri</li> <li>- portata non inferiore a 120 Kg</li> <li>- in grado di eseguire 5 cicli di funzionamento con un carico di 120 kg.</li> <li>- l'inclinazione dello schienale deve essere almeno di 30° quando il sistema risulta disceso in fondo alla vasca.</li> <li>- la larghezza del sedile in massima escursione al bordo della vasca deve essere di circa 70 cm</li> <li>- dotato di ribalte laterali che siano a livello con il sedile e che durante l'abbassamento nella vasca si richiudano parzialmente andando in appoggio alle pareti della vasca stessa.</li> <li>- dotato di rivestimento in materiale antiscivolo, facilmente sfoderabile e sanificabile</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
5	0			<b>Sollevatore a bandiera</b>		

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
5	1	12.36.12.006	Y123699 o Y123612	Sollevatore fisso a bandiera a sollevamento elettrico	<p>Sollevatore ad azionamento elettrico a pressione pavimento- soffitto, a bandiera per ambienti ridotti come camere o bagni stretti, dotato delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fissaggio ad espansione autobloccante senza interventi su pareti o soffitto</li> <li>- movimentazione semplice e senza sforzi per l'utente</li> <li>- completo di un gruppo colonna e di una centralina completa di batterie, pulsantiera e carica batteria</li> <li>- la base della colonna deve essere di circa 7-10 cm, mentre la piastra di ancoraggio a pressione a pavimento-soffitto deve avere un diametro di circa 25 -30 cm. Fissata a pressione tra pavimento e soffitto senza alcuna opera muraria e con garanzia di sicurezza a pieno carico</li> <li>- comandato da una pulsantiera mobile</li> <li>- dotato di discesa di emergenza</li> <li>- con possibilità di rotazione del braccio di 180°</li> <li>- lunghezza braccio bandiera fino ad un massimo di cm 150</li> <li>- portata non inferiore a 150 kg</li> <li>- dotato di allarme acustico di batteria scarica</li> <li>- dotato di pulsante di arresto di emergenza</li> <li>- dotato di cavo di alimentazione per carica batteria almeno di 1,5 metri</li> <li>- con possibilità di regolazione della postura per mezzo di asole di ancoraggio</li> <li>- il sollevatore dovrà essere fornito con imbragatura standard con copertura sino al livello scapolare con fasce imbottite alle gambe, con regolazione della postura per mezzo di asole di ancoraggio (dovranno essere disponibili almeno tre differenti taglie).</li> </ul> <p><u>Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo anche dell'imbragatura richiesta in dotazione.</u></p> <p>Opere murarie e impiantistiche propedeutiche all'installazione a carico dell'utente. Installazione a carico del fornitore, compresa nel prezzo (comprensiva di verifica di resistenza dei soffitti e dei pavimenti).</p>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
<b>6</b>	<b>0</b>			<b>Montascale mobili</b>		

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
6	1	18.30.08.003	Y183012	Montascale mobile a ruote, a sedile	<p>Montascale che permette di superare scale strette/pianerottoli aventi dimensioni anche inferiori a cm 97 x 97 circa, gradini a zampa d'oca e in generale che permetta di superare scale di forma irregolare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provvisto di una sedia integrata nella struttura dell'ausilio</li> <li>- in grado di superare gradini con alzate superiori a 20 cm</li> <li>- portata non inferiore a 120 kg</li> <li>- dotato di un freno di sicurezza che in discesa blocchi le ruote al limite del gradino</li> <li>- dotato di sistema di comando che consenta di scegliere tra il funzionamento in ciclo continuo e quello del singolo gradino</li> <li>- dotato di opportune regolazioni per adeguare il montascale all'altezza del care giver</li> <li>- azionato da un motore a bassa tensione alimentato da batterie e corredato di relativo caricabatterie</li> <li>- dotato di cavo di alimentazione per carica batteria almeno di 1,5 metri.</li> <li>- fornito con cintura di sicurezza</li> <li>- dotato di indicatore di carica della batteria</li> <li>- dotato di: leva o pulsanti di comando avanti/indietro, pulsante di emergenza e chiave di accensione/spengimento</li> <li>- dotato di dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco in caso che vengano superati i limiti di inclinazione previsti</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
6	2	18.30.08.006	Y183012	Montascale mobile a ruote, per carrozzina	<p>Come §6.1 (18.30.08.003) con le seguenti ulteriori caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deve prevedere la possibilità di ancoraggio anche di carrozzine con schienali posturali e di carrozzine da transito, passeggini, carrozzine leggere e superleggere</li> <li>- dotato di staffe o altro meccanismo per l'inserimento delle ruote del dispositivo</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
6	3	18.30.08.009	Y183012	Montascale mobile a cingoli, per carrozzina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montascale dotato di cingoli dentati in gomma di tipo antistruciolo.</li> <li>- parte superiore smontabile o riducibile con staffe di aggancio per l'ancoraggio della carrozzina</li> <li>- dotato di cinture di sicurezza.</li> <li>- leva o pulsanti di comando avanti/indietro, pulsante di emergenza e chiave di accensione/spegnimento;</li> <li>- motore a corrente continua a bassa tensione;</li> <li>- batteria con caricabatterie (possibilmente interno) e indicatore della carica</li> <li>- dotato di cavo di alimentazione per carica batteria almeno di 1,5 metri.</li> <li>- sistema di sblocco freno motore in caso di guasto ai comandi tale da permettere la discesa della rampa di scale fino al primo pianerottolo o analoghi sistemi per garantire la discesa in sicurezza al primo pianerottolo</li> <li>- altezza da terra della base mobile (cingolato) ridotta per permettere un facile posizionamento e aggancio della carrozzina</li> <li>- provvisto dei principali sistemi di sicurezza</li> <li>- ruote sufficientemente sporgenti per permettere una migliore manovrabilità nel piano</li> <li>- autonomia tale da permettere di salire/scendere fino a 20 piani (circa 20 gradini a piano)</li> <li>- spazio di manovra contenuto: quale riferimento pianerottoli con profondità 100 cm (con tolleranza del 15%)</li> <li>- superamento di barriere fino a 35° di pendenza</li> <li>- portata non inferiore a 130 kg</li> </ul> <p>Deve prevedere la possibilità di ancoraggio anche di carrozzine con schienali posturali e di carrozzine da transito, passeggini, carrozzine leggere e superleggere.</p>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
6	4	18.30.08.009	Y183012	Montascale mobile a cingoli, per carrozzina, per pesi elevati	Come §6.3 (18.30.08.009) con le seguenti ulteriori caratteristiche: - portata non inferiore a 150 kg	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
<b>7</b>	<b>0</b>			<b>Sistemi di sostegno</b>		
7	1	18.18.03.003	Y181899	Maniglione lineare	- almeno tre misure diverse tra i range 30-39, 40-49, 50-60 cm circa - in acciaio trattato per resistere nel tempo e a ripetute sanificazioni, o materiale analogo per caratteristiche - finitura antiscivolo - portata non inferiore a 90 kg. - il dispositivo dovrà essere corredato da istruzioni scritte in lingua italiana in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso - l'installazione è a carico dell'utente	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
7	2	18.18.03.003	Y181899	Maniglione ad angolo	- struttura a gomito con un minimo di 45° - portata non inferiore a 90 kg; - in acciaio trattato per resistere nel tempo e a ripetute sanificazioni, o materiale analogo per caratteristiche; - finitura antiscivolo - il dispositivo dovrà essere corredato da istruzioni scritte in lingua italiana in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso - l'installazione è a carico dell'utente	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
7	3	18.18.03.003	Y181899	Maniglione ribaltabile	- in acciaio trattato per resistere nel tempo e a ripetute sanificazioni, o materiale analogo per caratteristiche - finitura antiscivolo	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- lunghezza minima 60 cm</li> <li>- portata non inferiore a 120 kg</li> <li>- il dispositivo dovrà essere corredato da istruzioni scritte in lingua italiana in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso</li> <li>- l'installazione è a carico dell'utente</li> </ul>	delle ditte offerenti
7	4	18.18.03.003	Y181899	Maniglione ribaltabile con gamba d'appoggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in acciaio trattato per resistere nel tempo e a ripetute sanificazioni, o materiale analogo per caratteristiche;</li> <li>- finitura antiscivolo;</li> <li>- lunghezza minima 60 cm;</li> <li>- portata non inferiore a 120 kg</li> <li>- il dispositivo dovrà essere corredato da istruzioni scritte in lingua italiana in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso</li> <li>- l'installazione è a carico dell'utente</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
7	5	18.18.03.006	Y181809	Bracciolo di supporto fisso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in acciaio trattato per resistere nel tempo e a ripetute sanificazioni, o materiale analogo per caratteristiche;</li> <li>- finitura antiscivolo;</li> <li>- portata non inferiore a 90 kg</li> <li>- il dispositivo dovrà essere corredato da istruzioni scritte in lingua italiana in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso</li> <li>- l'installazione è a carico dell'utente</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
7	6	18.18.03.009	Y181809	Bracciolo di supporto ribaltabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in acciaio trattato per resistere nel tempo e a ripetute sanificazioni, o materiale analogo per caratteristiche;</li> <li>- finitura antiscivolo;</li> <li>- lunghezza minima 60 cm;</li> <li>- portata minima 90 kg</li> <li>- il dispositivo dovrà essere corredato da istruzioni scritte in lingua italiana in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti



Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
					- l'installazione è a carico dell'utente	
7	7	18.18.09.009	Y181809	Bracciolo di supporto ribaltabile e regolabile in altezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in acciaio trattato per resistere nel tempo e a ripetute sanificazioni, o materiale analogo per caratteristiche;</li> <li>- finitura antiscivolo;</li> <li>- lunghezza minima 60 cm;</li> <li>- portata non inferiore a 120 kg</li> <li>- il dispositivo dovrà essere corredato da istruzioni scritte in lingua italiana in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso</li> <li>- l'installazione è a carico dell'utente</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
<b>8</b>	<b>0</b>			<b>Ausili per evacuazione e ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia</b>		
8	1	09.12.09.003	Y091209	Sedile copriwater imbottito preformato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzato in materiale morbido idrorepellente</li> <li>- posizionabile sui wc</li> <li>- dotato di sistema di ancoraggio</li> <li>- lavabile e disinfettabile</li> <li>- portata non inferiore a 120 kg</li> <li>- l'installazione è a carico dell'utente</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
8	2	09.12.12.003	Y091212	Sgabello wc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituito da telaio in alluminio o in acciaio inox 18-8</li> <li>- posizionabile sul wc</li> <li>- sedile rigido idrorepellente con secchiello wc e coperchio</li> <li>- con sostegno autonomo ad altezza regolabile</li> <li>- con braccioli ribaltabili o estraibili</li> <li>- lavabile e disinfettabile</li> <li>- portata non inferiore a 120 kg</li> <li>- tappi antiscivolo</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
8	3	09.12.15.003	Y091215	Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzato in materiale morbido idrorepellente</li> <li>- non deve essere provvisto di braccioli</li> <li>- applicabile direttamente sulla struttura dei wc</li> <li>- dotato di sistema di fissaggio</li> <li>- lavabile e disinfettabile</li> <li>- portata non inferiore a 120 kg</li> <li>- l'installazione è a carico dell'utente</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
8	4	09.12.15.006	Y091215	Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza regolabile	<p>Come §8.3 (09.12.15.003) con le seguenti ulteriori caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispositivo regolabile in altezza (fissabile, almeno in tre posizioni)</li> <li>- dotato di braccioli abbassabili, estraibili o ribaltabili</li> <li>- l'installazione è a carico dell'utente</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
8	5	09.33.03.006	Y093303	Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituito da telaio in alluminio o in acciaio inox 18-8</li> <li>- dispositivo di fissaggio a muro attraverso staffe in acciaio inox o altra modalità che assicuri la perfetta stabilità e tenuta</li> <li>- sedile rigido in materiale plastico e/o imbottito idrorepellente che consenta il drenaggio dell'acqua</li> <li>- struttura ribaltabile così da diminuire l'ingombro</li> <li>- dispositivo lavabile e disinfettabile</li> <li>- portata non inferiore a 120 kg</li> <li>- il dispositivo dovrà essere corredato da istruzioni scritte in lingua italiana in cui siano specificate le condizioni da osservare durante l'installazione per un corretto e sicuro fissaggio e per garantire la tenuta ai carichi e agli sforzi nell'uso</li> <li>- installazione è a carico dell'utente</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
8	6	09.33.03.009	Y093303	Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli	<p>Come § 8.5 (09.33.03.006) con le seguenti ulteriori caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotato di braccioli ribaltabili</li> <li>- dotato di supporto lombare/schienale</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
8	7	09.33.03.015	Y093303	Sedile girevole per vasca da bagno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituito da telaio in alluminio o in acciaio inox 18-8</li> <li>- dispositivo che assicuri la perfetta stabilità sulle varie tipologie di vasche da bagno tramite appoggi in materiale antiscivolo. (In scheda tecnica deve essere dichiarata la larghezza minima di appoggio dei bordi vasca affinché il dispositivo sia fissato in sicurezza)</li> <li>- presenza di un sistema di blocco della rotazione del sedile funzionale al trasferimento in sicurezza del paziente</li> <li>- sedile e schienale rigidi in materiale idrorepellente che consenta il drenaggio dell'acqua, con braccioli</li> <li>- struttura con dispositivo di rotazione del seggiolino in materiale resistente all'usura e alla corrosione</li> <li>- dispositivo lavabile e disinfettabile</li> <li>- portata non inferiore a 120 kg</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
<b>9</b>	<b>0</b>			<b>Sedie e barelle</b>		
9	1	09.12.03.003	Y091203	Sedia a comoda senza ruote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituita da telaio in alluminio o in acciaio inox 18-8</li> <li>- posizionabile sul wc</li> <li>- schienale e sedile rigidi e/o imbottiti idrorepellenti</li> <li>- braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili</li> <li>- larghezza sedile range da cm. 42 a cm 48 (da fornire in almeno tre misure differenti es. 42 - 45 - 48), con range di tolleranza <math>\pm</math> 5%</li> <li>- dispositivo wc estraibile, lavabile e disinfettabile, disponibile nella versione sia con foro centrale sia anteriore a U</li> <li>- portata non inferiore a 100 kg</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
9	2	09.12.03.006	Y091203	Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituita da telaio in alluminio o in acciaio inox 18-8</li> <li>- posizionabile sul wc</li> <li>- sedile rigidi e/o imbottiti idrorepellenti</li> <li>- resistente all'umidità, ai detersivi e agli acidi.</li> <li>- 4 ruote piroettanti con diametro minimo di 12 cm di cui almeno 2 con freno. Il supporto delle ruote deve essere realizzato in acciaio inox o in materiale analogo o qualitativamente superiore, resistente all'acqua e all'umidità.</li> <li>- regolazione della seduta in altezza a partire da 49 cm fino ad almeno 55;</li> <li>- larghezza sedile range da cm. 42 a cm 50 (da fornire in almeno tre misure differenti es. 42 - 45 - 50), con range di tolleranza <math>\pm</math> 5%</li> <li>- braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili</li> <li>- appoggiatesta regolabile in altezza ed estraibile</li> <li>- dispositivo wc estraibile, lavabile e disinfettabile</li> <li>- sedile provvisto di foro per wc, anteriore a U con tappo.</li> <li>- portata non inferiore a 120 kg.</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
9	3	09.12.03.012	Y091203	Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad auto spinta	<p>Descrizione come §9.2 (cod. 09.12.03.006) con le seguenti ulteriori caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotata di due ruote grandi posteriori con diametro superiore o uguale a 50 cm munite di freni e di anello corrimano</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
9	4	09.12.03.015	Y093312	Barella per doccia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struttura e relativi accessori in acciaio inox o acciaio verniciato, anticorrosione</li> <li>- pianale con telo imbottito in PVC o ABS, sanificabile, con larghezza non inferiore a 65 cm e lunghezza non inferiore a 200 cm.</li> <li>- foro per lo scarico dell'acqua e tubo di drenaggio</li> <li>- sponde laterali di sicurezza ribaltabili con meccanismo di blocco</li> <li>- elevabile elettricamente con sistema di alimentazione a batteria</li> <li>- dotato di pulsantiera per variazione in altezza</li> <li>- dotato di caricabatterie</li> <li>- dotato di cavo di alimentazione per carica batteria almeno di 1,5 metri.</li> <li>- piano di lavaggio inclinabile fino a 5°</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- ruote ad alto scorrimento, Ø 125 mm, dotate di freno a blocco totale</li> <li>- portata non inferiore a 150 kg</li> </ul>	
9	5	09.33.03.012	Y091203	Sedia basculante per doccia con ruote	Descrizione come §9.2 (cod. 09.12.03.006) con le seguenti ulteriori caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- schienale con tela tensionabile e sedile rigido e/o imbottito idrorepellente</li> <li>- meccanismo basculante di almeno 25°</li> <li>- pelotte toracali per il contenimento del tronco</li> <li>- appoggiatesta regolabile in altezza, profondità e inclinazione</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
<b>10</b>	<b>0</b>			<b>Letti e reti smontabili regolabili</b>		

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
10	1	18.12.07.003	Y181207	Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, senza ruote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Letto senza ruote a regolazione manuale, a due manovelle retrattili o pieghevoli a scomparsa, per inclinazione dei segmenti: testa-tronco e gamba-piede</li> <li>- inclinazione di almeno 50° per il segmento testa-tronco e di 30° per quello gamba-piede</li> <li>- pistone dotato di limitatore di fine corsa nella estensione massima e minima</li> <li>- struttura di supporto adeguata al carico da sostenere, munita di testiera e pediera e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento</li> <li>- rete a maglia elettrosaldata, con fondo articolato a due snodi (due sezioni mobili e una fissa), collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione manuale del tronco e delle gambe</li> <li>- struttura in Acciaio cromato o Acciaio verniciato o Acciaio cromato e verniciato, resistente a deformazioni e cedimenti soprattutto nella parti di aggancio, anche a seguito di smontaggi e montaggi ripetuti</li> <li>- il telaio dovrà essere predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento, con rete collegata</li> <li>- portata letto secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero <math>\geq 135</math> kg per il "Paziente" e <math>\geq 170</math> Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"</li> <li>- il letto deve essere del tipo montabile ad incastro, senza viti e quindi senza far uso di utensili. Dovrà avere doppio innesto del piano rete (da cm 35 per piano rete ribassato) con massima altezza del piano del letto senza materasso di circa 50 cm.</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
10	2	18.12.07.006	Y181207	Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, dotato di ruote	<p>Descrizione come § 10.1 (18.12.07.003) con le seguenti ulteriori caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ruote con diametro minimo 100 mm, piroettanti e dotate sia di freno di stazionamento che di blocco direzionale.</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
10	3	18.12.10.009	Y181210	Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Letto con fondo articolato a tre snodi per inclinazione dei segmenti: testa-tronco e gamba-piede, a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza</li> <li>- ruote piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull'asse di rotazione, di diametro <math>\geq 125</math> mm.</li> <li>- comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente</li> <li>- inclinazione di almeno <math>50^\circ</math> per il segmento testa-tronco e di <math>30^\circ</math> per quello gamba-piede</li> <li>- struttura di supporto adeguata al carico da sostenere, munita di testiera e pediera e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento</li> <li>- rete a maglia elettrosaldata, collegata ad un telaio articolato che permetta la movimentazione motorizzata del tronco e delle gambe</li> <li>- struttura realizzata in Acciaio cromato o Acciaio verniciato o Acciaio cromato e verniciato, resistente a deformazioni e cedimenti soprattutto nella parte di aggancio, anche a seguito di smontaggi e montaggi ripetuti</li> <li>- il telaio dovrà essere predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento, con rete collegata</li> <li>- portata letto secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero <math>\geq 135</math> kg per il "Paziente" e <math>\geq 170</math> Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"</li> <li>- il letto deve essere del tipo montabile ad incastro, senza viti e quindi senza far uso di utensili</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
		18.12.91.006		sponde per letto del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio	coppia di sponde per letto (in acciaio o in lega leggera ad alta resistenza) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggi. Indicate nei casi in cui è necessario prevenire il rischio di cadute accidentali. Tali sponde verranno fornite in abbinamento al letto. <u>Il prezzo dovrà essere indicato per la coppia.</u>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
		18.12.27.003		sponda per letto	sponda universale per letto, abbassabile, ribaltabile o asportabile in acciaio verniciato o in lega leggera ad alta resistenza con spessore del tubo di almeno 1 mm. <u>Il prezzo dovrà essere indicato cad.</u>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
11	0			<b>Materassi e traverse</b>		
11	1	04.33.06.006	Y033306	Materasso ventilato in espanso composito	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materasso antidecubito, per utenti con basso rischio di lesioni da pressione, contenente materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni delle specifiche zone corporee.</li> <li>- struttura del materasso a corpo unico, conformabile anatomicamente alle posizioni di letti articolati</li> <li>- costituito da almeno 2 strati sovrapposti, uno in schiuma viscoelastica a lenta memoria nella parte su cui si appoggerà il paziente e uno in poliuretano espanso, con densità idonea a sorreggere il peso dell'assistito conformandosi ad esso evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo)</li> <li>- I bordi laterali del materasso devono essere a maggiore densità al fine di dare supporto al paziente seduto con le gambe fuori dal letto</li> <li>- lo strato di schiuma viscoelastica a bassa memoria deve avere uno spessore maggiore o uguale a 4 cm; lo strato inferiore dovrà avere una zona centrale con una densità non inferiore a 40 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- portata non inferiore a 150 kg</li> <li>- dimensioni: lunghezza non inferiore a 190 cm, larghezza di circa 85 cm e spessore non inferiore a 15 cm.</li> <li>- la cover dovrà essere traspirante, asportabile, impermeabile ai liquidi, lavabile a caldo, bielastica (per evitare l'effetto amaca), con cerniera unica su almeno due lati completi</li> <li>- il lato inferiore della cover dovrà essere in materiale antiscivolo</li> <li>- le indicazioni di corretto posizionamento e verso dovranno essere sia sulla superficie del materasso che sulla cover</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
11	2	04.33.06.006	Y033306	Materasso ventilato in espanso composito a 3 sezioni	<p>Descrizione come § 11.1 (04.33.06.006) con le seguenti ulteriori caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura a tre sezioni</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi



Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
						delle ditte offerenti
11	3	04.33.06.012	Y033306	Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- costituito da un rivestimento esterno in cotone o in altro tessuto traspirante naturale, contenente diversi segmenti (almeno 13), rivestiti di cotone traspirante, che si presentano come cilindri trasversali contenenti la fibra cava siliconata in quantità di almeno 5,5 Kg</li> <li>- valori di denaraggio non inferiori a 16 den</li> <li>- il materasso deve essere lavabile in lavatrice fino a 40°</li> <li>- portata non inferiore a 120 kg</li> <li>- lo spessore dei cilindri deve essere pari ad almeno 14 cm</li> <li>- la dimensione del materasso dovrà avere una lunghezza non inferiore a 190 cm e una larghezza di circa 85 cm</li> <li>- fodera traspirante con separatori per mantenere in loco i cilindri</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
11	4	04.33.06.015	Y033306	Materasso a bolle d'aria a gonfiaggio alternato (con compressore)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il materasso deve essere a bolle d'aria con camera a gonfiaggio alternato dei settori, con lembi di fissaggio al materasso normale.</li> <li>- pompa di gonfiaggio con selezione del peso del paziente</li> <li>- dimensioni compatibili con i letti ortopedici</li> <li>- spessore da gonfio di almeno 8 cm</li> <li>- portata non inferiore a 120 kg</li> <li>- compressore elettronico con rumorosità a distanza di 1 metro non superiore a 30 decibel</li> <li>- il compressore deve garantire più regolazioni di gonfiaggio in proporzione al peso dell'assistito</li> <li>- cavo di alimentazione di almeno 2 metri separabile dall'apparecchio per una facile e rapida sostituzione</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
11	5	04.33.06.018	Y033306	Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con pompa di gonfiaggio)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ausilio costituito da tubolari interscambiabili e trasversali al piano di appoggio che mantiene una bassa pressione di contatto su tutto il corpo dell'assistito, anche nella fase di massimo gonfiaggio dei tubolari, con elementi collegati ad un compressore per il gonfiaggio di alcuni segmenti e il contestuale sgonfiaggio degli altri in modo regolabile e programmabile (cosiddetto ciclo alternato) la durata del ciclo dovrà essere di circa 5 - 10 min. (in relazione al peso e alle dimensioni dell'assistito)</li> <li>- i tubi di raccordo in materiale flessibile, facilmente inseribili e disinseribili, garantendo tuttavia una adeguata tenuta</li> <li>- compressore elettronico con rumorosità a distanza di 1 metro non superiore a 30 decibel</li> <li>- il compressore deve garantire più regolazioni di gonfiaggio in proporzione al peso dell'assistito</li> <li>- dotato di due flaps (a testa e a piedi) che vanno rimboccati sotto il normale materasso per renderlo più stabile o idoneo equivalente sistema di fissaggio</li> <li>- lo spessore del materasso deve essere almeno di 12 cm</li> <li>- portata non inferiore a 120 Kg</li> <li>- presenza di dispositivo di allarme acustico per malfunzionamenti del materasso</li> <li>- disponibilità di tubolare di ricambio</li> <li>- cavo di alimentazione di almeno 2 metri separabile dall'apparecchio per una facile e rapida sostituzione</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
11	6	04.33.06.033	Y033306	Traversa a celle, a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio	<p>Traversa a celle, realizzata in neoprene, ignifugo o a ritardo di combustione, composto da celle di forma e disposizione apposta per favorire un buon passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo ed in grado di contenerne una quantità variabile entro ciascuna cella senza determinare forti distorsioni della superficie,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- peso non superiore a 3,5 Kg circa</li> <li>- deve essere facilmente sanificabile</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
<b>12</b>	<b>0</b>			<b>Cuscini</b>		

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
12	1	04.33.03.003	Y033303	Cuscino in fibra cava siliconata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prevenzione di grado medio/basso</li> <li>- costituito da una sacca che contiene la fibra cava all'interno di uno o più canali per garantire la necessaria resilienza e in filo continuo siliconato per evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticità</li> <li>- formato cuscino: disponibilità di almeno 5 variazioni di larghezza di seduta compresa tra 38 e 50 cm con un range di tolleranza di +/- 5% e 2 differenti profondità, 40 e 45 cm con un range di tolleranza di +/- 5% per ogni larghezza proposta</li> <li>- denaraggio maggiore a 12 den</li> <li>- sacca di tessuto traspirante,</li> <li>- portata non inferiore a 100 Kg per larghezza di seduta maggiore o uguale a 45 cm;</li> <li>- spessore della parte interna non inferiore a 9 cm</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
12	2	04.33.03.012	Y033303	Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenente materiale espanso o altri materiali polimerici, preformato in modo da seguire l'anatomia della zona ischio-trocanterica (idoneo ad impedire lo scivolamento in avanti), conformato con una conca di appoggio per le cosce</li> <li>- composto di inserti di fluidi automodellanti in quantità e densità da consentire la deformazione necessaria per determinare l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out e contenendo i rischi di decubito.</li> <li>- disponibilità di almeno 5 variazioni di larghezza di seduta compresa tra 38 e 50 cm con un range di tolleranza di +/- 5% e 2 differenti profondità, 40 e 45 cm con un range di tolleranza di +/- 5% per ogni larghezza proposta</li> <li>- fodera bielastica realizzata in tessuto fuoco ritardante, asportabile, traspirante, lavabile e con sistema di chiusura</li> <li>- indicazione di corretto posizionamento e verso sia sulla superficie del cuscino che sulla fodera</li> <li>- disponibilità di sistemi di fissaggio all'ausilio per la mobilità in uso all'utente</li> <li>- portata non inferiore a 120 Kg</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 4 (Prodotti standardizzati)

Lotto	Prodotto	Codice nomenclatore	CND	Titolo	Descrizione	Campionatura
12	3	04.33.03.015	Y033303	Cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-intercambio (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuscino composto da celle in neoprene, di forma e disposizione apposta per favorire un buon passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo ed in grado di contenerne una quantità variabile entro ciascuna cella senza determinare forti distorsioni della superficie. I canali di collegamento tra le celle devono facilitare il micro-intercambio controllato dell'aria in modo da garantire la distribuzione uniforme della pressione</li> <li>- fodera bielastica realizzata in tessuto fuoco ritardante, asportabile, traspirante, lavabile e con sistema di chiusura. Il rivestimento della fodera nella parte aderente al sedile deve essere in materiale grippante tale da non permettere al cuscino di scivolare sulla seduta</li> <li>- dovranno essere forniti con copertura bielastica con ancoraggio antiscivolo e pompa di gonfiaggio</li> <li>- formato cuscino: disponibilità di almeno 6 variazioni di larghezza di seduta compresa tra 38 e 55 cm con un range di tolleranza di +/- 5% e almeno 4 differenti profondità, da 36 a 55 cm con un range di tolleranza di +/- 5% per ogni larghezza proposta; 2 variazioni di spessore: 6 cm e 10 cm</li> <li>- portata non inferiore a 120 kg</li> <li>- il prodotto deve essere riparabile in caso di fori e deve permettere la sostituzione delle singole celle deteriorate</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti
12	4	04.33.03.018	Y033303	Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione)	<p>Descrizione come § 12.3 (04.33.03.015) con le seguenti ulteriori caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- settori differenziati, costituito da due o più settori indipendenti che possono essere gonfiati, attraverso apposite valvole, anche a pressione differenziata determinando una conformazione variabile della seduta</li> <li>- celle pneumatiche e telescopiche con altezza non inferiore a 6 cm</li> </ul>	1 pezzo da visionare e provare nelle sedi delle ditte offerenti

## **2. Elenco accessori aggiuntivi**

## Lotto 4 – Ausili per il sollevamento ad imbracatura e ausili per sollevamento fissati o montati su o in altri arredi

ACCESSORI DA FORNIRE PER I PRODOTTI:

Lotto	ID prodotto	Cod. nomenclatore	Nome
4	1	12.36.03.006	Sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard

**Tutti gli accessori devono avere la possibilità di regolazione della postura per mezzo di asole di ancoraggio e devono essere disponibili in almeno tre differenti taglie.**

Codice nomenclatore dell'aggiuntivo prescrivibile	Accessorio
12.36.21.003	imbracatura standard ad anelli (a capo libero)
12.36.21.006	imbracatura ad anelli per l'intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe)
12.36.21.009	imbracatura a presa sottoascellare e fascia di sostegno per le gambe. In grado di consentire all'utente il controllo della parte superiore (in genere, per l'uso della toilette e per la vestizione)
12.36.21.015	imbracatura a barella
	imbracatura per amputati (monolaterali dx/sx o bilaterali)
	imbracatura ad amaca con contenzione del capo

## Lotto 5 – Sollevatore a bandiera

ACCESSORI DA FORNIRE PER I PRODOTTI:

Lotto	ID prodotto	Cod. nomenclatore	Nome
5	1	12.36.12.006	Sollevatore fisso a bandiera a sollevamento elettrico

**Tutti gli accessori devono avere la possibilità di regolazione della postura per mezzo di asole di ancoraggio e devono essere disponibili in almeno tre differenti taglie.**

Codice nomenclatore dell'aggiuntivo prescrivibile	Accessorio
12.36.21.003	imbracatura standard ad anelli (a capo libero)
12.36.21.006	imbracatura ad anelli per l'intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe)
12.36.21.009	imbracatura a presa sottoascellare e fascia di sostegno per le gambe (consente all'utente il controllo della parte superiore (in genere, per l'uso della toilette e per la vestizione)
12.36.21.015	imbracatura a barella
	imbracatura per amputati (monolaterali dx/sx o bilaterali)
	imbracatura ad amaca con contenzione del capo

## Lotto 9 – Sedie e barelle

ACCESSORI DA FORNIRE PER I PRODOTTI:

Lotto	ID prodotto	Cod. nomenclatore	Nome
9	1	09.12.03.003	Sedia a comoda senza ruote;
9	2	09.12.03.006	Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore
9	3	09.12.03.012	Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad auto spinta

Codice nomenclatore dell'aggiuntivo prescrivibile	Accessorio
09.12.91.012	prolunga dello schienale
09.12.91.015	cinghia a bretellaggio
09.12.91.018	pelotte toracali (coppia). <u>Il prezzo deve essere espresso per la coppia</u>



## Lotto 10 – Letti e reti smontabili regolabili

ACCESSORI DA FORNIRE PER I PRODOTTI:

Lotto	ID prodotto	Codice nomenclatore	Nome
10	1	18.12.07.003	Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, senza ruote
10	2	18.12.07.006	Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, dotato di ruote
10	3	18.12.10.009	Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote

Codice nomenclatore dell'aggiuntivo prescrivibile	Accessorio
18.12.91.003	asta solleva-persona con base a terra costruita in tubo di acciaio verniciato, completa di piedini in plastica o gomma, asta in acciaio completa di triangolo e cinghia in nylon od altro materiale, regolabile, smontabile.
18.12.91.003	asta solleva-persona con aggancio alla struttura del letto costruita in tubo di acciaio verniciato, asta in acciaio completa di triangolo e cinghia in nylon od altro materiale, regolabile, smontabile.

## Lotto 11 - Materassi e traverse

ACCESSORI DA FORNIRE PER I PRODOTTI:

Lotto	ID Prodotto	Codice nomenclatore	Nome
11	4	04.33.06.015	Materasso a bolle d'aria con struttura a gonfiaggio alternato (con compressore)
11	5	04.33.06.018	Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con pompa di gonfiaggio)

Lotto	ID Prodotto	Accessorio
11	4	materasso come da descrizione prodotto §11.4 (04.33.06.015)
11	4	compressore come da descrizione prodotto §11.4 (04.33.06.015)
11	5	materasso come da descrizione prodotto §11.5 (04.33.06.018)
11	5	compressore come da descrizione prodotto §11.5 (04.33.06.018)