GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA BIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI PROTESI VASCOLARI E PATCH PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA E PER CONTO DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, DELL'AZIENDA USL DI IMOLA E DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA

## ALLEGATO 2) CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Si precisa, per tutti i lotti a gara e le relative sottovoci, che per "circa" si intende una tolleranza di +/- il 10%

	3) precisa, per tutti i otti a gara e le relative sottovoti, tile per tilita. 3) intende dila tolleranza di 7/- il 10/6
N.LOTTO	DESCRIZIONE LOTTI
	LOTTO 1
1A	PROTESI VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE PRECOAGULATE IMPREGNATE CON COLLAGENE BOVINO; rette vari calibri con lunghezza da cm.15 circa
1B	PROTESI VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE PRECOAGULATE IMPREGNATE CON COLLAGENE BOVINO; rette vari calibri con lunghezza di cm. 30 circa
1C	PROTESI VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE PRECOAGULATE IMPREGNATE CON COLLAGENE BOVINO; rette vari calibri con lunghezza di cm. 60 circa
1D	PROTESI VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE PRECOAGULATE IMPREGNATE CON COLLAGENE BOVINO; biforcate
	LOTTO 2
2A	PROTESI VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE PRECOAGULATE IMPREGNATE CON GELATINA; rette vari calibri con lunghezza da cm. 10 a cm.15 circa
2В	PROTESI VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE PRECOAGULATE IMPREGNATE CON GELATINA; rette vari calibri con lunghezza da cm. 25 a cm. 30 circa
<b>2</b> C	PROTESI VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE PRECOAGULATE IMPREGNATE CON GELATINA; rette vari calibri con lunghezza da cm. 40 a cm. 60 circa
2D	PROTESI VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE PRECOAGULATE IMPREGNATE CON GELATINA; biforcate lunghezza da cm. 40 a cm. 45 circa
<b>2</b> E	AXILLO-BIFEMORALE IN DACRON CON ANGOLO A 90°
	LOTTO 3
3A	PROTESI VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE PRECOAGULATE IMPREGNATE CON GELATINA IN TESSUTO, rette vari calibri con lunghezza cm. 15 circa
3B	PROTESI VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE PRECOAGULATE IMPREGNATE CON GELATINA IN TESSUTO; rette vari calibri con lunghezza da cm. 25 a cm. 30 circa
	LOTTO 4
<b>4</b> A	PROTESI VASCOLARI IN E-PTFE EPARINATE A PARETE STANDARD ALLUNGABILI SENZA VARIAZIONE DI CALIBRO; lunghezza cm 40 con diametro da 6 a 8 mm circa
4B	PROTESI VASCOLARI IN E-PTFE EPARINATE A PARETE STANDARD ALLUNGABILI SENZA VARIAZIONE DI CALIBRO; lunghezza cm 20 con diametro da 14 a 22 mm circa
4C	PROTESI VASCOLARI IN E-PTFE EPARINATE A PARETE SOTTILE ALLUNGABILI SENZA VARIAZIONE DI CALIBRO; lunghezza cm 40 con diametro da 6 a 8 mm circa
4D	PROTESI VASCOLARI IN E-PTFE EPARINATE A PARETE SOTTILE SENZA VARIAZIONE DI CALIBRO ; lunghezza cm 15 con diametro da 3 a 6 mm circa
4E	PROTESI VASCOLARI IN E-PTFE EPARINATE A PARETE STANDARD ALLUNGABILI SENZA VARIAZIONE DI CALIBRO; lunghezza cm 20 con diametro da 6 a 8 mm circa
4F	PROTESI VASCOLARI IN E-PTFE EPARINATE A PARETE STANDARD ALLUNGABILI SENZA VARIAZIONE DI CALIBRO; lunghezza cm 10 con diametro 6 mm circa
	LOTTO 5
5A	PROTESI VASCOLARI IN E-PTFE A PARETE STANDARD EPARINATE ALLUNGABILI SENZA VARIAZIONE DI CALIBRO CON RINFORZO NON REMOVIBILE e PUNGIBILI SU TUTTA LA LUNGHEZZA; lunghezza cm. 40 con calibro da 6 a 8 mm circa
5B	PROTESI VASCOLARI IN E-PTFE A PARETE SOTTILE EPARINATE ALLUNGABILI SENZA VARIAZIONE DI CALIBRO CON RINFORZO NON REMOVIBILE e PUNGIBILI SU TUTTA LA LUNGHEZZA; lunghezza cm. 40 con calibro da 6 a 8 mm circa

	Si precisa, per tutti i lotti a gara e le relative sottovoci, che per "circa" si intende una tolleranza di +/- il 10%
N.LOTTO	DESCRIZIONE LOTTI
	LOTTO 6
6A	PROTESI VASCOLARE IN E-PTFE A PARETE STANDARD O SOTTILE EPARINATE ALLUNGABILI, PUNGIBILI SU TUTTA LA LUNGHEZZA CONICA; DIMENSIONI 4-7 mm x 45 cm circa
6B	PROTESI VASCOLARE IN E-PTFE A PARETE STANDARD O SOTTILE EPARINATE ALLUNGABILI E PUNGIBILI SU TUTTA LA LUNGHEZZA SENZA VARIAZIONE DI CALIBRO; DIMENSIONI 6 mm x 40 cm circa
	LOTTO 7
7A	PROTESI VASCOLARI IN E-PTFE EPARINATE CON RINFORZO REMOVIBILE PARETE SOTTILE; lunghezza cm 80 circa, diametri da 6 a 8 mm circa
7B	PROTESI VASCOLARI IN E-PTFE EPARINATE CON RINFORZO REMOVIBILE PARETE SOTTILE; lunghezza cm 40 circa, diametri da 6 a 8 mm circa
7C	PROTESI VASCOLARI IN E-PTFE EPARINATE CON RINFORZO REMOVIBILE PARETE SOTTILE; lunghezza cm 30 circa, diametri da 14 a 20 mm circa
	LOTTO 8
8A	PROTESI VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE RIVESTITE IN ARGENTO BIFORCATA, CALIBRI 16,18,20,22 mm circa
8B	PROTESI VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE RIVESTITE IN ARGENTO RETTA 70 cm circa, CALIBRI 16,18,20,22 mm circa
8C	PROTESI VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE RIVESTITE IN ARGENTO RETTA 40 cm circa, CALIBRI 16,18,20,22 mm circa
	LOTTO 9
9A	PROTESI VASCOLARI BIOLOGICHE TUBULIZZATE IN PERICARDIO BOVINO, RETTE IN VARI DIAMETRI
9В	PROTESI VASCOLARI BIOLOGICHE TUBULIZZATE IN PERICARDIO BOVINO, BIFORCATE IN VARI DIAMETRI
	LOTTO 10
10A	PATCH VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE CON COLLAGENE 6x76 mm circa
10B	PATCH VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE CON COLLAGENE 8x75 mm circa
	LOTTO 11
11A	PATCH VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE CON ARGENTO 25x100 mm circa
118	PATCH VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE CON ARGENTO 10x150 mm circa
<b>11C</b>	PATCH VASCOLARI IN DACRON POLIESTERE CON ARGENTO 14X75 mm circa
	LOTTO 12
12	PATCH VASCOLARI IN PTFE; cm 0,8x7,5 circa
	LOTTO 13
13A	MEMBRANA IN PTFE PER LA RICOSTRUZIONE DEL PERICARDIO 6x12 cm , spessore 0,1 mm, microporosità 1 micron circa
13B	MEMBRANA IN PTFE PER LA RICOSTRUZIONE DEL PERICARDIO 12x12 cm circa
13C	MEMBRANA IN PTFE PER LA RICOSTRUZIONE DEL PERICARDIO 15x20 cm circa

	Si precisa, per tutti i lotti a gara e le relative sottovoci, che per "circa" si intende una tolleranza di +/- il 10%
N.LOTTO	DESCRIZIONE LOTTI
	LOTTO 14
14	FELT IN PTFE - misura 2,5 x 15 cm circa
	LOTTO 15
15	PROTESI VASCOLARE IBRIDA IN PTFE + SEZIONE RINFORZATA IN NITINOLO DOTATA DI LUME CONTINUO E CON SUPERFICIE INTERNA CON EPARINA Lunghezza 50 cm + 5cm e 50 cm circa + 10 cm con calibri da 6 a 9 mm circa
	LOTTO 16
16A	PROTESI VASCOLARE COMPOSTA DA ENDOSCHELETRO IN MAGLIA DI POLIESTERE RIVESTITA DA COLLAGENE OVINO. SUPERIFICIE INTERNA PRECICATRIZZATA PER RENDERE EMOCOMPATIBILE LA SUPERFICIE DI FLUSSO. Lunghezza da 20 a 50 cm circa Diametro interno da 5 a 8 mm circa
16B	PROTESI VASCOLARE COMPOSTA DA ENDOSCHELETRO IN MAGLIA DI POLIESTERE RIVESTITA DA COLLAGENE OVINO. SUPERFICIE INTERNA PRECICATRIZZATA PER RENDERE EMOCOMPATIBILE LA SUPERFICIE DI FLUSSO . Protesi curve Lungezza da 30 a 45 cm circa Diametro interno 6 mm circa
	LOTTO 17
17A	PROTESI IN E-PTFE CON ELASTICITA' CONTROLLATA OLTRE IL 30% (STRETCH) - BIFORCATA Diametri da 12 a 24 mm circa
17B	PROTESI IN E-PTFE CON ELASTICITA' CONTROLLATA OLTRE IL 30% (STRETCH) -BIFORCATA A PARETE SOTTILE Diametri da 12 a 24 mm circa
17C	PROTESI IN E-PTFE CON ELASTICITA' CONTROLLATA OLTRE IL 30% (STRETCH) -RETTA Diametri da 12 a 24 mm circa
	LOTTO 18
18A	PROTESI IN POLIESTERE NON POROSE, IMPREGNATE CON GELATINA DI COLLAGENE BOVINO, PRECURVATE MONOBRANCA Diametri vari, lunghezza 40 cm circa
18B	PROTESI IN POLIESTERE NON POROSE, IMPREGNATE CON GELATINA DI COLLAGENE BOVINO, PRECURVATE QUADRIFORCATE Diametri vari, lunghezza 40 cm circa
18C	PROTESI IN POLIESTERE NON POROSE, IMPREGNATE CON GELATINA DI COLLAGENE BOVINO, QUADRIFORCATE Diametri vari, lunghezza 60 cm circa
18D	PROTESI IN POLIESTERE NON POROSE, IMPREGNATE CON GELATINA DI COLLAGENE BOVINO Diametri vari, con riproduzione anatomica dei seni di Valsalva
18E	PROTESI IN POLIESTERE NON POROSE, IMPREGNATE CON GELATINA DI COLLAGENE BOVINO, QUADRIFORCATE CON COLLARE ALLARGATO PER PROCEDURA A DUE STADI CON MARKER RADIOPACHI Diametri vari, lunghezza 50 cm circa
	LOTTO 19
19	PROTESI IN POLIESTERE A BASSA POROSITA', IMPREGNATE CON GELATINA DI COLLAGENE BOVINO, PRECURVATE MONOBRANCA Diametri vari, con riproduzione anatomica dei seni di Valsalva
	LOTTO 20
20	PROTESI IN EPTFE ESPANDIBILI CON MARKER RADIOPACHI SULLA SUPERFICIE E ESPANDIBILITA' CONTROLLATA Diametri da 3 a 19 mm lunghezze 25-35 cm circa