

ALLEGATO C CRITERI DI VALUTAZIONE PER SINGOLO LOTTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO PER CISTOSCOPIA PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA E AUSL DI IMOLA

	Lotto nr.	Descrizione	Criterio	Punteggio	Note
Dispositivi medici (monouso)	1	Cistoscopio flessibile Digitale monouso plug-and-play, Sensore digitale Cmos Fonte di luce integrata nel manipo. Punta distale 16,2 Fr Canale operativo 6,6 Fr. Diametro esterno massimo 18 Fr. 210° di flessione verso l'alto e 120° di deflessione verso il basso. La ditta aggiudicataria deve fornire in noleggio il monitor e la workstation compatibile.	1) scorrevolezza	15	
			2) maneggevolezza	15	
			3) ampiezza di gamma di misure	10	
			4) caratteristiche tecniche	10	
			5) assemblaggio componenti	10	
			6) facilità di apertura	5	
			7) robustezza	3	
			8) etichettatura	2	
	2	Guaina protettiva monouso sterile comprensiva di fibrocistoscopio flessibile in comodato d'uso adattabili a tutte le colonne video presenti nelle strutture. La Guaina deve essere dotata di capacità adesiva al corpo dello strumento non interferente con la visione di canale operativo separato di almeno 2 mm. La guaina deve essere dotata di lente distale. Il cistoscopio deve prevedere una flessione minima di +210° e -130° ed angolo di visione minimo di 100°. Calibro complessivo del sistema massimo 16F.	1) scorrevolezza	15	
			2) maneggevolezza	15	
			3) ampiezza di gamma di misure	10	
			4) caratteristiche tecniche	10	
			5) assemblaggio componenti	10	
			6) facilità di apertura	5	
			7) robustezza	3	
			8) etichettatura	2	