

ELENCO ATTREZZATURE BIOMEDICALI RICHIESTE

- Microscopio operatorio, preferibilmente con postazione per secondo osservatore
- Lampada scialitica
- Sfigmomanometro per la rilevazione della NIBP
- Saturimetro per la rilevazione di SpO2 e Frequenza Respiratoria
- La rilevazione dei parametri vitali di cui ai 2 punti precedenti può essere garantita (soluzione preferibile) mediante un Monitor per parametri vitali (NIBP, ECG, SpO2, Frequenza Respiratoria)
- Lettino operatorio elettrificato (principali movimenti richiesti: su/giù, Trendelenburg/antiTrendelenburg)
- Bisturi 1,2 mm monouso
- Bisturi 30 mm monouso
- Ago da idrodissezione
- Fili di sutura Nylon calibro 10/0
- Fili di sutura in copolimero di acido glicolico ed acido lattico Polyglactin 910, Intrecciato o monofilamento, viola o bianco, calibro 7/0(Vicryl)
- Soluzione salina sterile
- Aghi 27G e 30G
- Eventuali dispositivi non elencati nei punti precedenti necessari per eseguire le attività chirurgiche del segmento anteriore/cataratta