

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**INTERCENTER**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 111 del 18/04/2017 BOLOGNA

**Proposta:** DIC/2017/112 del 18/04/2017

**Struttura proponente:** INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

**Oggetto:** ATTO DI ESCLUSIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENDOPROTESI CORONARICHE 3

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI  
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 1 della L.R. 43/01 nonché della determina n° 328/2016 dal Responsabile del SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI, BARBARA CEVENINI

**Firmatario:** BARBARA CEVENINI in qualità di Responsabile di servizio

**Parere di regolarità amministrativa:** CEVENINI BARBARA espresso in data 18/04/2017

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 “Approvazione di norme organizzative relative all’avvio dell’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014”;
- n. 1992/2012 “Contratto di lavoro ai sensi dell’art. 18 L.R. n. 43/2001 per l’affidamento dell’incarico di Direttore dell’agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici Intercent-ER”, con la quale la dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore di INTERCENT-ER;
- n. 2123/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni generali: Cura del Territorio e dell’Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell’ambito di Intercent-ER ...”;

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

- n.140/2009 recante “Definizione delle funzioni organizzative nell’ambito dell’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER” e ss.mm.ii.;
- n.265/2016 recante ”Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016;

Premesso che,

- Intercent-ER, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, procedeva, con atto di determinazione n. 349/2016, ad indire una procedura aperta per la fornitura di **Endoprotesi coronariche**, per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 25.153.200,00(I.V.A. esclusa) suddivisa in 5 lotti, svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016;
- la scadenza per la presentazione delle offerte/campioni era stata fissata per le ore 12 del 06/02/2017;
- Con atto di Ammissione, determinazione n. 56 del 21/02/2017, sono state ammesse al prosieguo della gara, per i lotti per i quali avevano presentato offerta, tutte le società partecipanti;
- Con atto prot. n. IC/2017/4766 del 21/02/2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara in oggetto;

Considerato:

- che la Commissione giudicatrice prima di procedere alla prova in uso dei prodotti offerti per ciascun lotto in gara, ha proceduto alla verifica della rispondenza dei medesimi ai requisiti minimi indispensabili previsti nel Capitolato Tecnico;
- che a seguito di tale verifica, dai verbali della Commissione giudicatrice: n.1 del 07/03/2017, n. 2 del 29/03/2017 e n. 3 del 11/04/2017 risulta quanto segue:
  - Per il **Lotto 1**, la società **Gi.Mi Medical S.r.l.**, nella gamma dei prodotti offerti ha presentato unicamente prodotti con diametro minimo di 2,5 mm, e non come richiesto in Capitolato Tecnico prodotti con diametro  $\leq$  a 2,25 mm.
  - Per il **Lotto 3**, la società **Gi.Mi Medical S.r.l.** offre un prodotto per cui in “Scheda informativa” è indicato un tempo di riassorbimento del polimero pari a 24 mesi, mentre nella scheda tecnica del prodotto allegata tale dato non risultava specificato. A seguito di chiarimento richiesto agli atti prot. IC.2017.10978 del 31/03/2017 la Ditta Gi.Mi Medical S.r.l. con nota agli atti con prot. IC.2017.11378, ha confermato un tempo di riassorbimento del polimero pari a 24 mesi, termine superiore al tempo massimo di 18 mesi richiesto dal Capitolato tecnico.

Ritenuto per le ragioni sopra esposte di:

- escludere dal prosieguo della procedura, per non conformità delle offerte ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato tecnico, la società GI.MI MEDICAL S.r.l., per il Lotto 1 ed il Lotto 3;
- svincolare la cauzione provvisoria emessa da Banca di Bologna, n. F90/10641-1, il 3 febbraio 2017 per un importo di € 151.686,00.

Dato atto che l'art. 3, comma 7, del Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER stabilisce che in caso di assenza o impedimento per un periodo non superiore al mese, le funzioni sono assunte, limitatamente alle attività di ordinaria amministrazione, da un dirigente dell'Agenzia individuato dal Direttore;

Vista la determinazione n. 328/2016 che prevede che, in caso di assenza temporanea, il Direttore è sostituito dal responsabile del Servizio "Beni e servizi sanitari" e, in subordine, dal responsabile del Servizio "Beni e servizi di spesa comune" e dal responsabile del Servizio "ICT";

Dato atto dell'assenza dal servizio del Direttore di Intercent-ER;

Dato atto del parere allegato;

#### Determina

Per i motivi espressi in parte narrativa, che si intendono qui integralmente riportati, di:

- escludere la società Gi.Mi Medical S.r.l. dal prosieguo della gara "Endoprotesi coronariche" per il Lotto 1 ed il Lotto 3;
- svincolare la cauzione provvisoria, presentata dalla società sopramenzionata, emessa da Banca di Bologna, n. F90/10641-1, il 3 febbraio 2017, per un importo di €151.686,00;
- comunicare l'esclusione alla procedura in oggetto, disposta col presente provvedimento ai soggetti di cui all'art. 76 comma 5, lett. b del D.lgs. n. 50 del 19/04/2016;
- pubblicare la notizia dell'avvenuta esclusione alla procedura in oggetto, disposta col presente provvedimento, sul portale dell'agenzia <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> ai sensi dell'art. 29 comma 1 Del D.lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D.ssa Barbara Cevenini)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Barbara Cevenini, Responsabile del SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i. e della determinazione n. 140/2009 e successive modifiche ed integrazioni, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DIC/2017/112

IN FEDE

Barbara Cevenini