



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



**Dipartimento Interaziendale Acquisti
Area Vasta Emilia Nord**

Servizio Approvvigionamenti

**AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA - IRCCS
AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
AI SENSI DELL'ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016 smi**

L'Azienda USL di Reggio Emilia – IRCCS ha la necessità di attivare una procedura di gara per la *Fornitura in service a lotto unico di durata quinquennale di Sistemi per iniezione mezzi di contrasto procedure emodinamica, per il fabbisogno delle Aziende sanitarie aderenti all'Area Vasta Emilia Nord.*

Principali caratteristiche strategiche della procedura di gara che si intenderà attivare

Attivazione procedura: primo semestre 2023

Aziende coinvolte: Azienda USL di Piacenza, Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, Azienda Capofila USL di Reggio Emilia. E' prevista l'opzione di estensione all'AUSL di Modena

Fabbisogni: Nr iniettori: 5 - Nr indicativo procedure anno: 5.400 - GG utilizzo anno: 365 (esclusa opzione estensione)

Valore complessivo della gara: €1.755.000,00 (esclusa opzione estensione)

Tipologia procedura: Aperta

Criterio di affidamento: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

Tipologia e Durata contratto: Fornitura in service quinquennale

Principali caratteristiche tecniche richieste per le apparecchiature e materiale di consumo: vedi Allegato

A) al presente Avviso

Obiettivi e caratteristiche salienti della consultazione preliminare di mercato

Al fine di conoscere l'assetto dei mercati di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati e le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, e verificarne la rispondenza alle



esigenze delle Aziende sanitarie, si ritiene di svolgere una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 50/2016 smi.

Si precisa che la consultazione preliminare di mercato ha esclusivamente finalità esplorative ed è preordinata ad individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire i prodotti indicati, anche con caratteristiche tecniche equivalenti in termini di funzione e di finalità di utilizzo, ovvero di svolgere i servizi individuati.

Gli operatori economici non potranno, per il solo interesse manifestato nei confronti della presente indagine esplorativa, vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all'eventuale affidamento della fornitura/servizio che sarà oggetto di gara. Il presente avviso pertanto non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento. La consultazione preliminare di mercato avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito dell'AUSL di Reggio Emilia nella sezione relativa ai bandi di gara e su SATER, si concluderà con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse pervenute.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Azienda Sanitaria ad avviare procedure di alcun tipo. L'Azienda si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti od interessati possano vantare alcuna pretesa.

Si invitano gli operatori economici interessati a fornire documentazione tecnica, relazioni ed altro materiale idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo alla stazione appaltante relativamente all'individuazione del fabbisogno o delle soluzioni tecniche e/o organizzative idonee a soddisfare le esigenze funzionali indicate.

Al fine di comprendere appieno le soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato onde favorire la più ampia partecipazione si chiede di compilare il questionario tecnico (Allegato 1).

I soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione. I partecipanti precisano altresì se la divulgazione dei contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima.

I contributi sono forniti gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese e si conformano ai canoni di correttezza, chiarezza e trasparenza. Gli apporti informativi non possono costituire in alcun modo



offerte tecniche o economiche, non possono anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio oggetto della consultazione che abbiano l'effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo della futura procedura di gara.

Modalità di partecipazione

Per l'espletamento della consultazione preliminare di mercato, questa Amministrazione si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Ai fini della partecipazione al presente avviso di consultazione preliminare di mercato è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Registrazione al SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la partecipazione alla consultazione di mercato, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'operatore economico che intende partecipare al presente avviso di consultazione preliminare di mercato, dovrà collocare sulla piattaforma l'Allegato 1 Questionario Tecnico e la documentazione tecnica.

Il Questionario sottoscritto in forma digitale, ed i relativi allegati, dovranno essere trasmessi entro e **non oltre le ore 12.00 di martedì 31.01-2023**

L'Amministrazione provvederà alla convocazione di un evento pubblico ove svolgere una consultazione collettiva aperta, in modalità da remoto, tramite piattaforma ZOOM **alle ore 9:30 di giovedì 19.01.2023.**

Gli operatori economici potranno partecipare collegandosi al link <https://us02web.zoom.us/j/87126398973?pwd=NThSRIRpS0VQR2QxV3orNE1IK0hxdz09#success> nel giorno e all'ora indicata.



La fase conclusiva della consultazione

L'Amministrazione provvederà ad esaminare i contributi ricevuti, a valutarli in modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze dell'amministrazione, e li utilizzerà ai fini dell'eventuale procedimento selettivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Responsabile del Procedimento Dr.ssa Maurizia Gambarelli

Il Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamenti
dell'AUSL di Reggio Emilia – Dr. Alessandro Nora.

Firmato digitalmente



Allegato A)

Le principali caratteristiche tecniche richieste per le apparecchiature e materiale di consumo sono :

- Destinato all'utilizzo per l'iniezione intracoronarica di liquido di contrasto tramite joystick (o equivalente)
- Materiale di consumo completo di trasduttore di pressione e di raccordo necessario per il collegamento con i poligrafi presenti nelle sale di emodinamica
- Compatibile con i mezzi di contrasto reperibili sul mercato
- Presenza di allarmi e controlli, fra cui controllo infusione bolle d'aria
- Sistema "chiuso" che permetta di sigillare il circuito ad inizio indagine, con ricarica automatica di mezzo di contrasto e minori rischi di aria in circolo
- Disposto su carrello con possibilità di aggancio dell'iniettore al letto porta paziente
- Sistema di lavaggio con soluzione fisiologica delle linee

**Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.**

0E-D2-20-4A-4C-F0-B0-5D-28-48-5F-1F-30-12-F1-49-62-FE-65-E6

CAdES 1 di 1 del 04/01/2023 11:29:46

Soggetto: ALESSANDRO NORA

S.N. Certificato: 329F E543 46A8 CDC4

Validità certificato dal 28/12/2017 17:01:55 al 27/12/2023 17:01:55

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT
