

ALL'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. 36/2023 smi
FORNITURA A LOTTO UNICO DI DURATA TRIENNALE DI MANUTENZIONE DI
APPARECCHIATURE PER ENDOSCOPIA MARCA OLYMPUS
PER IL FABBISOGNO DELLE AZIENDE SANITARIE ADERENTI ALL'AREA VASTA
EMILIA NORD**

Il Sottoscritto _____ CF _____

Legale Rappresentante o Titolare della Ditta _____

con sede legale in _____ Via _____

iscritta al Registro delle Imprese di _____ Codice Fiscale _____

P.IVA _____

al fine di prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo nell'ambito della consultazione preliminare in oggetto trasmette il Questionario tecnico Allegato 1) debitamente compilato e allega

- documentazione tecnica
- relazioni
- altro materiale(specificare) _____

Precisa inoltre che i contributi forniti:

contengono contengono non contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali. (in caso positivo evidenziare i documenti e relative parti/sezioni coperte da riservatezza) _____

dovranno essere divulgati in forma anonima (specificare quali) _____

Referente: _____ - **N° telefonico:** _____

e.mail: _____

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il mio consenso e autorizzo l'Azienda Sanitaria in indirizzo al trattamento dei miei dati personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura.

Li, _____

Firmato digitalmente

DITTA _____ SPECIFICHE TECNICHE – CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK APPARECCHIATURA DA ENDOSCOPIA DI FABBRICAZIONE OLYMPUS
--

Durante il periodo contrattuale per le apparecchiature oggetto di contratto FR (tutto compreso) dovrà essere garantita una assistenza tecnica che dovrà contemplare i seguenti servizi minimi, e valere per tutto il periodo contrattuale:	
manutenzione preventiva (MP) programmata con periodicità e modalità definite secondo quanto previsto dal piano di manutenzione del fabbricante delle apparecchiature;	Richiesta dichiarazione
manutenzione correttiva (MC) (con illimitati interventi su chiamata) con tempi di intervento entro 8 ore lavorative dalla chiamata e risoluzione del guasto entro 72 ore naturali dalla chiamata;	Richiesta dichiarazione
interventi tecnici sulle apparecchiature oggetto di assistenza dovranno avvenire da parte di personale tecnico in possesso di comprovata qualifica e professionalità nonché di aggiornamento continuo sulle tecnologie specifiche oggetto di fornitura;	Richiesta dichiarazione e evidenze delle qualifiche del personale addetto alle manutenzioni
per ogni tecnologia installata gli interventi dovranno comprendere la fornitura e sostituzione di tutte le parti di ricambio necessarie, nulla escluso;	Richiesta dichiarazione
Disponibilità di parti di ricambio originali o conformi a quanto previsto dalla Direttiva MDD e all'art 23 del Regolamento Unico 2017/745 (salvaguardia delle caratteristiche di sicurezza e delle prestazioni del Dispositivo);	Richiesta dichiarazione
Aggiornamenti di sicurezza come previsto dal Fabbricante. Si intendono inclusi nel servizio tutti gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati dal Fabbricante e tutti gli aggiornamenti classificabili come "update"; sono esclusi gli altri tipi di aggiornamento a meno che non siano necessari, secondo le indicazioni del Fabbricante, per mantenere la corretta funzionalità dell'apparecchiatura (ad esempio sostituzione hardware/software di elementi a causa di obsolescenza dei sistemi operativi). Tutti gli aggiornamenti update nonché necessari sono da intendersi inclusi nel canone, salvo non sia stato espressamente dichiarato in sede di offerta ed accettato dall'Azienda;	Richiesta dichiarazione
Fornitura di apparecchiatura sostitutiva di pari modello entro i limiti temporali degli SLA sopra richiesti e secondo le esigenze delle Aziende contraenti.	Richiesta dichiarazione e elenco apparecchiature disponibili