FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0111215

DATA: 21/09/2017

OGGETTO: Indagine di mercato relativa a n.1 sistema Ecotomografico portatile ed accessori

per le necessita' anestesiologiche della Piastra Blocchi Operatori dell' Ospedale

Maggiore

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

CLASSIFICAZIONI:

• [05-01-03]

DOCUMENTI:

File Hash

PG0111215_2017_Lettera_firmata: 9B544CE13D105A8689BAA8A1432AF9B1EAFCF5C82D627646C4DA6212443D0AF0



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

Operatori economici Loro sedi

Claudia Tampieri - UO Ingegneria Clinica (SC)

OGGETTO: Indagine di mercato relativa a n.1 sistema Ecotomografico portatile ed accessori per le necessita' anestesiologiche della Piastra Blocchi Operatori dell' Ospedale Maggiore

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza le attrezzature meglio indicate in oggetto e che dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Software Tecnologia Steep Needle Profiling (SNP), ossia tecnologia che permette di migliorare le strutture lineari all'interno di una specifica area (contornata) ed identificare la direzione dell'ago all'interno della suddetta area
- 2. Software di autosetting
- 3. Software SONO MB (processa 5 linee di scansione a framerate inalterato)
- 4. Lunghezza cavo della sonda almeno fino a 250 cm
- 5. Certificazione resistenza agli urti delle sonde con droptest da 90 cm

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti sopra descritti dovrà inviare la sola documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitano fax 051/6079989, ovvero all'indirizzo di posta elettronica dario.bani@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 10 del giorno 10/10//2017.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Rosanna Campa

Responsabile procedimento: Dario Bani