

Il Direttore f.f. della U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ;
- PREMESSO** che il Dott. Paolo Cavallari, Direttore f.f. della UOC Acquisizione di Beni e Servizi e Responsabile del Procedimento, con la firma in calce al presente provvedimento, dichiara di aver accertato:
- che con Deliberazione n. 57/DG del 23/01/2019 è stata indetta una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di "Sistemi per Biopsia Mammaria e relativi accessori e pertinenze suddivisa" in n. 6 lotti - importo posto a base di gara € 826.500,00 IVA esclusa pari ad € 1.008.330,00 IVA inclusa - durata 36 mesi;
- che, con Deliberazione n. 31/CS del 19/02/2019 è stata rettificata la Deliberazione n. 57/DG del 23/01/2019 relativamente agli Allegati al Disciplinare di gara n. 3, CAPITOLATO SPECIALE, e n. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA;
- che, per mero errore materiale in sede di stesura del capitolato tecnico da parte della Dott.ssa Laura Broglia e del Dott. Alfredo Ascani, trasmesso alla UOC Acquisizione Beni e Servizi con prot. n. 1666 del 18/01/2018 dall'Ing. Stefano Lazzari (UOSD Ingegneria Clinica) e, successivamente, per errata correzione con prot. n. 26743 del 20/09/2018 dalla UOC Farmaceutica, a pag. 2 dell'Allegato n. 7, CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, al Disciplinare di gara della Deliberazione di cui sopra, in riferimento al lotto n. 1 non è stato inserito il punto n. 7 alla "SCHEDA", da compilare da parte degli Operatori Economici partecipanti alla procedura di gara di cui trattasi, con riguardo all'Apparecchiatura offerta;
- che, per quanto sopra esposto, occorre rettificare la Deliberazione n. 31/CS del 19/02/2019, sostituendo l'Allegato n. 7 del Disciplinare di gara, CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, con quello corretto ed allegato al presente atto;
- che si confermano come validi ed esatti tutti gli altri allegati al Disciplinare di gara così come riportati nella Deliberazione n. 57/DG del 23/01/2019 e nella Deliberazione n. 31/CS del 19/02/2019;
- ATTESTATO** - che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- ATTESTATO** altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di procedere alla rettifica della Deliberazione n. 31/CS del 19/02/2019, sostituendo l'Allegato n. 7 del Disciplinare di gara, CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, con quello corretto ed allegato al presente atto;

di confermare come validi ed esatti tutti gli altri allegati al Disciplinare di gara così come riportati nella Deliberazione n. 57/DG del 23/01/2019 e nella Deliberazione n. 31/CS del 19/02/2019.

Il Direttore f.f.
UOC Acquisizione di Beni e Servizi
(Dott. Paolo Cavallari)

F.to

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00014 del 01.02.2019;
- PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO altresì, che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.S.D. Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Ilde Coiro)

F.to

DELIBERAZIONE

N. 115/CS **DEL** 12 Mar. 2019

Si attesta che la deliberazione è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data:

12 Mar. 2019

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

12 Mar. 2019

- data di esecutività:

12 Mar. 2019

Deliberazione originale
Composta di n.14 fogli
Esecutiva il, 12 Mar. 2019
Il Dirigente ad interim della U.o.s.d Affari Generali
(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)

F.to

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in n. 6 lotti, volta all'affidamento della fornitura di Sistemi per biopsia mammaria e relativi accessori e pertinenze.

ALLEGATO N. 7

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, per i diversi lotti, sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi.

LOTTO 1 – SISTEMI PER BIOPSIA MAMMARIA VABB, SOTTO GUIDA STEREOTASSICA ED ECOGRAFICA

PUNTEGGI QUALITÀ MAX. 70 punti:

DOVRA' ESSERE COMPILATA LA SEGUENTE SCHEDA:

Apparecchiatura		
1. Produttore		
2. Modello		
3. Codice repertorio		
4. Ditta distributrice		
5. Data di immissione sul mercato		
Conformità a Direttive e norme		
4. Direttiva CEE 43/92, Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) (si, no)	SI	
6. Altre (specificare)		
Caratteristiche generali		
1. Dispositivo dotato di carrello con ruote per essere facilmente spostato		
2. Comando a pedale		
3. Sistema Compatibile con il mammografo GIOTTO CLASS completo di adeguata guida per la		

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in n. 6 lotti, volta all'affidamento della fornitura di Sistemi per biopsia mammaria e relativi accessori e pertinenze.

sonda stereotassica e supporto per la guida per ago monouso (boccola). (Specificare)		
4. Capacità di variare la finestra di prelievo con lo stesso ago		
5. Dispositivo per raccolta frustoli in numero di almeno 6		
6 Formazione del personale medico e tecnico (almeno 5 sedute da 6 prestazioni ciascuna)		
7 Esecuzione della radiografia dei frustoli in tempo reale durante il prelievo o nella sala di prelievo		

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA		PUNTEGGIO MAX
<u>Punto 1</u>	Aspirazione e lavaggio con soluzione fisiologica dei frustoli mammari (si, no)	Si – 6 punti	6
		No – 0 punti	
<u>Punto 2</u>	Rumorosità del sistema (db)	5 punti(*)	5
<u>Punto 3</u>	Utilizzo del dispositivo con altre metodiche (RM o US o entrambi)	Con entrambi le metodiche – 7 punti	7
		Con RM o US – 3 punti	
		Con nessuna – 0 punti	
<u>Punto 4</u>	Peso del manipolo ecografico e stereotassico	7 punti (*)	7
<u>Punto 5</u>	Disponibilità di aghi 7 G o 8 G e 9 G o 10 G (si entrambi, no solo una misura)	Si – 7 punti	7
		No – 3 punti	
<u>Punto 6</u>	Raccolta automatica di ogni singolo campione in camera dedicata	Si – 7 punti	7
		No – 3 punti	
<u>Punto 7</u>	Specificare in settimane visibilità ecografica del marcatore	Maggiore uguale a 12 – 7 punti	7
		Da 6 a 12 settimane – 3 punti	
		Minore di 6 settimane – 0 punti	

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in n. 6 lotti, volta all'affidamento della fornitura di Sistemi per biopsia mammaria e relativi accessori e pertinenze.

Punto 8	Contenitore per raccolta fluidi (specificare la capacità)	3 punti (*)	3
Punto 9	Specificare il numero delle sedute di formazione del personale medico e tecnico	Se 10 sedute – 6 punti	6
		Se 5 sedute – 0 punti	
Punto 10	Fornitura apparecchio sostitutivo in caso di guasto entro 24-48h dalla richiesta	Si – 7 punti	7
		No – 0 punti	
Punto 11	Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità del dispositivo in relazione alla destinazione d'uso	5 punti	5
Punto 12	Caratteristiche del dispositivo non presenti nella configurazione offerta: Potenzialità	3 punti	3

(*) Il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale assegnando il max. alla caratteristica più performante.

Salvo quanto espressamente indicato, l'attribuzione dei punteggi per i criteri di cui ai punti 12 e 13 potrà essere effettuata mediante la valutazione congiunta da parte della Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Distinto	0,8
Buono	0,7
Discreto	0,5
Mediocre	0,3
Rispondenza requisiti minimi	0,0

Per ciascun criterio sopra indicato, l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITA'" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente attribuito in forma congiunta per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in n. 6 lotti, volta all'affidamento della fornitura di Sistemi per biopsia mammaria e relativi accessori e pertinenze.

LOTTO 2 - REPERI E BOCCOLE PER LESIONI MAMMARIE NON PALPABILI O NON VISIBILI ECOGRAFICAMENTE POSIZIONABILI IN STEREOTASSI

Q.tà: 400

Base asta 6.500

Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso.

LOTTO 3 – CLIPS AMAGNETICHE POSIZIONABILE SOTTO GUIDA ECOGRAFICA

Q.tà: 300/anno

Base asta 45.000

DOVRA' ESSERE COMPILATA LA SEGUENTE SCHEDA:

Dispositivo		
1. Produttore		
2. Modello		
3. Codice repertorio		
4. Ditta distributrice		
5. Data di immissione sul mercato		
Conformità a Direttive e norme		
4. Direttiva CEE 43/92, Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) (si, no)	SI	
6. Altre (specificare)		
Caratteristiche generali		

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in n. 6 lotti, volta all'affidamento della fornitura di Sistemi per biopsia mammaria e relativi accessori e pertinenze.

1. Supporto di posizionamento rigido	SI / NO	
2. Lunghezza 70-100 mm	Specificare	
3. Dimensioni 14-18G	Specificare	
4. Visibilità della clip sotto guida ecografica per almeno 6 mesi.	SI / NO	
5. Materiale della clip amagnetico	Specificare	

PUNTEGGI QUALITÀ MAX. 70 punti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA		PUNTEGGIO MAX
Caratteristiche generali		
1. Ampia visibilità ecografica della clip rilasciata, in base alle dimensioni.	Ottima visibilità PUNTI 25 Sufficiente visibilità PUNTI 5 Scarsa visibilità PUNTI 0	25
2. Materiale della clip	Nitinol PUNTI 20 Titanio PUNTI 20 Altro PUNTI 3	20
3. Varie morfologie della clip	SI PUNTI 15 NO PUNTI 0	15
4. Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità del dispositivo in relazione alla destinazione d'uso. Valutazione basata sulle necessità della Struttura	SI PUNTI 10 NO PUNTI 0	10

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in n. 6 lotti, volta all'affidamento della fornitura di Sistemi per biopsia mammaria e relativi accessori e pertinenze.

LOTTO 4 – CLIPS AMAGNETICHE POSIZIONABILE SOTTO GUIDA ECOGRAFICA

Q.tà: 1200/anno

Base asta 33000 euro

DOVRA' ESSERE COMPILATA LA SEGUENTE SCHEDA:

Dispositivo		
1. Produttore		
2. Modello		
3. Codice repertorio		
4. Ditta distributrice		
5. Data di immissione sul mercato		
Conformità a Direttive e norme		
4. Direttiva CEE 43/92, Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) (si, no)	SI	
6. Altre (specificare)		
Caratteristiche generali		
6. Ago automatico a ghigliottina	SI / NO	
7. Dispositivo di sicurezza attivo	SI / NO	
8. Cannula centimetrata con tacche ecoriflettenti	SI / NO	
9. Lunghezza (75-120 mm)	Specificare	
10. Dimensioni (14-16G)	Specificare	
11. Punta tranciante	SI / NO	

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in n. 6 lotti, volta all'affidamento della fornitura di Sistemi per biopsia mammaria e relativi accessori e pertinenze.

PUNTEGGI QUALITÀ MAX. 70 punti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA		PUNTEGGIO MAX
1. Gamma avanzamento ago dopo lo sparo	SI : 15 punti NO: 0 punti	15
2. Movimenti automatici, separati e sequenziali	SI 15 punti No 0 punti	15
3. Caricamento con una sola manovra	SI 20 punti No 0 punti	20
4. Recupero del campione senza ricaricare il sistema	SI 15 punti No 0 punti	15
5. Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità del dispositivo in relazione alla destinazione d'uso. Valutazione basata sulle necessità della Struttura	SI PUNTI 5 NO PUNTI 0	5

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in n. 6 lotti, volta all'affidamento della fornitura di Sistemi per biopsia mammaria e relativi accessori e pertinenze.

LOTTO 5 – AGHI SEMIAUTOMATICI

Q.tà: 300/anno

Base asta 8000 euro

DOVRA' ESSERE COMPILATA LA SEGUENTE SCHEDA:

Dispositivo		
1. Produttore		
2. Modello		
3. Codice repertorio		
4. Ditta distributrice		
5. Data di immissione sul mercato		
Conformità a Direttive e norme		
4. Direttiva CEE 43/92, Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) (si, no)	SI /NO	
6. Altre (specificare)		
Caratteristiche generali		
1. Ago centimetrato con tacche ecoriflettenti		
2. Lunghezza (70-120 mm)	Specificare	
3. Dimensioni (14-16G)	Specificare	
4. Punta tranciante a taglio obliquo	Specificare	

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in n. 6 lotti, volta all'affidamento della fornitura di Sistemi per biopsia mammaria e relativi accessori e pertinenze.

PUNTEGGI QUALITÀ MAX. 70 punti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA		PUNTEGGIO MAX
1. Avanzamento ago	10-15mm : 10 punti 20-25mm: 10 punti Entrambi: 30 punti	30
2. Biopsia a scatto con meccanismo di ritorno nella posizione iniziale	SI 20 punti No 0 punti	20
3. Manico ad anelli	SI 15 punti No 0 punti	15
4. Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità del dispositivo in relazione alla destinazione d'uso. Valutazione basata sulle necessità della Struttura	SI PUNTI 5 NO PUNTI 0	5

LOTTO 6 – AGHI PER BIOPSIA TIPO MENGHINI

Q.tà: 100/anno

Base asta 3.000 euro

DOVRA' ESSERE COMPILATA LA SEGUENTE SCHEDA TECNICA:

Dispositivo		
1. Produttore		
2. Modello		

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in n. 6 lotti, volta all'affidamento della fornitura di Sistemi per biopsia mammaria e relativi accessori e pertinenze.

3. Codice repertorio		
4. Ditta distributrice		
5. Data di immissione sul mercato		
Conformità a Direttive e norme		
4. Direttiva CEE 43/92, Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) (si, no)	SI / NO	
6. Altre (specificare)		
Caratteristiche generali		
1. Siringa con capacità di 10cc	SI / NO	
2. Lunghezza (70 mm)	Specificare	
3. Dimensioni (20-22G)	Specificare	
4. Marker ecogenico interno	SI / NO	

PUNTEGGI QUALITÀ MAX. 70 punti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA		PUNTEGGIO MAX
1. Avanzamento ago	10mm : 10 punti 20 mm: 10 punti Entrambi: 20 punti	20
2. Cannula sganciabile	SI: 20 punti No: 0 punti	20
3. Sistema di sicurezza con fermo a scatto	SI: 10 punti No: 0 punti	10
4. Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità del dispositivo in relazione alla destinazione d'uso. Valutazione basata sulle necessità della Struttura	SI PUNTI 20 NO PUNTI 0	20