

Avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016

L'Azienda USL di Piacenza, con sede a Piacenza via Antonio Anguissola n. 15, telefono 0523/398744-398731-398949, fax 0523/398946, posta elettronica f.dipompo@ausl.pc.it – c.ceresa@ausl.pc.it – c.bosi2@ausl.pc.it e indirizzo Internet www.ausl.pc.it ha la presumibile necessità di procedere all'affidamento della fornitura di **N. 1 TAVOLO STEREOTASSICO**.

Il tavolo stereotassico, da fornirsi nuovo o ricondizionato, deve essere configurato con le seguenti caratteristiche tecniche:

- sistema prono, esclusivamente dedicato alle biopsie mammarie, che utilizzi un sistema di centratura in Tomosintesi 3D, sia sotto guida tomosintesi sia sotto guida stereotassica;
- sistema che permetta l'individuazione e il prelievo delle lesioni che sono visibili anche solo in Tomosintesi;
- tavolo motorizzato, con altezza variabile, inclusivo nella parte sottostante di braccio a C, porta tubo radiogeno e detettore digitale dedicato;
- sistema che permetta l'accesso a tutte le lesioni, in particolare quelle posizionate nei quadranti inferiori, grazie al posizionamento bidirezionale della paziente. Accesso reale a 360° tramite il braccio a C in grado di ruotare, per permettere il minor tragitto possibile dell'ago con conseguente minore invasività e minor coinvolgimento dei tessuti;
- sistema che permetta di posizionare la lesione all'interno della finestra di biopsia e di effettuare il calcolo delle coordinate e della profondità del target nella prima acquisizione. Sistema in grado di eseguire un'immagine di Tomosintesi senza dover acquisire ulteriori sequenze di immagini 2D (come ad esempio la centratura della lesione e la coppia di immagini stereotassiche per la definizione delle coordinate cartesiane) con conseguente riduzione dei tempi e della dose erogata alla paziente;
- sistema di accesso laterale integrato e computerizzato che consenta l'accesso laterale perpendicolare alla direzione dell'acquisizione senza esecuzione di viste aggiuntive, e dotato di ricalcolo automatico delle coordinate X, Y, Z;
- Modulo di controllo con display integrato nel braccio a C del tavolo;
- Calcolo automatico dei margini di sicurezza e delle coordinate cartesiane della lesione in base al tipo di manipolo selezionato via software;
- un set di fori interscambiabili per l'inserimento della mammella con differenti diametri.

Al fine di conoscere l'assetto dei mercati di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati e le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, e verificarne la rispondenza alle esigenze di questa Azienda USL, si ritiene di svolgere, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016, consultazioni preliminari di mercato relative alla fornitura in argomento.

Si precisa che questa indagine di mercato ha esclusivamente finalità esplorative ed è preordinata ad individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire i prodotti sopraindicati, o prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti in termini di funzione e di finalità di utilizzo, ovvero di svolgere i servizi individuati.

Gli operatori economici non potranno, per il solo interesse manifestato nei confronti della presente indagine esplorativa, vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all'eventuale affidamento della fornitura relativamente alla quale hanno espresso interesse.

Il presente avviso pertanto non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento. L'indagine di mercato avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito di questa Azienda USL nella sezione relativa ai bandi di gara, si concluderà con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse pervenute.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questa Azienda USL ad avviare procedure di alcun tipo.

Questa Azienda USL si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti od interessati possano vantare alcuna pretesa.

L'operatore economico che intende dimostrare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale selezione orientata all'ottenimento di un bene ovvero di un servizio di cui al presente avviso di consultazione preliminare di mercato dovrà trasmettere a questa Azienda U.S.L. di Piacenza al seguente indirizzo PEC: contatinfo@pec.ausl.pc.it la sotto riportata documentazione:

- schede tecniche;
- relazione descrittiva delle peculiarità dell'attrezzatura e dei software di gestione forniti;
- dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di partecipazione ed all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (**ALLEGATO 1**);

Possono infatti presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, come definiti dall'art. 45 del D.lgs. 50/2016, iscritti al registro della camera di commercio ed in possesso dei requisiti di cui al citato art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183 del 12/11/2011, non sarà accettato alcun certificato da parte delle imprese, ma solamente dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse incomplete o parziali.

La manifestazione di interesse ed i relativi allegati, sottoscritti digitalmente, ovvero in forma tradizionale con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, dovranno essere trasmessi entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26.06.2023 al seguente indirizzo PEC: contatinfo@pec.ausl.pc.it.

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Data dell'avviso 07.06.2023

Il Direttore f.f. U.O. Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Francesca Amelia Di Pompo