



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0042818  
DATA: 27/04/2021  
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA AL SERVICE DI RISCALDATORI PER INFUSIONE AD ALTO FLUSSO DA DESTINARE AL COMPARTO OPERATORIO DEL POLO CARDIO-TORACO-VASCOLARE E ALLA CHIRURGIA DEI TRAPIANTI DELL'AZIENDA OSPEDALIRO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-07]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0042818_2021_Lettera_firmata.pdf	Giorgi Giuseppe	BA4AF397BCDE3ADCBE556D5C30F07B7 E78B0FCBD85865D43746013BFE92CBD5 F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Operatori Economici vari  
Loro Sedi

**OGGETTO:** INDAGINE DI MERCATO RELATIVA AL SERVICE DI RISCALDATORI PER INFUSIONE AD ALTO FLUSSO DA DESTINARE AL COMPARTO OPERATORIO DEL POLO CARDIO-TORACO-VASCOLARE E ALLA CHIRURGIA DEI TRAPIANTI DELL'AZIENDA OSPEDALIRO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA.

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se interessata alla fornitura in Service in oggetto, con le caratteristiche di seguito evidenziate:

#### **REQUISITI INDISPENSABILI**


1. infusione ad alto flusso (velocità di infusione >700 ml/min);
2. sistema di rilevazione ed eliminazione automatica di presenza d'aria;
3. elevata efficienza del sistema di riscaldamento nell'intero range di velocità di infusione;
4. sistema di pompaggio volumetrico per un maggiore controllo del flusso infuso;
5. monitoraggio della pressione e della temperatura del fluido;
6. semplicità di inserimento di eventuali kit dedicati e di utilizzo dell'apparecchiatura;
7. sistema di regolazione della velocità di infusione immediato e di facile utilizzo;
8. dotato di sistemi di allarmi necessari ad evitare situazioni di pericolo per il paziente;

**N numero di procedure stimato:** 450/anno

**Numero di apparecchiature presunto:** 6 sistemi

Il sistema offerto deve essere certificato ai sensi della direttiva 93/42/CE e successivi emendamenti. Si richiede, inoltre, tutta la documentazione (schede tecniche, manuali, ecc.) per la verifica della rispondenza a tutte le specifiche tecniche e funzionali richieste.

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere dichiarazione di interesse alla tipologia di fornitura e documentazione tecnica dei sistemi che intendono proporre.



Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola documentazione tecnica allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitan all'indirizzo di posta elettronica servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it e gaia.vallesi@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 9 del giorno 13.05.21.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Per la Dott.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:  
Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:  
Giuseppe Giorgi