



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0081976
DATA: 16/08/2021
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI UN SISTEMA DI ULTIMA GENERAZIONE ANGIOGRAFO COMBINATO CON TC OCCORRENTE ALL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-07]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0081976_2021_Lettera_firmata.pdf:	Giorgi Giuseppe	1FD32887C4A5BBC77D946E5E51B240F0 89CA1B421872C4A84E3C3F67B457129A



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

**OPERATORI ECONOMICI VARI
LORO SEDI**

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI UN SISTEMA DI ULTIMA GENERAZIONE ANGIOGRAFO COMBINATO CON TC OCCORRENTE ALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza il sistema indicato in oggetto, idoneo all'effettuazione di procedure angiografiche/embolizzazioni e di trattamenti percutanei muscoloscheletrici (termoablazioni, biopsie, crioterapia, elettrochemioterapia ecc.), e che dovrà essere dotata delle seguenti caratteristiche indispensabili:

Caratteristiche:

- Angiografo monoplano digitale con flat panel almeno 30x30.
- Tc multistrato almeno 64 strati reali combinata e utilizzabile sia per indagini diagnostiche radiologiche TC, sia per procedure interventistiche in combinazione/supporto all'angiografo; per assicurare l'utilizzo combinato il gantry deve poter essere movimentato a pavimento utilizzando il medesimo tavolo dell'angiografo
- Sistema ecografico di ultima generazione dotato di sonda lineare per valutazioni vascolari, sistema di rilevazione Eco color doppler, sistema rilevazione dei bassi flussi, sistema di visualizzazione del mdc ecografico

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il sistema sopra descritto, dovrà inviare la sola documentazione tecnica allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitan all'indirizzo di posta elettronica: daniela.cavedoni@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 07.09.2021.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Per la Dott.ssa

Rosanna Campa

Daniela Cavedoni

UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
0516079638
daniela.cavedoni@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



Firmato digitalmente da:
Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:
Giuseppe Giorgi

Daniela Cavedoni
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
0516079638
daniela.cavedoni@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202