# FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0085503

DATA: 23/07/2022

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER

LA MOBILIZZAZIONE DELLE SECREZIONI, PER LE ESIGENZE DELL'

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

# CLASSIFICAZIONI:

• [01-07-01]

### DOCUMENTI:

File Firmato digitalmente da Hash

FF9C78FE72558D1E4C283B12CDEAAE94



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) Settore attrezzature e prodotti informatici

> OPERATORI ECONOMICI VARI LORO SEDI, ,

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER LA MOBILIZZAZIONE DELLE SECREZIONI, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza i sistemi in oggetto, con le seguenti caratteristiche:

#### Sistemi

Apparecchio portatile di peso e dimensioni contenute ad alimentazione pneumatica per:

- Mobilizzazione delle secrezioni
- Espansione polmonare
- Trattamento/prevenzione dell'atelettasia polmonare

# Il sistema deve:

- essere idoneo a terapia su adulti e bambini, in respirazione spontanea o in linea con il ventilatore polmonare.
- consentire la somministrazione di farmaci per via aerosolica secondo tre diverse modalità:
  - Oscillazione continua ad alta frequenza e ad alti flussi
  - Pressione espiratoria positiva continua
  - Erogazione esclusiva di aerosol
- consentire l'erogazione di ossigeno supplementare al paziente
- consentire di erogare un flusso fino a 100 l/min
- essere dotato di un'unità di controllo semplice ed intuitiva per la selezione delle diverse modalità d' uso e per il monitoraggio della pressione
- avere una bassa rumorosità (inferiore a 90 dB)
- completo di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento e alla preparazione del sistema.





#### Materiale di consumo

I circuiti monopazienti devono essere realizzati in materiale plastico privo di lattice e biocompatibile, preassembleati e completi di tutti gli accessori necessari per l'esecuzione delle terapie.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi quanto sopra descritto dovrà inviare *la sola documentazione tecnica* allo scrivente Servizio Acquisti di Area Vasta all'indirizzo di posta elettronica: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it o alla mail: daniela.cavedoni@ausl.bologna.it entro e non oltre le **ore 10,00 del giorno 10/08/2022** 

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Rosanna Campa

Responsabile procedimento: Giuseppe Giorgi

