



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOU_FE
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0024708
DATA: 03/09/2021
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di una Workstation pronta all'uso per l'estrazione di acidi nucleici e PCR setup, da dedicare principalmente alla diagnostica SARS-CoV-2. per il Laboratorio Unico Provinciale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Teresa Cavallari

CLASSIFICAZIONI:

- [07-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0024708_2021_Lettera_firmata.pdf:	Cavallari Teresa	27D58ED0537D45DA5847733DD417623B A9C7CEF945850A953B74C00D7B172D37



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



OPERATORI ECONOMICI VARI
0000000000 00000000
000000 000000 (000000)

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di una Workstation pronta all'uso per l'estrazione di acidi nucleici e PCR setup, da dedicare principalmente alla diagnostica SARS-CoV-2. per il Laboratorio Unico Provinciale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

Si informa che questa Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara sta effettuando un' indagine di mercato per la fornitura di una Workstation pronta all'uso per l'estrazione di acidi nucleici e PCR setup, da dedicare principalmente alla diagnostica SARS-CoV-2. per il Laboratorio Unico Provinciale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

Il sistema deve possedere le seguenti caratteristiche:

- essere dotato di lettore bar code
- consentire il caricamento in continuo dei campioni
- non richiedere alcun pipettaggio manuale
- caricamento del tubo primario
- compatibilità con tubi Copan UTM da 3 e 6 ml
- consentire l'estrazione di DNA e RNA da diversi campioni respiratori come tamponi nasali, nasofaringei, lavaggi bronchiali, aspirati o lavaggi nasofaringei e da diversi materiali come siero, plasma, feci, saliva
- possedere una capacità di carico uguale a 94 campioni, con possibilità di carico inferiore
- tempo per un protocollo di estrazione e preparazione di piastre da 94 campioni < = 210 minuti
- essere compatibile con i più comuni termociclatori e relativi kit di amplificazione di terza parte
- essere dotato di PC con SW di processo e permettere l'integrabilità del sistema con il LIS di Laboratorio (DNLab)
- strumento da banco - dimensioni massime: larghezza x profondità non superiore ad mq.1,5

Si invitano pertanto le Ditte interessate a riscontrare la presente nota inviando **entro le ore 13.00 del 27 SETTEMBRE 2021** all'indirizzo: **protocollo@pec.ospfe.it** - e mail: **t.cavallari@ospfe.it** - **s.bennati@ausl.fe.it** quanto segue :

- 1) dichiarazione di poter fornire il sistema con le caratteristiche richieste
- 2) documentazione tecnica tale da evidenziare il possesso delle caratteristiche prima elencate
- 3) documentazione tecnica relativa ai kit diagnostici proposti
- 4) possibilità di garantire la consegna continuativa dei kit per effettuare n° 8000 test/ mese
- 5) indicazione dei tempi di consegna, installazione e collaudo del sistema dall'ordine (non superiori a 30gg)

Susi Bennati

Servizio Comune Economato e Gestione Contratti

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara

Sede legale Via Aldo Moro, 8 - 44124 Cona, Ferrara

Tel +39.0532.236111

urp@ospfe.it - www.ospfe.it

Partita IVA 01295950388



- 6) indicazione dei tempi di consegna dei kit e del materiale di consumo dall'ordine (non superiori a 8 gg)
- 7) disponibilità ad eseguire manutenzione di tipo full risk con interventi per manutenzione correttiva <24h dalla chiamata (escluso sabati e festivi)
- 8) disponibilità alla risoluzione del guasto dall'intervento entro le 24 ore solari (escluso sabato e festivi) anche con sostituzione dell'apparecchiatura con altra equivalente
- 9) nota contenente la dichiarazione che non sussiste a carico dell'Impresa alcuno dei motivi di esclusione dalle gare previsti dall' art. 80 dlgs 50/2016

La documentazione prodotta dovrà indicare come oggetto: “ *Riscontro a indagine di mercato per la fornitura di **Workstation pronta all'uso per l'estrazione di acidi nucleici e PCR setup** , ” per l' U.O. Laboratorio dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.*

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo nè la Ditta alla partecipazione nè l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara ad avviare la procedura di gara o, in caso di avvio della procedura a mantenere inalterate le caratteristiche e condizioni sopra riportate

A disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:
Teresa Cavallari

Responsabile procedimento:
Teresa Cavallari