



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0125320  
DATA: 17/10/2018  
OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla fornitura di n.1 Laser giallo micropulsato da destinare all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pandolfo Petrucci Di Vacone

### CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-05]

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0125320_2018_Lettera_firmata.pdf:	Petrucci Di Vacone Pandolfo	AE78981741B6103D36C3FE97874FC1630 2E5DA8AC2A17776134EB38196625BA2



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Ditte varie  
Loro sedi

**OGGETTO:** Indagine di mercato relativa alla fornitura di n.1 Laser giallo micropulsato da destinare all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza le attrezzature meglio indicate in oggetto e che dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Laser per terapia retinica
- Possibilità di trattamenti TRANSFOVEALI (certificati dal produttore)
- Laser a luce gialla
- Lunghezza d'onda 577 nm
- Emissione micropulsata
- Emissione continua
- Misurazione della potenza erogata a fine fibra (dichiarazione del produttore)
- Fascio di puntamento con diodo
- Durata dell'impulso regolabile
- Dotato di display con parametri dell'impulso impostato
- Possibilità di impostazione dei parametri (durata e ampiezza dell'impulso, durata duty cycle, ecc.) direttamente dalla consolle
- Dotato di tavolo di appoggio a regolazione elettrica
- Dotazione di almeno 2 occhiali di protezione
- Lampada a fessura abbinata
- Caschetto per utilizzo in sala operatoria
- Affiancamento di uno specialista per 10 sedute per ogni divisione
- Consegna entro 45 giorni

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti sopra descritti dovrà inviare la sola documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitan all'indirizzo di posta elettronica [angela.bellanova@ausl.bologna.it](mailto:angela.bellanova@ausl.bologna.it) entro e non oltre le ore 10 del giorno 05/11/2018.



A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Per la Dott.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:  
Pandolfo Petrucci Di Vacone

Responsabile procedimento:  
Giuseppe Giorgi

**Angela Bellanova**  
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)  
051/6079696  
[angela.bellanova@ausl.bologna.it](mailto:angela.bellanova@ausl.bologna.it)

**Azienda USL di Bologna**  
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202