



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOU\_FE  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0014045  
DATA: 10/05/2021  
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di sistema non fluoroscopico di mappaggio elettroanatomico intracardiaco con tecnologia magnetica per l'U.O. Cardiologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Teresa Cavallari

CLASSIFICAZIONI:

- [07-03-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0014045_2021_Lettera_firmata.pdf:	Cavallari Teresa	39C5531ED0A5AC5A49BC89A076F8B77E 16A9E291F57CFF25D33B1E4E295DFAED



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Comune Economato e Gestione Contratti

OPERATORI ECONOMICI VARI  
0000000000 00000000  
000000 000000 (000000)

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di sistema non fluoroscopico di mappaggio elettroanatomico intracardiaco con tecnologia magnetica per l'U.O. Cardiologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

Si informa che questa Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara sta effettuando un'indagine di mercato per la fornitura di sistema non fluoroscopico di mappaggio elettroanatomico intracardiaco con tecnologia magnetica in grado di fornire la migliore accuratezza spaziale dell'anatomia cardiaca per l'ablazione delle fibrillazioni atriali e delle tachicardie ventricolari complesse. Il sistema deve garantire la rilevazione della forza di contatto dei cateteri e la completa integrazione nella mappa del dato ecotomografico intracardiaco. In particolare tale integrazione deve consentire la ricostruzione elettro-anatomica tridimensionale tramite l'acquisizione sequenziale di immagini ecocardiografiche bidimensionali intracavitari. Il sistema deve inoltre garantire l'acquisizione di una mappa di intensità di forza di contatto tra catetere e parete cardiaca.

Si invitano pertanto le Ditte interessate a riscontrare la presente nota inviando **entro le ore 13.00 del 25 MAGGIO 2021** all'indirizzo: [protocollo@pec.ospfe.it](mailto:protocollo@pec.ospfe.it) e mail: [t.cavallari@ospfe.it](mailto:t.cavallari@ospfe.it) quanto segue :

- 1) dichiarazione di poter fornire il sistema con le caratteristiche richieste
- 2) documentazione tecnica tale da evidenziare il possesso delle caratteristiche richieste
- 2) nota contenente la dichiarazione che non sussiste a carico dell'Impresa alcuno dei motivi di esclusione dalle gare previsti dall' art. 80 dlgs 50/2016

La documentazione prodotta dovrà indicare come oggetto: " *Riscontro a indagine di mercato per la fornitura di sistema non fluoroscopico di mappaggio elettroanatomico intracardiaco con tecnologia magnetica* " per l' U.O. Cardiologia dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo nè la Ditta alla partecipazione nè l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara ad avviare la procedura di gara o, in caso di avvio della procedura a mantenere inalterate le caratteristiche e condizioni sopra riportate

A disposizione per ogni chiarimento.  
Cordiali saluti.



La Responsabile SS Beni Sanitari di Consumo  
Servizio Comune Economato e Gestioni Contratti

Firmato digitalmente da:  
Teresa Cavallari

Responsabile procedimento:  
Teresa Cavallari