



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0042176
DATA: 26/04/2021
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO COMPRENSIVA DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK DI UNA PIATTAFORMA ROBOTICA PER CHIRURGIA VERTEBRALE PER LE ESIGENZE DELL' ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0042176_2021_Lettera_firmata.pdf:	Giorgi Giuseppe	7B82B09163052DE90ED062BBB11E9C9F A9C798E23D8079799A2E33D2F894A456



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Operatori Economici vari
Loro Sedi

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO COMPRENSIVA DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK DI UNA PIATTAFORMA ROBOTICA PER CHIRURGIA VERTEBRALE PER LE ESIGENZE DELL' ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Con la presente si intende espletare indagine di mercato aventi ad oggetto la fornitura del noleggio riportato in oggetto al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016

INDAGINE DI MERCATO

La Piattaforma di navigazione robotizzata dovrà:

- 1) utilizzare Tecnologia GPS tramite guida robotizzata terminale attiva costantemente
- 2) essere in grado di utilizzare almeno 3 tipi di acquisizione di immagini

- Immagini TAC preparatoria abbinata a fluoroscopia con ad arco a c standard
- Immagini da TAC Intraoperatoria
- Fluoroscopia con Arco a C (navigazione 2D)

- 3) Possedere reference di sorveglianza sul paziente per garantire l'integrità' della navigazione
- 4) Essere indipendente dal Letto Operatorio utilizzato e dal paziente per una maggiore versatilità' di utilizzo

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.



Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare il servizio sopra descritto dovrà inviare istanza al Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove e' pubblicata l' Indagine di Mercato, ovvero all'indirizzo di posta elettronica dario.bani@ausl.bologna.it, entro le ore: 12.00 del giorno **14/05/2021**

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Per la d.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:
Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:
Dario Bani