



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0041615  
DATA: 23/04/2021  
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI CISTOSCOPIA FLESSIBILE PER LE ESIGENZE DELL' AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0041615_2021_Lettera_firmata.pdf:	Giorgi Giuseppe	2AE11FA5A457D5676A0FE44B1B4DD1B3 45631C793AFFD3BF959012AEC027BD16



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Operatori Economici vari  
Loro Sedi

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI CISTOSCOPIA FLESSIBILE PER LE ESIGENZE DELL' AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

Con la presente si intende espletare indagini di mercato aventi ad oggetto la fornitura di Servizi di manutenzione e assistenza, come da oggetto, sulle attrezzature sottoriportate, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016

### **Fabbisogno**

Fornitura in service della durata di 3 anni di un sistema di manometria anoretale ed esofagea per l'ambulatorio di cistoscopia dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, con le seguenti indicazioni d'uso:

- Visualizzazione delle pareti interne della vescica e dell'uretra
- Individuazione di anomalie e patologie a carico della vescica e delle basse vie urinarie (es. calcoli, polipi, diverticoli o tumori)
- Individuazione delle cause di alcuni disturbi, come la presenza di sangue nelle urine, dolore pelvico cronico, infezioni urinarie ricorrenti, minzione dolorosa, ritenzione o incontinenza urinaria, segni di ingrossamento della prostata

La fornitura dovrà comprendere per l'intera durata del contratto:

- il noleggio del sistema, completo di tutta la strumentazione e gli accessori necessari al corretto e completo funzionamento
- il materiale di consumo pluriuso e monouso necessario per l'esecuzione delle procedure
- l'assistenza tecnica full-risk

### **Sistema di Cistoscopia flessibile – caratteristiche richieste**

Sistema costituito da:

- Workstation di elaborazione con monitor ad alta risoluzione di almeno 19"



- Tastiera alfanumerica e pulsantiera per i comandi
- Cistoscopia flessibile

Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali:

- Deve poter essere utilizzato con le colonne in uso presso AOSP, con connessione alla fonte luce e telecamera esistenti in sala endoscopica
- Deve essere costituito da un cistoscopia con diametro ridotto massimo 1.5 mm per limitare la traumaticità dell'intervento
- Lunghezza del cistoscopia di circa 370 mm
- Flessione del cistoscopia indicativamente fino a 220° up e 140° down ed angolo di visione fino a 110°, per garantire una scansione migliore di tutta la superficie vescicale, ivi inclusa la parte del collo
- Manipolo con controllo dell'erogazione ed interruzione del fluido di riempimento e lavaggio, in modo che l'operatore possa agire in modo autonomo durante la procedura
- Canale operativo utilizzabile per irrigazione e passaggio strumentale, in modo da avere uno strumento sempre disponibile in forma sterile
- Sistema dotabile anche fonte luce indipendente(a batterie) per permette una trasportabilità del sistema anche al letto del paziente
- Dotato di sistema per la verifica della tenuta prima di avviare lo strumento ad una eventuale procedura di immersione o inserimento in una lava-endoscopi per riprocessazione saltuaria

#### ***Materiale di consumo monouso - Caratteristiche richieste***

- Guaine monouso sterili, dotate di canale operativo integrato da almeno 2.0 mm ed interno alla guaina stessa per limitare la traumaticità

#### ***Certificazioni e Schede tecniche***

Il sistema offerto deve essere certificato ai sensi della direttiva 93/42/CE e successivi emendamenti. Si richiede, inoltre, tutta la documentazione (schede tecniche, manuali, ecc.) per la verifica della rispondenza alle specifiche tecniche e funzionali richieste.

#### ***Numero di procedure stimato:***

2000 procedure/anno – 6000 procedure/tre anni

#### ***Importo complessivo presunto***

€ 140.000,00 iva esclusa/anno - € 420.000,00 iva esclusa/tre anni

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.



Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare il servizio sopra descritto dovrà inviare istanza al Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove e' pubblicata l' Indagine di Mercato, ovvero all'indirizzo e-mail [dario.bani@ausl.bologna.it](mailto:dario.bani@ausl.bologna.it), entro le ore: 12.00 del giorno **11.05.2021**

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Per la D.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:  
Dario Bani