



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0086219
DATA: 31/08/2020
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUITO
PER LA DURATA DI ALMENO 6 MESI DI UN MAMMOGRAFO CEMS PER LE
ESIGENZE DELL' AZIENDA USL DI BOLOGNA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-07]

DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| PG0086219_2020_Lettera_firmata.pdf: | Giorgi Giuseppe | DA13F1574B3596888E158234B155407A4 C4A28D97C26AEFF7002F19AA804951F |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Operatori Economici vari
Loro Sedi

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUITO PER LA DURATA DI ALMENO 6 MESI DI UN MAMMOGRAFO CEMS PER LE ESIGENZE DELL' AZIENDA USL DI BOLOGNA

Con la presente si intende espletare indagini di mercato aventi ad oggetto l'acquisizione, in Comodato d'uso gratuito per la durata di almeno 6 mesi, con possibilità di proroga per successivi 6 mesi, del sistema sotto riportato, al fine di individuare, Ditte in grado di fornirlo. Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016.

FORNITURA IN COMODATO D'USO GRATUITO DI UN MAMMOGRAFO CEMS PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA.

Requisiti richiesti:

- mammografo digitale con detettore circa 24x30 cm
 - modulo per tomosintesi
 - modulo per mammografia a doppia energia con mezzo di contrasto "Dual Energy" (CESM - Contrast Enhanced Spectral Mammography).
 - dotazione completa di ogni componente hardware e software per l'esecuzione di mammografie, tomosintesi e CEMS
 - workstation dedicata per elaborazione immagini
 - sistema certificato Dispositivo Medico (Direttiva 93/42 o Regolamento Unico 745/2017)
 - iniettore per la somministrazione del mezzo di contrasto
 - il sistema dovrà essere collegato al sistema RIS/PACS aziendale attraverso il protocollo DICOM, garantendo:
 - o Scarico lista di lavoro (Worklist SCU)
 - o Invio immagini (Storage SCU);
 - o Invio report dose erogata in forma numerica (preferibile l'utilizzo dello standard DICOM RDSR, in alternativa attraverso MPPS)
- Modalità acquisizione "Performed Procedure Step" (MPPS)

Dovrà essere assicurata la sincronizzazione dell'orario con l'orologio Aziendale tramite il profilo IHE Consistent Time (a tale scopo l'AUSL mette a disposizione un server NTP all'interno della propria LAN)



La fornitura in comodato gratuito dovrà inoltre includere:

- fornitura e installazione nel locale L059 Padiglione H piano 3 ospedale Bellaria (planimetria allegata)
- verifiche preliminari di funzionalità e supporto al collaudo
- fantocci dedicati per QA
- manutenzione secondo la modalità "Full Risk" (manutenzioni preventive e illimitati interventi su guasto, ricambi inclusi)
- smontaggio al termine del periodo contrattuale

Si coglie l'occasione per precisare che:

- a) Il Responsabile dell'impianto sarà garante del corretto uso e conservazione dei Dispositivi forniti in comodato d'uso gratuito
- b) L'azienda USL si farà carico dei costi relativi alla fornitura del mezzo di contrasto

Si precisa, infine, che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare la fornitura sopra descritto dovrà inviare istanza al Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove è pubblicata l'Indagine di Mercato, ovvero all'indirizzo di posta elettronica dario.bani@ausl.bologna.it, entro le ore: **12.00 del giorno 18/09/2020**

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Per la d.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:
Dario Bani

Dario Bani
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
051/6079762
dario.bani@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202