



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0064401  
DATA: 22/05/2018  
OGGETTO: Indagine di mercato relativa a Sistema di Drenaggio Toracico per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pandolfo Petrucci

### CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-03]

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0064401_2018_Lettera_firmata.pdf:	Petrucci Pandolfo	7231CC45799673A5551C89137D02E5853 F18D7C293E8AE0B44BA293E2A355D30



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Operatori economici  
Loro sedi

**OGGETTO:** Indagine di mercato relativa a Sistema di Drenaggio Toracico per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza le attrezzature meglio indicate in oggetto e che dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Sistema di drenaggio toracico portatile a secco composto da:

- sistema di drenaggio toracico con funzionamento a batteria con monitoraggio e registrazione a breve e lungo termine dei parametri di drenaggio (vuoto/flusso/perdite)
- contenitore sterile, disponibilità di diversi volumi: da 300 a 2000 ml circa
- tubi di raccordo sterili con connessioni doppie e singole

Tale richiesta ruota intorno all'esigenza da parte dei Clinici dell' Azienda di avere in dotazione un'apparecchiatura che misuri e registri elettronicamente tutti i parametri essenziali utilizzati nella gestione del drenaggio toracico e che, tramite la propria tecnologia digitale consenta il monitoraggio dei pazienti e la registrazione di indicatori terapeutici fondamentali come le perdite d'aria oltre a permettere la registrazione in tempo reale di dati oggettivi consentendo di ottimizzare l'assistenza e migliorare gli esiti

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti sopra descritti dovrà inviare la sola documentazione tecnica sul portale Intercent-ER della Regione Emilia Romagna , ovvero all'indirizzo di posta elettronica [dario.bani@ausl.bologna.it](mailto:dario.bani@ausl.bologna.it) entro e non oltre le ore 10 del giorno 06.06.2018

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Per la Dott.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:



Pandolfo Petrucci

Responsabile procedimento:  
Dario Bani

**Dario Bani**  
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)  
051/6079762  
dario.bani@ausl.bologna.it

**Azienda USL di Bologna**  
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202