

Azienda USL di Ferrara  
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara  
Servizio Comune Economato e gestione contratti  
Beni Sanitari di Consumo

## **INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN INIETTORE CO<sub>2</sub> AD USO ANGIOGRAFICO U.O. CHIRURGIA VASCOLARE - OSPEDALE DI CONA**

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara ha la necessità di dotarsi di **n. 1 iniettore di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) ad uso angiografico** destinato all'U.O. di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale di Cona, nella forma di un contratto di **service di durata pari a tre anni**.

La destinazione d'uso corrisponde a:

- somministrazione di CO<sub>2</sub> come mezzo di contrasto a volumi e pressioni determinati nelle cavità vascolari;
- utilizzo previsto in angiografia diagnostica nelle procedure endovascolari del distretto aortico sottorenale, iliaco, femorale, popliteo e tibiale in alternativa al mezzo di contrasto iodato.

L'apparecchiatura deve presentare le seguenti caratteristiche:

- sistema di iniezione automatico a controllo elettronico, fornito in comodato d'uso gratuito a fronte della spesa sostenuta per i consumabili (kit di iniezione monopaziente);
- gestione automatizzata del kit da parte del sistema di iniezione con possibilità di regolazione digitale dei parametri di iniezione (pressione e volume);
- garanzia di mantenimento costante della pressione di somministrazione della CO<sub>2</sub> durante l'erogazione e definizione della quantità di gas somministrata anche in modalità ripetuta.

Materiali di consumo:

- Kit di iniezione monopaziente

L'apparecchiatura dovrà essere nuova e di ultima generazione, non ricondizionata, certificata Dispositivo Medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e/o al Regolamento MDR 2017/745.

Si richiede un'attrezzatura che possieda le caratteristiche sopra elencate o ad esse equivalenti, che ne consentano l'utilizzo secondo la destinazione d'uso prevista.

Devono essere inclusi nell'offerta della fornitura i seguenti servizi:

- trasporto, consegna, installazione, collaudo e formazione dell'utilizzatore finale;

- assistenza tecnica full risk, comprensiva di manutenzione preventiva prevista dal fabbricante;
- azioni correttive e preventive a seguito di avvisi di sicurezza e/o altre segnalazioni al Ministero della Salute in qualità di autorità competente per la vigilanza (art. 9 D. Lgs.2010/37).

La spesa totale presunta per il service di durata pari a tre anni è di **€ 105.000,00 IVA inclusa**.

Per soddisfare la suddetta necessità si pubblica la presente manifestazione di interesse al fine di individuare le ditte con la disponibilità ad offrire tale fornitura.

Si invitano pertanto le ditte interessate a manifestare l'interesse a partecipare ad una procedura di gara per la fornitura in oggetto, inviando **entro le ore 13.00 del 24 Gennaio 2023**, sulla piattaforma Intercent-ER la seguente documentazione:

- una relazione tecnica descrittiva del prodotto offerto, riferita alle caratteristiche sopra elencate o ad esse equivalenti e schede tecniche/Brochure del produttore;
- dichiarazione di poter fornire i prodotti richiesti;
- nota contenente la dichiarazione che non sussiste a carico dell'impresa alcuno dei motivi di esclusione delle gare previsti dall'art. 80 Dlgs 50/2016;
- il manuale d'uso dell'apparecchiatura e degli accessori;
- le istruzioni d'uso del kit monopaziente;
- una dichiarazione indicante il numero di iscrizione al Repertorio/Banca Dati dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute;
- la certificazione CE in conformità alla Direttiva 93/42/CE e/o al Regolamento MDR 2017/745 sia dell'apparecchiatura che dei dispositivi medici accessori;
- la dichiarazione di conformità alle norme tecniche di settore;
- un elenco referenze di forniture analoghe negli ultimi 3 anni con indicazione del prezzo di aggiudicazione;
- un documento contenente le condizioni dell'assistenza tecnica full risk garantita durante il contratto di service (tempi di intervento dall'apertura della chiamata, tempi di risoluzione, numero di manutenzioni preventive/verifiche di sicurezza elettrica previste all'anno).

La documentazione prodotta dovrà indicare come oggetto: **“Riscontro a indagine di mercato per fornitura di iniettore di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) ad uso angiografico U.O. Chirurgia vascolare.**

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo né la Ditta alla partecipazione né l'Azienda Ospedaliero di Ferrara ad avviare la procedura di gara o, in caso di avvio della procedura a mantenere inalterate le caratteristiche e condizioni sopra riportate.

Cordiali saluti