



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0024828
DATA: 10/03/2021
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA TAC INTRAOPERATORIA COMPRENSIVA DI ASSISTENZA TECNICA PER LE NECESSITA' DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA –DURATA 5 ANNI

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0024828_2021_Lettera_firmata.pdf:	Giorgi Giuseppe	2E8977A495650B51D19865166EC2F05D4 A2710BA340D584FAE1E1944B4DBBA18



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

DITTE VARIE
dittevarie@ausl.bo.it

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA TAC INTRAOPERATORIA COMPRENSIVA DI ASSISTENZA TECNICA PER LE NECESSITA' DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA –DURATA 5 ANNI

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza le attrezzature indicate in oggetto e che dovranno avere le seguenti caratteristiche indispensabili:

- Sistema di imaging intraoperatorio 2D/3D (cone-beam) utilizzabile per interventi neurochirurgici(testa-colonna);
- Compatibile con sistema robotico Neuromate (la compatibilità deve essere dichiarata dal fabbricante del sistema robotico Renishaw);
- Facilmente spostabile;
- Dispositivo Medico CE MDD.

L'operatore economico interessato deve dichiarare la disponibilità alla fornitura in noleggio e deve, inoltre, allegare la dichiarazione di Renishaw circa la compatibilità con il sistema robotico Neuromate frameless e la documentazione tecnica del sistema proposto.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la documentazione tecnica e le dichiarazioni richieste allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitan all'indirizzo di posta elettronica angela.bellanova@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 9 del giorno 26/03/2021.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Per la Dott.ssa Rosanna Campa
Dott. Giuseppe Giorgi

Firmato digitalmente da:



Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:
Giuseppe Giorgi

Angela Bellanova
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
051/6079696
angela.bellanova@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202