



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOU_FE
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0031673
DATA: 15/11/2021
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di Catetere Dilatatore a Palloncino Polmonare necessario per L'Azienda Ospedaliera di Ferrara.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Teresa Cavallari

CLASSIFICAZIONI:

- [07-03-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0031673_2021_Lettera_firmata.pdf	Cavallari Teresa	6A9A18D1D1A5EF26E924F3C4010596430 8DB7E87B2D85ECFD275A26F993AE0F6



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Comune Economato e Gestione Contratti

OPERATORI ECONOMICI VARI
0000000000 00000000
000000 000000 (000000)

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di Catetere Dilatatore a Palloncino Polmonare necessario per L'Azienda Ospedaliera di Ferrara.

Si informa che questa Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara sta effettuando una indagine di mercato per la fornitura di Catetere Dilatatore a Palloncino Polmonare per la U.O. di Endoscopia Respiratoria dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara.

il catetere deve possedere le seguenti caratteristiche:

**Catetere dilatatore a palloncino polmonare per endoscopia respiratoria di lunghezze indicative rispettivamente del pallone pari a 5,5 cm e del catetere pari a 75 cm;
la misura indicativa del diametro esterno del pallone gonfiato è nel range 15-18**

Fabbisogno: **40 pezzi annui**

Si invitano pertanto le ditte interessate a manifestare l'interesse a partecipare ad una procedura di gara per la fornitura in oggetto, inviando **entro le ore 13.00 del 2 Dicembre 2021** all'indirizzo: **protocollo@pec.ospfe.it** e mail: **t.cavallari@ospfe.it** e **a.rossi@ospfe.it** e **s.bennati@ausl.fe.it** quanto segue:

- 1) dichiarazione di poter fornire i prodotti richiesti
- 2) scheda tecnica dei dispositivi e certificazione di conformità alla direttiva 98/79/CE (marcatura CE)
- 2) nota contenete la dichiarazione che non sussiste a carico dell'Impresa alcuno dei motivi di esclusione dalle gare previsti dall' art. 80 dlgs 50/2016

La documentazione prodotta dovrà indicare come oggetto: **“Riscontro a indagine di mercato per fornitura di Catetere Dilatatore a palloncino polmonare per la U.O. di Endoscopia Respiratoria dell' Azienda Ospedaliera di Ferrara.**

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo né la Ditta alla partecipazione né l'Azienda Ospedaliero di Ferrara ad avviare la procedura di gara o, in caso di avvio della procedura a mantenere inalterate le caratteristiche e condizioni sopra riportate.



A disposizione per ogni chiarimenti

Cordiali saluti

Responsabile procedimento:
Teresa Cavallari

Firmato digitalmente da:
Teresa Cavallari