



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOU_FE
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0031677
DATA: 15/11/2021
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di Cistoscopi monouso portatili necessari all' Azienda Ospedaliera di Ferrara.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Teresa Cavallari

CLASSIFICAZIONI:

- [07-03-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0031677_2021_Lettera_firmata.pdf	Cavallari Teresa	8736F9D7A8F2254EAEF3C051C4E8EA10 18AFA4C1055EB11959ABA454E375C465



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



OPERATORI ECONOMICI VARI
0000000000 00000000
000000 000000 (000000)

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di Cistoscopi monouso portatili necessari all'Azienda Ospedaliera di Ferrara.

Si informa che questa Azienda Ospedaliera di Ferrara sta effettuando una indagine di mercato per la fornitura di Cistoscopi monouso portatili con sistema di visualizzazione/comunicazione (pluriuso), da utilizzare presso l'Unità Operativa di Urologia dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara.

Dettaglio della fornitura:

Il sistema richiesto deve essere portatile in modo da consentire l'esecuzione dell'esame senza trasportare il paziente e si compone di un cistoscopio sterile, monouso e flessibile progettato per l'accesso endoscopico e l'esame del tratto urinario inferiore, unitamente a un sistema di visualizzazione dell'immagine pluriuso a cui è collegato, con display di dimensione non inferiore ai 10", con risoluzione full HD (1920 x 1080), completo di connessione WiFi/Ethernet (IEEE 802.11ac/a/b/g/n e RJ45), di connettività al PACS tramite standard DICOM e di batteria.

Quantità richiesta: 50 cistoscopi

Si invitano pertanto le Ditte interessate a manifestare l'interesse a partecipare ad una procedura di gara per la fornitura in oggetto, inviando **entro le ore 13.00 del 2 Dicembre 2021** all'indirizzo: **protocollo@pec.ospfe.it** e mail: **t.cavallari@ospfe.it** e **a.rossi@ospfe.it** e **s.bennati@ausl.fe.it**, quanto segue:

1. Documentazione tecnica e certificazioni di conformità alla normativa "dispositivi medici" dell'apparecchiatura e dei dispositivi monouso e/o pluriuso proposti che dettagliano le caratteristiche tecniche possedute da tutti i componenti il sistema
2. Manuale d'uso del sistema proposto
3. Nota contenente la dichiarazione che non sussiste a carico dell'Impresa alcuno dei motivi di esclusione dalle gare previsti dall'art. 80 dlgs. 50/2016.

La documentazione prodotta dovrà indicare come oggetto: "**Riscontro a indagine di mercato la fornitura di Cistoscopi monouso portatili necessari all'Azienda Ospedaliera di Ferrara**".



Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo nè la Ditta alla partecipazione nè l'Azienda Ospedaliera di Ferrara ad avviare la procedura di gara o, in caso di avvio della procedura a mantenere inalterate le caratteristiche e condizioni sopra riportate.

A disposizione per ogni chiarimento

Cordiali saluti.

La Responsabile del SS Beni Sanitari di Consumo
Servizio Comune Economato e Gestione Contratti

Firmato digitalmente da:
Teresa Cavallari

Responsabile procedimento:
Teresa Cavallari