



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0053419  
DATA: 26/05/2021  
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A NEUROSTIMOLATORI VAGALI.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Anna Maria Testa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0053419_2021_Lettera_firmata.pdf:	Testa Anna Maria	6B497E8172349C07ACF7705809CECC956 5BE2431995398A91CBB6FE16B43A477



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Spett.li  
Operatori Economici vari  
Loro Sedi

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A NEUROSTIMOLATORI VAGALI.


Dovendo procedere ad una indagine conoscitiva di mercato relativa a **NEUROSTIMOLATORI VAGALI**, si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza il seguenti dispositivi medici:

- *Generatore di impulsi impiantabile e programmabile per il trattamento dell'epilessia farmaco-resistente, tramite risposta automatica alla tachicardia associata a convulsioni, marcato CE-DMIA, che consente la programmazione diurna e notturna, la registrazione degli abbassamenti di frequenza cardiaca e degli episodi in posizione prona.*
- *Elettrocatteteri impiantabili a lunga durata, con isolamento in silicone, per trasmettere gli impulsi dal generatore al nervo vago .*
- *Sistema completo di: Tunnellizzatore monouso per tunnellazione sottocutanea dell'elettrocatteteri, programmatore palmare, kit paziente .*

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti sopra descritti dovrà inviare **la sola documentazione tecnica** allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitan all'indirizzo di posta elettronica: **piamonica.stea@ausl.bologna.it**, entro e non oltre le ore 18 del giorno 10/06/2021.

Distinti saluti.



Firmato digitalmente da:

**Anna Maria Testa**  
(Per la Dott.ssa Rosanna Campa)

Responsabile procedimento:  
Pia Monica Stea

**Pia Monica Stea**  
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)  
051/6079905  
[piamonica.stea@ausl.bologna.it](mailto:piamonica.stea@ausl.bologna.it)

**Azienda USL di Bologna**  
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202