



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0093716  
DATA: 01/09/2023  
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI UN TAVOLO OPERATORIO  
PER ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0093716_2023_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	7DF74697E38AF8939515E80CA0E2B0D07 1F3EE589EB08E6DCCC7C17A4DCE2A79
PG0093716_2023_Allegato1.pdf:		6B99AC8E22B98C53C775CCE6F2AF5900 C90CD1BD4F303B0B0C09DDFDA1E1C2BA



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

**Istituto delle Scienze Neurologiche**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta  
Settore Attrezzature Sanitarie

Il direttore

DITTE VARIE  
dittevarie@ausl.bo.it

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI UN TAVOLO OPERATORIO PER  
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI**

Con riferimento ad una successiva gara pubblica, si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza l'attrezzatura indicata in oggetto che dovrà avere le caratteristiche tecniche indispensabili illustrate nell' ALLEGATO 1 alla presente.

Le ditte interessate dovranno allegare la documentazione tecnica dell'attrezzatura proposta e l' ALLEGATO 1 debitamente compilato e firmato.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la documentazione richiesta allo scrivente Servizio Acquisti Area Vasta all'indirizzo di posta elettronica erika.caroli@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 18/09/2023.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:  
Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:  
Antonia Crugliano



**Erika Caroli**  
Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

**Azienda USL di Bologna**  
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

## ALLEGATO 1 CARATTERISTICHE

		SI	NO
0	sistema a colonna mobile e piani trasferibili		
1	colonna mobile e piani trasferibili in acciaio inox e base in acciaio inox di minimo spessore		
2	movimenti: innalzamento/abbassamento; posizione Trendelenburg / anti-Trendelenburg; inclinazione laterale; autolivellamento		
3	idoneo a supportare pazienti di peso fino a 225 Kg		
4	Batterie con ampia autonomia (almeno 12 ore utilizzo continuo)		
5	pulsantiera e telecomando		
6	caricabatterie		
7	sistema anticollisione		
8	compatibilità con piani operatori Trumpf serie 7500		
9	piano operatorio a sbalzo radiotrasparente 360° con barre in fibra di carbonio		
10	area radiotrasparente fino a ca 1400mm x 400mm		
11	traslazione longitudinale circa 600mm		
12	piano idoneo alla chirurgia vertebrale		
13	Sistema poggiatesta ALLEN C-FLEX o equivalente		
14	supporto per petto		
15	supporto per anca di varie taglie (S/M/L)		
16	supporto per coscia Dx e SN		
17	reggibraccio ALLEN o equivalente: Supporti regolabili utilizzati per posizionare le braccia del paziente durante gli interventi di chirurgia spinale. Adatti per posizione prona e laterale.		
18	supporto Allen Bow Frame o equivalente: sistema per creare la lordosi invertebrale e aprire gli spazi intervertebrali lasciando l'addome libero durante gli interventi; radiotrasparente per utilizzo anche con sistemi imaging a C; regolazione della flessione e tensione tramite manovella amovibile; completo di carrello per posizionamento a riposo		
19	carrello per piano con movimentazione verticale e Trend/antitrend		
20	compatibilità dichiarata da Brainlab/medPhoton con sistema imaging LOOP-X		
21	conformità 93/42/CE o 2017/745		
22	conformità EN 60601-1		