



Area Dipartimentale Economico e Gestionale
Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Acquisti Beni e Servizi
Direttore avv. Morris Montalti

PNRR - MISSIONE 5.C3.1.1.1. "INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI DI COMUNITA'", PROGETTO INVESTIMENTO DENOMINATO "FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA'"

AVVISO DI INDAGINE FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L' AFFIDAMENTO APPARECCHIATURE PER ORL E ODONTOIATRIA PER LE NECESSITÀ DELLE UU.OO. DEGLI OSPEDALI DI NOVAFELTRIA, SANTA SOFIA E BAGNO DI ROMAGNA DELL'AUSL DELLA ROMAGNA.

LOTTO 1: RIUNITO ORL, IMPORTO A BASE D'ASTA € 21.000,00 IVA ESCLUSA

LOTTO 2: RIUNITO ODONTOIATRICO, IMPORTO A BASE D'ASTA € 30.000,00 IVA ESCLUSA

LOTTO 3: RADIOLOGICO ENDORALE, IMPORTO A BASE D'ASTA € 10.000,00 IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO COMPRENSIVO DI OPZIONI € 113.000,00 (IVA ESCLUSA)

L'Azienda USL della Romagna con sede legale in via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna, rende noto che sta valutando la possibilità di procedere alla stipulazione di un contratto, per l'affidamento di apparecchiature per ORL e Odontoiatria per le esigenze delle UU.OO. degli Ospedali di Novafeltria, Santa Sofia e Bagno di Romagna, relativo all'intervento PNRR M5C3 1.1.1 "Apparecchiature per rafforzamento piccoli ospedali e per assistenza domiciliare".

Si comunica, pertanto, che con la presente si intende espletare indagine di mercato per la fornitura in oggetto al fine di acquisire, nel rispetto dei principi di cui all'art 30 del D.lgs 50/2016, la conoscenza e la disponibilità di operatori economici presenti nel mercato, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) D.L. 76/2020.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Requisiti minimi richiesti all'Operatore Economico:

- o non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- o non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- o essere registrato e abilitato sul portale SATER di Intercent-Er;
- o Iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile per la fornitura in

oggetto.

La presente indagine viene espletata utilizzando il "Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna" c.d. SATER disponibile sul portale dell'Agenzia Regionale Intercenter-ER.

Il presente avviso viene pubblicato sia sulla piattaforma regionale (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> - **Consultazioni preliminari di mercato**) sia sul sito istituzionale dell'Azienda USL della Romagna (<https://www.auslromagna.it>) sezione Gare ed Appalti – Avvisi e Bandi per forniture/servizi sottosoglia comunitaria.

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta in conformità al modello Allegato A), dovrà pervenire, **ESCLUSIVAMENTE** tramite la piattaforma SATER **entro il termine ivi indicato.**

Non saranno considerate manifestazioni di interesse che non siano pervenute nella suddetta modalità.

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'OE o da altro soggetto dotato di idonei poteri di firma e corredata di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nella manifestazione di interesse, l'OE dovrà dichiarare di possedere i titoli e requisiti richiesti e comunicare l'indirizzo PEC al quale saranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di manifestazione di interesse.

Infine, si precisa che:

1. l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda USL della Romagna, che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione del servizio;
2. non sono previste graduatorie, né punteggi, né classifiche in merito essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire il servizio sopra indicato con i requisiti richiesti.

Oggetto e finalità della procedura

Oggetto dell'appalto è l'acquisizione di apparecchiature per ORL e Odontoiatria per le esigenze delle UU.OO. degli Ospedali di Novafeltria, Santa Sofia e Bagno di Romagna dell'Ausl della Romagna. L'acquisizione rientra nell'intervento PNRR M5C3 1.1.1 "Apparecchiature per rafforzamento piccoli ospedali e per assistenza domiciliare".

L'appalto è suddiviso in 3 lotti, singolarmente aggiudicabili.

Valore dell'appalto

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	Prezzo unitario iva esclusa	Valore a base d'asta per lotto iva esclusa	Opzione listino accessori	Importo canone singolo DM manutenzione annuo SINGOLO	importo canone Manutenzione 5 anni complessivo	Revisione prezzi	quinto diobbligato	VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO IVA ESCLUSA
1	RIUNITO ORL	3	7.000,00	21.000,00	10.000,00	NO	NO	6.300,00	4.200,00	113.000,00
2	RIUNITO ODONTOIATRICO	2	15.000,00	30.000,00	5.000,00	NO	NO	9.000,00	6.000,00	
3	RADIOLOGICO ENDORALE	2	5.000,00	10.000,00	2.500,00	400,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	
VALORE COMPLESSIVO APPALTO IVA ESCLUSA A BASE D'ASTA				61.000,00	17.500,00	400,00	4.000,00	18.300,00	12.200,00	

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Acquisti Beni e Servizi
Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)
Tel. 0547.394447 – 394453 - Fax 0547.610948
Direttore avv. Morris Montalti
e-mail: acquisti@auslromagna.it
Pec: acquisti@pec.auslromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA)
C.F. e P. IVA 02483810392
Sito WEB: www.auslromagna.it

Lotto 1: RIUNITO ORL

CARATTERISTICHE GENERALI

Riunito per applicazioni di ORL avente le seguenti caratteristiche:

- Apparecchio compatto, lavabile, resistente;
- Mobile portastrumenti con cassettiere corredate di vani portastrumenti puliti;
- Vano per posizionamento strumenti sporchi;
- Sistema di aspirazione con valvola di sicurezza per impedire fuoriuscite
- Possibilità di utilizzare vasi di raccolta secreti monouso;
- Modulo nebulizzazione/insufflazione con impugnatura ad aggancio rapido completo di accessori necessari al funzionamento.
- Presenza di supporti per posizionamento ottiche pulite ed usate;
- Scaldaspecchietti a funzionamento istantaneo e spegnimento temporizzato
- Siringa ORL
- Modulo di lavaggio auricolare con acqua riscaldata a temperatura corporea per l'irrigazione dell'orecchio. Dotato di contenitori riempibili con acqua distillata o sterile da parte dell'utente.
- N.1 fonte di luce a led (minimo 150.000 LUX) regolabile in intensità;
- Possibilità di implementazione successiva del riunito con i vari supporti.

La ditta dovrà QUOTARE A PARTE:

- POLTRONA SPECIALISTICA PER ORL dotata delle seguenti caratteristiche tecniche minime:
- Struttura robusta e dotata di ruote per movimentazione
- Schienale con regolazione fino a posizione stesa orizzontale
- Adeguato basamento per avere massima stabilità nel posizionamento a 180° (posizione stesa orizzontale)
- Regolazione elettrica dell'altezza della seduta
- Dotata di braccioli movibili per facilitare l'ingresso laterale del paziente
- Portata almeno 140kg
- Poggiatesta regolabile
- Rotazione della seduta della poltrona
- TUTTI GLI ACCESSORI DISPONIBILI

Lotto 2: RIUNITO ODONTOIATRICO

CARATTERISTICHE GENERALI

Poltrona da visita ad altezza variabile regolabile elettricamente avente le seguenti caratteristiche:

- Costituito da n.2 sezioni
- Schienale regolabile elettricamente
- Elevata escursione verticale
- Possibilità di raggiungimento della posizione Trendelenburg e anti Trendelenburg
- Piano con imbottitura e rivestimento sanificabile e ignifugo, altamente resistente e privo di cuciture
- Base di minimo spessore ed ingombro
- Grado di protezione contro la penetrazione dei liquidi almeno IPX4
- Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza

- Portata del letto dinamica in sicurezza del paziente - Safe Weight Load (SWL) - almeno 180 kg. Tale portata dovrà essere indicata in maniera indelebile sulla targa del letto
- Vassoio in acciaio.

Dispositivi integrati:

- Consolle per controllo comandi
- Pedale per controllo comandi
- Tavoletta medico e assistente
- Micromotore, ablatore, turbina e contrangolo, cannula aspiratrice e lampada polimerizzante
- Siringhe
- Gruppo idrico
- Lampada scialitica
- Sistema di disinfezione per prevenire inquinamento da reflusso

Lotto 3: RADIOLOGICO ENDORALE

CARATTERISTICHE GENERALI

Si richiede un Sistema per Radiologia Endorale in grado di eseguire immagini di alta qualità con la minor dose possibile. Il sistema deve essere installato a parete.

- Completo di centralina di controllo e pulsante remoto per lo scatto delle radiografie
- Braccio di supporto che garantisca un ampio raggio operativo e la maggior flessibilità di utilizzo possibile (a tal fine la ditta dovrà indicare la tipologia di braccio che intende installare al fine di adeguarlo alla distanza esistente)
- Fuoco 0,5 mm circa; Tensione tubo radiogeno circa 60kV; Tempo di esposizione tra 0,05 - 3 secondi; Cono focale di circa 20 cm
- Immagini in tempo reale
- Dotato di apposito software per elaborazione delle immagini utilizzabile con S.O. Windows sui PC in dotazione all'Azienda USL della Romagna indipendentemente dalla versione Windows utilizzata. Il sistema dovrà permettere la protezione dei dati paziente con password di accesso conforme al GDPR
- Sensore digitale per paziente adulto con connessione a PC.
- È inoltre richiesta la quotazione economica di tutti i sensori disponibili non compresi in offerta completi delle loro caratteristiche dimensionali

VINCOLI D'INSTALLAZIONE

La ditta si dovrà far carico di tutte le operazioni di installazione, fornendo le specifiche circa i vincoli di installazione. A tale proposito è opportuno che la ditta effettui un sopralluogo per una corretta valutazione dell'offerta affinché individui le necessità nella collocazione indicata. La ditta dovrà indicare le esigenze impiantistiche necessarie all'installazione.

Tutte le operazioni necessarie al corretto funzionamento dell'apparecchiatura sono da eseguirsi a carico della ditta fornitrice durante l'installazione.

N.B. PER TUTTI I LOTTI

- LE ATTREZZATURE DEVONO ESSERE NUOVE DI FABBRICA
- Le apparecchiature dovranno essere complete di tutti gli accessori per il funzionamento

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Acquisti Beni e Servizi
Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)
Tel. 0547.394447 - 394453 - Fax 0547.610948
Direttore avv. Morris Montalti
e-mail: acquisti@auslromagna.it
Pec: acquisti@pec.auslromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA)
C.F. e P. IVA 02483810392
Sito WEB: www.auslromagna.it

- Nell'offerta devono essere compresi per il periodo di garanzia: materiale usurabile e ricambi degli accessori
- La ditta dovrà fornire un listino già comprensivo di sconto applicato per tutti gli accessori e componenti acquistabili.
- La ditta dovrà esplicitare le procedure di manutenzione ordinaria ad opera del personale utilizzatore;

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

In esito all'indagine di mercato di cui al presente avviso, l'AUSL della Romagna U.O. Acquisti Beni e Servizi, procederà ad indire mediante pubblicazione sul portale SATER di Intercent-Er apposita procedura di gara e ad invitare alla stessa ESCLUSIVAMENTE tutti gli Operatori economici che abbiano presentato la manifestazione d'interesse, anche se in numero inferiore a quello previsto dalla vigente normativa mentre nel caso pervenga un'unica manifestazione di interesse si procederà con affidamento diretto all'OE che ha manifestato interesse a partecipare.

Il presente avviso è finalizzato ad una semplice manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 1 co. 3 D.L. 76/2020.

INFORMAZIONI E TUTELA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali conferito nell'ambito della presente procedura è improntato al Regolamento 2016/679 (GDPR), come risulta dalla documentazione aziendale scaricabile dal sito internet alla cui lettura ci si riporta integralmente.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'AUSL della Romagna, con sede in via De Gasperi n. 8 - 48121 - Ravenna - tel. 0544/286502 - PEC azienda@pec.auslromagna.it.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'AUSL della Romagna è disponibile sul sito web: www.auslromagna.it;

L'Azienda Usl della Romagna ha provveduto a designare il Responsabile della protezione dei dati (DPO), i cui contatti sono i seguenti: E-mail: dpo@auslromagna.it; PEC: azienda@pec.auslromagna.it.

Per informazioni contattare il Responsabile del procedimento: dott.ssa Letizia Belli: Tel. 0547-394971 Mail: letizia.belli@auslromagna.it.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Letizia Belli

(Sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)

Allegato A) Modulo manifestazione d'interesse

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Acquisti Beni e Servizi
Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)
Tel. 0547.394447 – 394453 - Fax 0547.610948
Direttore avv. Morris Montalti
e-mail: acquisti@auslromagna.it
Pec: acquisti@pec.auslromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA)
C.F. e P. IVA 02483810392
Sito WEB: www.auslromagna.it