



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA VASCOLARE ED EXTRAVASCOLARE

COMUNICAZIONE

In relazione alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito:

Cesena 09/08/2023

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI25713 6-23	<p>Con la presente siamo a chiedere:</p> <p>La scrivente X e Y si trovano tra loro in una situazione di controllo, secondo quanto definito all'Art. 2359 del c.c.; Che entrambe le società sopra richiamate sono interessate a partecipare alla procedura indicata in oggetto, ma per lotti diversi;</p> <p>Considerato che: trattasi di gara multilotti a cui la X e la Y parteciperebbero a lotti differenti e, che quindi, non si configurerebbe nessun tipo di potenziale turbativa d'asta.</p> <p>Quanto sopra premesso e considerato siamo a chiedere: se è possibile per X e Y, pur trovandosi tra loro in una situazione di controllo, partecipare come imprese singole alla procedura in oggetto, formulando offerta per lotti diversi.</p> <p>Restando in attesa di un cortese riscontro e ringraziando in anticipo per l'attenzione accordatici, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.</p>	Disciplinare di gara	<p>Si conferma la possibilità di partecipare alla procedura di gara ad entrambi gli operatori economici <u>purchè l'offerta sia formulata per lotti diversi.</u></p>
PI25680 8-23	<p>Vi informiamo che l'importo CIG relativo al lotto 47 è pari ad euro 165,00 e non 90,00 come da Vs. tabella. Si chiede conferma</p> <p>Cordialmente</p>	CIG Lotto 47	<p>In relazione al quesito posto, per il lotto 47 si conferma l'importo contributo ANAC di euro 90,00 come indicato in tabella, tuttavia si evidenzia che il cig di riferimento è il seguente 9890126629, per refuso era stato riportato il cig relativo al lotto 46; si provvede ad allegare tabella 1 aggiornata.</p> <p>Si raccomanda di verificare gli importi</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
			relativi al pagamento del contributo ANAC che, come da art. 10 del disciplinare di gara, <i>"sono <u>indicativamente</u> riportati nella Tabella 1..."</i> .
PI25631 1-23	Si chiede di indicare il CIG corretto relativo al lotto 18. Nei doc di gara "TABELLA 1 DISCIPLINARE" viene infatti riportato il CIG 9890055B90, che è lo stesso del lotto 17 e non prevede il pagamento di contributo ANAC. Diversamente, il Lotto 18, considerato il valore a BA dovrebbe prevedere il pagamento del contributo ANAC. Cordiali saluti,	CIG Lotto 17-18	Si riporta di seguito la risposta già pubblicata in merito a quesito analogo: <i>"Si allega tabella CIG corretta con i refusi indicati, precisando che tali CIG sono i medesimi già indicati sulla piattaforma telematica SATER"</i> .
PI25739 9-23	<p>Con riferimento al punto 14.2 del Disciplinare "Campionatura e prove pratiche", si chiede cortesemente conferma che sia possibile, con riguardo al lotto n. 90 a), NON presentare campionatura gratuita della pompa di aspirazione, in quanto trattasi di apparecchiatura con un valore economico molto elevato; considerato altresì che tale apparecchiatura risulta essere già in uso presso gli Enti dell'AUSL della Romagna.</p> <p>Si chiede conferma della possibilità di eliminare dal file "Allegato 8 Schema di offerta economica" i lotti per i quali NON si produce offerta.</p> <p>Con riferimento al punto 15 b) del Disciplinare di gara, si chiede conferma che trattasi di refuso l'indicazione della percentuale di sconto offerta per eventuali acquisti da listino all'interno del file Allegato 8 Schema offerta economica. Si chiede dunque conferma che sia sufficiente allegare (come riportato al punto 15 c) una distinta dichiarazione della % di sconto applicata sul listino.</p>	Capitolato tecnico – Lotto 90	In relazione al quesito posto si conferma la possibilità relativamente al lotto 90 di inviare esclusivamente la campionatura del kit (rif. B), resta ferma la possibilità per la commissione giudicatrice di richiedere l'unità aspirante se ritenuta necessaria ai fini della valutazione.

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI25579 5-23	<p>Per la tipologia di stent richiesta al lotto 105, vengono richiesti "Diametri stent da 6 a 12 mm circa".</p> <p>Si fa presente che La gamma di diametri fino a 12 mm, non è disponibile sul mercato. La reale gamma di diametri esistente va da 6 a 10 mm.</p> <p>Si chiede quindi conferma che con la dicitura "circa" è possibile ritenere la gamma di diametri fino a 10 mm congrua con la richiesta di capitolato, come nella precedente gara N: 6577651 del Novembre 2016, dove difatti con la dicitura "circa" venne stabilito per gli stent una tolleranza del +/- 20% sulle misure indicate.</p>	Capitolato tecnico – Lotto 105	Al fine di garantire la massima partecipazione in relazione al lotto 105 si conferma la possibilità di considerare un range di tolleranza +/- 20% rispetto alla misura richiesta.
PI25631 2-23	<p>A proposito del lotto 106 in cui viene chiesto "doppio stent per uso biliare, si chiede di precisare se la base d'asta unitaria si riferisca ad uno stent o se invece viene intesa da suddividere sul doppio stent (es. ciascuno dei due stent potrebbe avere un valore di 550,00€ cadauno); di conseguenza se la quantità complessiva a base d'asta di 30 pezzi è da intendersi costituita da 15 + 15 stent essendovi a monte la richiesta del doppio stent.</p>	Capitolato tecnico – Lotto 106	In relazione al quesito posto si precisa che il valore unitario a base d'asta è riferito ad uno stent e si conferma la quantità indicata.