

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI E PRESIDI PER UROLOGIA FUNZIONALE**

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 12/01/2021

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI3620 25-20	<p>Chiarimenti:</p> <p>1. si chiede se la campionatura possa essere presentata in confezione di vendita non sterile e conferma dell'invio di n.1 pezzo per lotto</p> <p>2. lotto 31 - si chiede conferma del prezzo unitario a base d'asta indicato nel documento "Allegato1_Capitolato.tecnico.urologia" in quanto non essendo in linea con i prezzi attuali di mercato limiterebbe la concorrenza</p> <p>3. lotto 32 - si chiede se il prezzo unitario a base d'asta indicato nel documento "Allegato1_Capitolato.tecnico.urologia" sia un refuso siccome è un prezzo completamente diverso dai prezzi di mercato</p>	Capitolato tecnico – lotti 31, 32 Campionatura	<p>In relazione ai quesiti posti si evidenzia quanto segue:</p> <p>1) è possibile presentare la campionatura in confezione di vendita non sterile ed è sufficiente un pezzo per lotto, nel caso di misure diverse specificare la misura del campione;</p> <p>2) Lotto 31: viene aggiornato il prezzo unitario a base d'asta ed il prezzo complessivo del lotto a base d'asta dal momento che non era stato incluso il serbatoio. Si pubblica nuovo Allegato 1 capitolato tecnico e nuovo Allegato 9 schema di offerta aggiornati con le indicazioni in argomento. Al più presto verrà aggiornato anche la piattaforma telematica Sater ed il CIG.</p> <p>2) Lotto 32: viene aggiornato il prezzo unitario a base d'asta ed il prezzo complessivo del lotto a base d'asta dal momento che non era stato incluso il serbatoio. Si pubblica nuovo Allegato 1 capitolato tecnico e nuovo Allegato 9 schema di offerta aggiornati con le indicazioni in argomento. Al più presto verrà aggiornato anche la piattaforma telematica Sater ed il CIG.</p>
PI3623 01-20	<p>Chiarimenti:</p> <p>1) Lotti 2-3-4-5: per consentire un'ampia partecipazione ai predetti lotti da parte degli operatori economici presenti sul mercato, vi chiediamo se potranno essere presentati aghi introduttori poliuso, forniti non sterili, risterilizzabili, confezionati separatamente dalla sling.</p> <p>2) Lotto 9: per consentire un'ampia partecipazione al presente lotto da parte degli operatori economici presenti sul mercato, vi chiediamo se</p>	Capitolato tecnico – lotti 2,3,4,5,9 Letteratura scientifica	<p>In relazione ai quesiti posti si evidenzia quanto segue:</p> <p>1) Lotti 2,3,4,5: si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico pertanto gli aghi devono essere monouso.</p> <p>2) Lotto 9: si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico relativamente agli aghi che devono essere monouso; si accoglie la possibilità di offrire una banderella della medesima indicazione d'uso, medesimi materiali di costruzione e tecnica chirurgica di quelli richiesti, priva di ancorette di fissaggio e del sistema di aggancio irreversibile.</p> <p>3) È possibile presentare la letteratura scientifica in lingua inglese.</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>potrà essere offerta una banderella della medesima indicazione d'uso, medesimi materiali di costruzione e tecnica chirurgica di quelli richiesti, priva di ancorette di fissaggio e del sistema di aggancio irreversibile.</p> <p>Vi chiediamo altresì, analogamente a quanto richiesto per i precedenti lotti, se, nel lotto 9, potranno essere presentati aghi elicoidali poliuso, forniti non sterili, risterilizzabili, confezionati separatamente dalla banderella.</p> <p>3) La letteratura scientifica potrà essere presentata in lingua inglese?</p>		
PI0084 67-21	<p>Quesito amministrativo: siccome abbiamo riscontrato che il lotto 49 rif. A e rif. D hanno una base d'asta unitaria molto sottostimata che ci impedisce di presentare offerta, chiediamo dunque se dobbiamo attendere a chiedere la fideiussione provvisoria poichè la base d'asta potrebbe variare a seguito di questa segnalazione.</p> <p>Lotto 49: si chiede di specificare l'ubicazione dell'apparecchiatura PICO COMPACT per poter stabilire quale tipologia di trasduttore offrire.</p> <p>Lotto 49 rif A: si segnala che la base d'asta è ampiamente sottostimata dunque si chiede se è possibile superare la base d'asta indicata.</p> <p>Lotto 49 rif D: si segnala che la base d'asta è ampiamente sottostimata dunque si chiede se è possibile superare la base indicata.</p> <p>Lotto 50: si chiede di specificare l'ubicazione dell'apparecchiatura PICO SMART per poter stabilire quale tipologia di trasduttore offrire.</p>	Capitolato tecnico – lotti 49, 50	<p>In relazione ai quesiti posti si precisa quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- si conferma l'importo della fideiussione provvisoria per il lotto 49 (pari a 0) in quanto il valore complessivo del lotto non varia; 2- Lotto 49: viene aggiornato il prezzo unitario dei riferimenti A e D e di conseguenza il fabbisogno presunto, si evidenzia che rimane inalterato il valore complessivo posto a base d'asta del lotto 49 (euro 1.800). Si pubblica nuovo Allegato 1 capitolato tecnico e nuovo Allegato 9 schema di offerta aggiornati con le indicazioni in argomento. 3- Lotto 49: le apparecchiature sono ubicate nei P.O. di Ravenna, Lugo, Faenza, Rimini e Cattolica; 4- Lotto 50: l'apparecchiatura è ubicata nel P.O. di Rimini.
PI0101	Sul sito avcpass, inserendo i	Capitolato	In relazione al quesito posto abbiamo

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
77-21	lotti di gara non è possibile generare il passoe.	tecnico – lotti 14,15,16	verificato e risulta tutto regolare, i cig sono confermati. In caso di persistenza della problematica si consiglia di contattare il n° verde dell'Anac.
PI0112 88-21	Chiediamo se sia possibile applicare la riduzione del 30% della Garanzia Provvisoria per possesso del rating di legalità.	Disciplinare di gara – garanzia provvisoria	In relazione al quesito posto si conferma la possibilità di applicare la riduzione del 30% della Garanzia Provvisoria per possesso del rating di legalità ai sensi dell'art. 93 c.7 dlgs 50/2016. Si ricorda di allegare la documentazione a comprova del requisito e che tale riduzione non è cumulabile con eventuali ulteriori riduzioni.
PI0113 38-21	Buongiorno, con il presente chiediamo conferma che per i lotti nn.2 e 3 verranno accettate offerte di dispositivi monouso con strumentario pluriuso.	Capitolato tecnico – lotti 2,3	In relazione al quesito posto, come già in risposta al quesito PI362301-20, si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico si tratta di dispositivi monouso.
PI0116 74-21	Buongiorno, chiediamo gentilmente se in riferimento al lotto 39 è possibile presentare 1 campione scaduto nel 2020, in quanto l'ordine fatto alla Casa Madre è in arrivo ma per l'attuale situazione pandemica, si è verificato un ritardo nella consegna, che non ci permette di spedire in tempo.	Campionatura	In relazione al quesito posto si accoglie la richiesta è possibile pertanto presentare il campione scaduto. Ai sensi del disciplinare di gara la commissione si riserva comunque di chiedere ulteriore campionatura se necessaria ai fini della valutazione tecnica delle offerte.