



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI E PRESIDI PER CHIRURGIA
ENDOVASCOLARE**

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 27/09/2022

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI2431 54-22	<p>Spettabile Ente si chiede chiarimento per il lotto 19 in merito alla lunghezza dello stent richiesto.</p> <p>Il range richiesto va da 20 a 60 mm mentre la discriminante tra stent lungo e corto nei sublotti è posta a 16mm. Misura inferiore al valore minimo del range richiesto. E' da intendersi come refuso considerando il valore discriminante un valore intermedio tra 20 e 60?</p>	Capitolato tecnico – lotto 19	In relazione al quesito posto si conferma che si tratta di un refuso, per cui la misura fino a 16mm e oltre 16mm è riferito al diametro.
PI2444 19-22	<p>Spett.le Ente, in merito al lotto n. 9 si segnala l'impossibilità della ns azienda di rispondere al suddetto per le specificità richieste.</p> <p>La ns ditta commercializza il prodotto che rappresenta, in questa tipologia di endoprotesi sotto renale, una quota importante all'interno del mercato italiano.</p> <p>Relativamente al lotto n. 9 non ci è possibile partecipare in quanto il device ha un fissaggio attivo ma diverso da quello citato ed una configurazione unimodulare e non bimodulare, ma risponde alle esigenze richieste.</p> <p>Si sottolinea inoltre che, per quanto riguarda il conto economico, la gambetta iliaca controlaterale è già compresa nel corpo, e quindi il costo del corpo sarà comprensivo della voce attualmente presente "corpo + gambetta iliaca" (es.</p>	Capitolato tecnico – lotto 9	<p>Al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara e richiamando il principio di equivalenza di cui all'art. 68 D.Lgs, 50/2016, nella descrizione del lotto 9 si amplia la configurazione (unimodulare e/o bimodulare) e la modalità di fissaggio. Si provvede a ricaricare a sistema l'allegato 11 - Capitolato tecnico.</p> <p>Per quanto concerne l'offerta economica è importante, al fine di rendere le proposte comparabili, che sia correttamente compilata la scheda offerta economica – allegato 8; si evidenzia che in questo caso il prezzo unitario a base d'asta, le quantità e il valore quadriennale a base d'asta sarà dato dalla somma delle due componenti.</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>corpo € 4.300,00 + gambetta iliaca € 3.300,00), che è lo stesso conto economico per completare l'impianto di una bimodulare.</p>		
<p>PI2466 04-22</p>	<p>Siamo a chiedere il seguente chiarimento in relazione a quanto di seguito riportato a pagina 11 del Disciplinare di gara: Nel caso di particolari esigenze di natura clinica, tecnica ed organizzativa che si dovessero verificare nel corso della durata dell'AQ, debitamente motivate dal personale utilizzatore e validate dal Direttore dell'U.O. richiedente, la stazione appaltante potrà stipulare al bisogno ulteriori contratti applicativi per ciascun lotto entro un limite massimo del 10% della quota del lotto, fra tutti gli O.E. con i quali è stato stipulato l'A.Q.; in tal caso ne consegue che diminuiranno proporzionalmente le quote dei contratti applicativi stipulati con gli altri operatori economici.” siamo a chiedere di voler precisare se verranno sottoscritti accordi quadro con tutti gli operatori economici idonei e che questa Stazione Appaltante potrà eventualmente acquistare un massimo del 10% anche dagli operatori classificati dal 4 posto in poi</p>	<p>Disciplinare di gara – art. 3 paragrafo “Condizioni di accordo quadro”</p>	<p>In relazione al quesito posto si conferma quanto indicato all'art. 3 del disciplinare di gara, e cioè che l'accordo quadro sarà sottoscritto con tutti gli O.E. idonei, successivamente i contratti applicativi saranno emessi secondo le percentuali indicate nello stesso articolo 3. La quota del 10% è una opzione solo eventuale e qualora emerga la necessità di soddisfare motivate esigenze.</p>
<p>PI2466 05-22</p>	<p>Relativamente alla richiesta di campionatura, in ragione dell'elevato valore dei dispositivi richiesti al lotto 8, siamo gentilmente a chiedere se sia possibile presentare in alternativa alla campionatura, una dimostrazione con demo prodotto/simulazione rilascio con nostro Specialist di prodotto al fine di poter evidenziare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti.</p>	<p>Capitolato tecnico – lotto 8</p>	<p>In relazione al quesito posto si conferma la necessità di presentazione della campionatura che sarà restituita appena terminate le valutazioni da parte della commissione di aggiudicazione.</p>
<p>PI2466</p>	<p>A seguito della pubblicazione</p>	<p>Capitolato</p>	<p>In relazione al quesito posto si rimanda a</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
06-22	<p>della presente Gara, siamo ad osservare come non siano state prese in alcun modo in considerazione endoprotesi ultra-low profile di ultima generazione per il trattamento di aneurismi di aorta addominale . Negli ultimi anni abbiamo assistito alla tendenza da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, in risposta all'esigenza clinica, di riservare uno specifico lotto a dispositivi di questa tipologia e, a titolo puramente esemplificativo, citiamo le procedure di gara regionale ESTAR e gara regionale Veneto. Secondo la nostra esperienza e la nostra conoscenza professionale nella pratica clinica, l'utilizzo di questa tipologia di endoprotesi aiuta ed amplia la possibilità di trattamento anche nei confronti di pazienti con eccessiva tortuosità e al tempo stesso ridotto diametro degli assi iliaco femorali offrendo benefeci operativi, prestazionali e di miglior outcome per il paziente stesso. Si sottolinea dunque a scopo conoscitivo questa tipologia di soluzioni attualmente presenti sul mercato aventi caratteristiche tecnologicamente avanzate e diverse.</p>	tecnico	<p>quanto indicato all'art. 3.2 Opzioni del disciplinare di gara che prevede la possibilità di acquisto da listino <i>"...qualora per necessità di completamento, i soggetti committenti avvertano il bisogno motivato (clinico e/o tecnologico) di prodotti diversi da quelli indicati nel Capitolato speciale"</i>.</p>